

 <b>СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА</b>	<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>	ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19 тел.: 4722/34-56-85 факс: 4722/31-59-03 Internet: <a href="http://www.vladmiva.ru">www.vladmiva.ru</a> e-mail: <a href="mailto:postmaster@vladmiva.ru">postmaster@vladmiva.ru</a>
<b>ИЗДЕЛИЕ</b>	<b>ЦЕМИЛАЙТ</b> (оттенки А2/А3/В2/С2)	
<b>УПАКОВКА</b>	Порошок (банка) - 20 г/10 г Жидкость (флакон-капельница) - 10 мл Кондиционер (флакон-капельница) 10 мл/15 мл Лак покрывной (флакон-капельница) 5 мл/7 мл	
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Цемент стоматологический стеклополиалкенатный двухкомпонентный светового отверждения	
<b>ПО ТРЕБОВАНИЯМ</b>	В соответствии с ГОСТ Р 15013-94, ГОСТ Р 51609-2000, ГОСТ Р 51744-2001 и директивой ЕЭС 93/42 ЕС	
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ</b>		
Материал (вещество)	РЕГ. № CAS (Стомат. ассоц.)	Кол. (%)
Порошок		
Алюмофторсиликатное стекло	7631-86-9	~70,0 %
Камфорохинон	6408-78-2	~5,0 %
Красители	—	~5,0 %
Наполнитель	—	до 100%
Жидкость		
Полиакриловая кислота	9003-01-4	~20,0 %
Модификатор	—	~5,0 %
Дистиллированная вода	—	до 100 %
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b> В СООТВЕТСТВИИ С УПОМЯНУТЫМ ГОСТ Р 51744-2001		
<b>СЕРТИФИКАЦИИ</b>	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
Дата: 24/05/2011 <b>СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА</b>	Подпись, печать 	