

**Specificații tehnice (F4.1)**

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1668693070978/21067606** din **08 decembrie 2022**

Denumirea procedurii de achiziție: **Articole parafarmaceutice pentru anul 2023**

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	19	Dispozitiv pu exercitii respiratorii RESPIPROGRAM LUNG EXERCISER	Respiratory exerciser 180 101	Turcia	Plasti-med	Dispozitiv pu exercitii respiratorii RESPIPROGRAM LUNG EXERCISER. Material termoplasic, termostabil, Filtru aerian p/protecție respiratorie, antreneaza inspirul si expirul, camere transparente bine calibrate, cate o sfera (bila), p/aprecierea precisa, Certificat CE/Declaratie de conformitate sau certificat de la in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	20	Dispozitiv (sistema p/u respiratie artificiala manuala) sac AMBU	Resuscitator AMBU 130 255	Turcia	Plasti-med	Dispozitiv (sistema p/u respiratie artificiala manuala) sac AMBU	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	21	Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibili cu defibrilatorul Mindray)	MR 60	China	Mindray	Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibili cu defibrilatorul Mindray). Electrozi autoadeziv de calitate inalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca, de unica folosinta	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	25	Filtru respirator antiviral/antibacterian	A -182 -300- 004 (Spirometry)	Italia	Cosmed	Filtru respirator antiviral/antibacterian pentru testarea functiei pulmonare A-182-300-004, de unica folosinta, compatibil cu Stres sistem cardiopulmonar cu cicloergometru midel: Quark (originai)	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	26	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	Bacterial filter with HMEF	Turcia	Plasti-med	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare, adulti, eficienta de filtrare si virala 99,99%,	Conform brosurii atasate	CE/ISO

			filter-Elite 140210			rezistenta fluxului 30 l/MIN-0,8-1,3 cmH2O, la 60L/min-1,9-2,9cmH2O, volum compresibil 57-67ml, volum Tidal min 200ml, return de lichid la VT-500ml-30,8-32,3 mgH2O/L, port Luer p/proba de CO2.		
331000 00-1	34	Manjeta p/u cardiomonitor (adulti)	NBC-10001D + CNT-07(M)	China	PanSW Med	Manjeta p/u cardiomonitor (adulti)	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	39	Masca pentru anestezie/resucitare marimea 4-5	Reusable mask 130 224	Turcia	Plasti- med	Masca pentru anestezie/resucitare marimea 4-5. Adulti, adaptabila oricarui tip de balon, reanimare, din silicon transparent, Autoclavabil, cu valva. Presentare de mostre la momentul licitatiei	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	60	Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12	RSP-10140A	China	PanSW Med	Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	80	Seturi de tuburi pentru ventilare artificiala de unica folosinta pentru adulti	Single use circuit 483 201	Turcia	Plasti- med	Seturi de tuburi pentru ventilare artificiala de unica folosinta pentru adulti. Calitati Transparent, gofrat, tip "inspire-expir". Completarea cu: sac de rezerva 2L, cu conector unghiular, lungimea 150cm, steril, Presentare mostre la licitatie 2)cu conector unghiular, Lungime 180 cm, Steril	Conform brosurii atasate	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_;

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan ;

In calitate de: Director;

Ofertantul: IM " Dutchmed-M" SRL,

Adresa: or. Chisinau, bd. Decebal 79, of 807/80