

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1755517891391 / 21467995	din 18.08.2025
Obiectul achiziției- Set de rezectoscopie		

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri: Set de rezectoscopie						
Lotul 1						
Set de rezectoscopie	4417127A; 4417126; 4417123; 4407100; 40 302 NB.HD; 40 302 NE.HD; 49 300 X; 49 110 A; 2373001; 4133507CQ;	Italia	Endomed	Teaca externă a rezectoscopului - 1 buc. Teaca externă a rezectoscopului bipolar pentru maturi, cu sistem de irigare continuu (inzestrat cu 2 robinete pentru controlul fluxului de lichide), 26-27Fr	Teaca externă a rezectoscopului - 1 buc. 4417127A; Teaca externă a rezectoscopului bipolar pentru maturi, cu sistem de irigare continuu (inzestrat cu 2 robinete pentru controlul fluxului de lichide), 26 Fr	DM000697527; DM000697535; DM000697534; DM000697518; DM000700413; DM000700415; DM000700442; DM000700423; DM000698713; DM000700683;

	4427230M / 4427231M; 4427234; 4427233;			Teaca internă a rezectoscopului - 1 buc. Teaca internă rotativă a rezectoscopului bipolar pentru maturi (compatibilă cu teaca externă din set). 24 Fr. Element de lucru a rezectoscopului bipolar - 1 buc. Element de lucru a rezectoscopului bipolar pentru maturi, de tip pasiv. Destinat utilizării cu telescop cu direcția vizualizării 0°/12°/30°. Compatibil cu teaca externă și teaca internă a rezectoscopului din set. Obturator - 1 buc. Obturator 24Fr, compatibil cu teaca externă și teaca internă a rezectoscopului din set. Telescop 12° - 1 buc.	Teaca internă a rezectoscopului - 1 buc. 4417126; Teaca internă rotativă a rezectoscopului bipolar pentru maturi (compatibilă cu teaca externă din set). 24 Fr. Element de lucru a rezectoscopului bipolar - 1 buc. 4407100; Element de lucru a rezectoscopului bipolar pentru maturi, de tip pasiv. Destinat utilizării cu telescop cu direcția vizualizării 0°/12°/30°. Compatibil cu teaca externă și teaca internă a rezectoscopului din set. Obturator - 1 buc. 4417123; Obturator 24Fr, compatibil cu teaca externă și teaca internă a rezectoscopului din set.	DM000697695;/ DM000697692; DM000697699; DM000697698;
--	---	--	--	--	---	---

				Ø 4 mm , lungimea de lucru de 300 mm ± 5 mm, cu direcția de vizualizare 12°. Autoclavabil. Compatibil cu teaca externă, teaca internă și elementul de lucru bipolar a rezectoscopului din set. Telescop 30° - 1 buc. Ø 4 mm , lungimea de lucru de 300 mm ± 5 mm, cu direcția de vizualizare 30°. Autoclavabil. Compatibil cu teaca externă, teaca internă și elementul de lucru bipolar a rezectoscopului din set. Cablu de lumină - 1 buc. Cablu de lumină de fibra optică. Lungime 3 metri. Compatibil cu telescoape din set și Cu sursa de lumină te tip Karl Storz aflată în dotarea instituției. Cablu bipolar de curent electric - 1 buc.	Telescop 12° - 1 buc. 40 302 NB.HD; Ø 4 mm , lungimea de lucru de 302 mm, cu direcția de vizualizare 12°. Autoclavabil. Compatibil cu teaca externă, teaca internă și elementul de lucru bipolar a rezectoscopului din set. Telescop 30° - 1 buc. 40 302 NE.HD; Ø 4 mm , lungimea de lucru de 302 mm, cu direcția de vizualizare 30°. Autoclavabil. Compatibil cu teaca externă, teaca internă și elementul de lucru bipolar a rezectoscopului din set. Cablu de lumină - 1 buc. 49 300 X; + Adaptor 49 110 A; Cablu de lumină de fibra optică. Lungime 3 metri. Compatibil cu telescoape din set și Cu sursa de lumină te	
--	--	--	--	--	---	--

				Cablu bipolar de curent electric. Lungime 3 metri. Compatibil cu element bde lucru bipolar din set și coagulatorul bipolar Karl Storz AUTOCON II 400 (din dotarea existentă a instituției medicale) Seringa pentru lavajul vezicii urinare - 1 buc. Seringa pentru lavajul vezicii urinare, de tip Reiner-Alexander. Volum 150ml. Compatibilă cu set de rezecție bipolară sau cu set de adaptoare (flexibil și rigid). Electrod reutilizabil de taiere - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de taiere, de tip buclă, destinate utilizării cu vizualizare 12°/30°. Compatibile cu set de rezecție transuretrală bipolară.	tip Karl Storz aflată în dotarea instituției. Cablu bipolar de curent electric - 1 buc. 2373001; Cablu bipolar de curent electric. Lungime 3 metri. Compatibil cu element de lucru bipolar din set și coagulatorul bipolar Karl Storz AUTOCON II 400 (din dotarea existentă a instituției medicale) Seringa pentru lavajul vezicii urinare - 1 buc. 4133507CQ; Seringa pentru lavajul vezicii urinare, de tip Reiner-Alexander. Volum 150ml. Compatibilă cu set de rezecție bipolară sau cu set de adaptoare (flexibil și rigid).	
--	--	--	--	--	--	--

				Electrod reutilizabil de coagulare - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de coagulare, de tip bilă sau cilindru, destinate utilizării cu vizualizare 12°/30°. Compatibile cu set de rezecție transuretrală bipolară. Electrod reutilizabil de tip cârlig - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de incizie, de tip cârlig, destinate utilizării cu vizualizare 12°/30°. Compatibile cu set de rezecție transuretrală bipolară. Coș perforat pentru sterilizare - 1 buc. Set perforat pentru sterilizare din inox pentru setul propus, destinat sterilizării (cu abur și temperatura joasă), depozitării și transportării.	Electrod reutilizabil de taiere - 1 set. 4427230M / 4427231M Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de taiere, de tip buclă, destinate utilizării cu vizualizare 12°/30°. Compatibile cu set de rezecție transuretrală bipolară. Electrod reutilizabil de coagulare - 1 set. 4427234; Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de coagulare, de tip bilă sau cilindru, destinate utilizării cu vizualizare 12°/30°. Compatibile cu set de rezecție transuretrală bipolară. Electrod reutilizabil de tip cârlig - 1 set. 4427233; Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de incizie, de tip cârlig, destinate utilizării cu vizualizare 12°/30°.	
--	--	--	--	--	---	--

					Compatibile cu set de rezecție transuretrală bipolară. Coș perforat pentru sterilizare - 1 buc. Set perforat pentru sterilizare din inox pentru setul propus, destinat sterilizării (cu abur și temperatura joasă), depozitării și transportării.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Bunic Gheorghe În calitate de:Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Mun.Chisinau, Durlești, Vasile Lupu 6

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1755517891391 / 21467995 din 18.08.2025
	Obiectul achiziției- Set de rezectoscopie

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri: Set de rezectoscopie							20.12.2025	MD25TRPCAA518410A00578AA	
33169000-2	Lotul 1									
	Set de rezectoscopie	buc	1	298000	357600	298000	357600			
	TOTAL					298000,00	357600,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bunic Gheorghe În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Mun.Chisinau, Durlăști, Vasile Lupu 6

