

Specificații tehnice (F 4.1)

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Numărul procedurii de achiziție ID achiziției:	ocds-b3wdp1-MD-1545999538093
Denumirea procedurii de achiziție:	Materiale de consum pentru serviciul de Dializă din IMSP ale R. Moldova pentru anul 2019
Perioada depunerii ofertei:	de la 01.02.2019 până la 08.02.2019

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusa de către ofertant	Standard referință
11	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm	ZDD11F20, ZDD12F20	Polonia	Balton	<u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu <u>Cerințe specifice</u> Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G \varnothing 1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate \varnothing 0,89-0,95 x \geq 500mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	<u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională CE. Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare: Da Termen garanție: 5 ani. Condiții de fabricare: material Poliuretan - biocompatibil Condiții livrare: Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu. <u>Cerințe specifice</u> Diametru 11 sau 12 Fr. Lungimea 200 mm. Radio-opac: Da Conector Luer-Lock cu clame. Ac pentru puncție: 18 G \varnothing 1,3-1,5 x 70 mm. Ghid metalic de securitate: \varnothing 0,89-0,95 x 700mm. Dilatator: doua dilatatoare 10 și 12 Fr. Viteza fluxului sangvin: ≥ 190 ml/min.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
12	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm	ZDD6.5F10	Polonia	Balton	<u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu <u>Cerințe specifice</u> Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G $\varnothing 0,9 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,27 \times \geq 600$ mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.	<u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională CE. Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare: Da Termen garanție: 5 ani. Condiții de fabricare: material Poliuretan - biocompatibil Condiții livrare: Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu. <u>Cerințe specifice</u> Diametru 6,5 Fr. Lungimea 100 mm. Radio-opac: Da. Conector Luer-Lock cu clame. Ac pentru puncție 19G $\varnothing 0,9 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,27 \times 600$ mm Dilatator: două dilatatoare 7 și 8 Fr Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
13	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm	ZDD6.5F12	Polonia	Balton	<u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu <u>Cerințe specifice</u> Diametru 6,5 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G $\varnothing 0,9 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,27 \times \geq 600$ mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.	<u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională CE. Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare: Da Termen garanție: 5 ani. Condiții de fabricare: material Poliuretan - biocompatibil Condiții livrare: Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu. <u>Cerințe specifice</u> Diametru 6,5 Fr. Lungimea 120 mm. Radio-opac: Da. Conector Luer-Lock cu clame. Ac pentru puncție 19G $\varnothing 0,9 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,27 \times 600$ mm Dilatator: două dilatatoare 7 și 8 Fr Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
14	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm	ZDD8F10	Polonia	Balton	<u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu <u>Cerințe specifice</u> Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G $\varnothing 1,0 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,35 \times \geq 600$ mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	<u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională CE. Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare: Da Termen garanție: 5 ani. Condiții de fabricare: material Poliuretan - biocompatibil Condiții livrare: Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu. <u>Cerințe specifice</u> Diametru 8 F. Lungimea 100 mm. Radio-opac: Da. Conector Luer-Lock cu clame. Ac pentru puncție 18 G $\varnothing 1,0 \times 70$ mm. Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,35 \times 600$ mm. Dilatator: două dilatoare 8 și 10 F. Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
15	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm	ZDD8F12	Polonia	Balton	<u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 5 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu <u>Cerințe specifice</u> Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G $\varnothing 1,0 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,35 \times \geq 600$ mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	<u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională CE. Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare: Da Termen garanție: 5 ani. Condiții de fabricare: material Poliuretan - biocompatibil Condiții livrare: Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu. <u>Cerințe specifice</u> Diametru 8 F. Lungimea 120 mm. Radio-opac: Da. Conector Luer-Lock cu clame. Ac pentru puncție 18 G $\varnothing 1,0 \times 70$ mm. Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,35 \times 600$ mm. Dilatator: două dilatoare 8 și 10 F. Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
16	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm	ZDD8F15	Polonia	Balton	<u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 5 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu <u>Cerințe specifice</u> Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G $\varnothing 1,0 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,35 \times \geq 600$ mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	<u>Cerințe generale</u> Certificare Internațională CE. Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare: Da Termen garanție: 5 ani. Condiții de fabricare: material Poliuretan - biocompatibil Condiții livrare: Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu. <u>Cerințe specifice</u> Diametru 8 F. Lungimea 150 mm. Radio-opac: Da. Conector Luer-Lock cu clame. Ac pentru puncție 18 G $\varnothing 1,0 \times 70$ mm. Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,35 \times 600$ mm. Dilatator: două dilatoare 8 și 10 F. Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	ISO, CE

Termenul de valabilitate a ofertei: 120 zile.

Semnat: _____



Numele, prenumele: **Iarovoi Petru**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC SOGNO SRL**

Adresa: **m. Chișinău, str. Academiei nr.2**