


A



技术要求

- 膜袋采用压延膜，软管规格为Φ3.1X0.77，软管长度见标识。
- 每箱100套。

实施日期:

描 图	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

标 记 处 数 设 计 制 图 校 对 审 核	更 改 文 件 号 任 金 胜 任 金 胜 /	签 名 李 小 莉 / 王 静 刘 琴 玲 胡 波 李 勤	日 期 2017.9.18	一 次 性 使 用 塑 料 血 袋 转 移 袋 400ml	N180. S-00 (TD-170906)		
					图 样 标 记 数 量	重 量	比 例
					共 1 张	第 1 张	1 : 2
					四川南格尔生物科技有限公司		