

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1725606974498 din 16 sept 2024, 10:45 - 26 sept 2024, 10:45

Obiectul achiziției: Consumabile pentru angiografie

Co d CP V	Nr. do	Denumirea bunurilor/s erviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
33 10 00 00- 1	3	Balon farmacologi c activ utilizat in angioplastia coroniana	Restore DEB R 2.00-15 R 2.25-15 R 2.50-15 R 2.75-15 R 3.00-15 R 3.50-15 R 4.00-15 R 2.00-20 R 2.25-20 R 2.50-20 R 2.75-20 R 3.00-20 R 3.50-20 R 4.00-20 R 2.00-25 R 2.25-25 R 2.50-25 R 2.75-25 R 3.00-25 R 3.50-25 R 4.00-25 R 2.00-30 R 2.25-30 R 2.50-30 R 2.75-30 R 3.00-30 R 3.50-30 R 4.00-30	German ia	Cardionov um	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie- nu mai putin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Disponibil pe cateter cu lungime de 140-150 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni: diametru- 2.0- 4.00 mm; lungime- 15-40 mm	Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-45 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie- nu mai putin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator). Disponibil pe cateter cu lungime de 140 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni: diametru- 2.0- 4.00 mm; lungime- 15-30 mm.	DM000659108 DM000659107 DM000659116 DM000659104 DM000659106 DM000659101 DM000659102 DM000659117 DM000659122 DM000659103 DM000659096 DM000659115 DM000659097 DM000659118 DM000659114 DM000659109 DM000659105 DM000659111 DM000659121 DM000659110 DM000659120 DM000659113 DM000659112 DM000659099 DM000659095 DM000659098 DM000659119 DM000659100

33 10 00 00- 1	5	Set introducător femoral lung	Radifocus™ Introducător II Standard RS*B50K10MQ RS*B50N10MQ RS*B60K10MQ RS*B60N10MQ RS*B70K10MQ RS*B70N10MQ RS*B80K10MQ RS*B80N10MQ RS*B10K10MQ RS*B10N10MQ RS*B50N25AQ RS*B60N25AQ RS*B70N25AQ RS*B80N25AQ	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038” drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G în interiorul setului. Teacă conține un inel radiopac incastat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; 10 Fr lungime: 11-23cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni); mini-ghid cu lungimea de 50-80 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni)	Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038” drept, angulat sau în forma de J; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G în interiorul setului. Teacă conține un inel radiopac incastat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Dimensiuni obligatorii: Teacă cu diametru de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; 10 Fr lungime: 10-25cm; mini-ghid cu lungimea de 45-80 cm.	DM000117583
33 10 00 00- 1	6	Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu vîrf drept	Radifocus™ Guide Wire M Standard Type RF-GS35181M RF-GS35183M RF-GS35261M RF-GS35263M RF-GS38183M RF-GS38263M	Belgia / Japonia	TERUMO EUROPE N.V. / TERUMO CORPORA TION	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Varf drept. Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen). Varfului drept. Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni).	Vârf drept. Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen). Vârfului drept. Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil. Dimensiuni obligatorii: Lungimi: 180 cm, 260 cm. Diametre 0.035”, 0.038”.	DM000682359 DM000682360 DM000682364 DM000682365 DM000682370 DM000682373 DM000682307

			RF*GS38263M			Dimesiuni obligatorii Lungimi 180 cm, 260 cm. Diametre 0.035", 0.038" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).		
--	--	--	-------------	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**