

Puneti-ne la **INCERCARE!**

B-dul. Timisoara Nr. 104A, Corpul 2, Camera 1 Sector 6, Bucuresti  
Tel: 0748296541; Fax 0314251217  
E-mail: office@omniteslaborator.ro ; www.omniteslaborator.ro

SR EN I  
CERTIFICA

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 409 data: 20.04.2022

**CLIENT:** FPC CHETON GRUP SRL **Adresa:** Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 12

**Solicitare:** 11.04.2022

**Descrierea și identificarea probei :** Email Alchidic „ Palitra” ; proba 340

**Specificația referitoare la încercare:** conform solicitare

**Esantionare ( loc / data / nume ):** client **FURNIZOR:** client

**Data primirii probei :** 12.04.2022 **Data finalizării încercărilor:** 20.04.2022

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoare prevazută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare
1	Determinarea continutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	218	-

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare

DA  NU

Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere  $k=2$  pentru un nivel de incredere  $P=95\%$

\*Incarcarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

### Precizari:

Incarcarea s-a efectuat pe proba ca atare

Metoda de calcul utilizata – pct. 8.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-1:2007;

Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuarii incercarii

### OPINII SI INTERPRETARI :

**NOTĂ :** Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura

**ȘEF LABORATOR**  
chim. Mitru Daniela




Cod FPG-L 19 - 01



**EFACTUAT ÎNCERCAREA**

ing. Taras Mirela



laborant Draghici Vetuta

