

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR** : ocds-b3wdp1-MD-1618573619241

Denumirea procedurii de achiziție: Licitatia Publica Articole Parafarmaceutice si Consumabile

Autoritatea contractanta : **IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3360000-6	Lotul 1 bisturiu							
	1	Bisturiu chirurgical steril nr.22	Nr.22	China	Huaian Angel medica	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.22 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc.	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.22 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc.	CE,ISO, Declaratie de conformitate
	2	Bisturiu chirurgical steril nr.11	Nr.11	China	Huaian Angel medica	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.11 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc.	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.11 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc.	
	Lotul 2 Lame chirurg.							
	1	Lame chirurgicale p/u bisturiu steril nr.22	N 22	China	Huaian Angel medica	Lame chirurg. p/u bist. ster. Nr.22	Lame chirurg. p/u bist. ster. Nr.22	
	Lotul 5 Hârtie pentru USG							
1	Hârtie pentru USG 80 mm*20 m	80mm*20 m	Ucraina	Solar	Hârtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); demensiunile 80 mm x 20 m., tip hârtie rulou, culoare alba, diametru intern – 12 mm. Prezentarea mostrelor.	Hârtie termică pentru videoprint pentru USG , High Quality); demensiunile 80 mm x 20 m., tip hârtie rulou, diametru intern – 12 mm. Prezentarea mostrelor.	CE,ISO, Declaratie de conformitate	

Lotul 46. Gel ultrasonografie								
33600000-6		Gel ultrasonografie	USG	Ucraina	Tvel	Volum: 5000ml, PH - 5.8; să nu irite pielea și mucoasele; Fără efect asupra sondelor; Transparent, inodor (fără miros); Fără bule și microbule de aer; Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; Hidrosolubil; Vâscozitate înaltă.	Volum: 5000ml, PH - 5.8; să nu irite pielea și mucoasele; Fără efect asupra sondelor; Transparent, inodor (fără miros); Fără bule și microbule de aer; Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; Hidrosolubil; Vâscozitate înaltă.	CE,ISO, Declarație de conformitate

Semnat: Numele, Prenumele:

Stela POTINGA În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

