

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1551773904471	Data: 9 mart 2019, 12:00 - 13 mart 2019, 14:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Echipamente medicale	Lot: 1	Pagina: 1 din

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	30199 000-0	Electrozi ECG	LR-50	Spania	Telic	Electrozi, autoadezivi, ECG de singura folosinta pentru monitorizarea de lunga durata(Holter, diametru 55mm, gel semilichid, material respirabil, neșesut	Electrozi, autoadezivi, ECG de singura folosinta pentru monitorizarea de lunga durata(Holter, diametru 50mm, gel semilichid, material respirabil, neșesut	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**