

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1710948531540 / 21189596						Alternativ va nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024 (Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită)						Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare la AMDM/înregistrarea la ANSP
1	2	3	4	5	6	7	8		
2445 5000- 8	1	Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu dispozitivul NOCOSPRAY sau soluția echivalentă cu soluția pentru dispozitiv	Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu dispozitivul NOCOSPRAY sau soluția echivalentă cu soluția pentru dispozitivul NOCOSPRAY sau soluția echivalentă cu soluția pentru dispozitiv	NOCOLYSE	FRANTA	OXY PHARMA	Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu dispozitivul NOCOSPRAY sau soluția echivalentă cu soluția pentru dispozitivul NOCOSPRAY în corespunderea cu cerințele tehnice solicitate, în comodat cu dispozitivul compatibil Cerințe: (prin tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției/prin tehnologie aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției). I. Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției - dispozitivul NOCOSPRAY. Litri soluție gata de lucru Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (virucida completa) EN 16777 ; bactericidă EN 13727 (condiții de murdarie); levuricid/fungicid EN 13624(condiții de murdarie); mycobactericid/tuberculocid EN 14348 (condiții de murdarie); Sporicid EN 17126 (condiții de murdarie). - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decât laboratorul producătorului; -Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila umedă a	Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu dispozitivul NOCOSPRAY cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției - NOCOLYSE (Sistem NOCOTECH) II soluție gata de lucru Acțiunea dezinfectantului: -virucidă EN 14476 (virucida completa) (pag.1. pct. 10 Adenovirus, pct. 11,12 norovirus, pnc. 13 poliovirus) EN 17272 pag. 49 ; -bactericidă EN 13727 (condiții de murdarie) (pag. 1 (candida albicans+aspergillus brasiliensis); adaugator EN 13697 -levuricid/fungicid EN 13624(condiții de murdarie) pag. 19 (candida albicans+aspergillus brasiliensis); -mycobactericid/tuberculocid EN 14348 (condiții de murdarie) pag.23 pct. mycobacterium terrae+mycobacterium avium pag. 29; -Sporicid EN 17126 (condiții de murdarie). pag. 37 (clostridium difficile+ Bacillus cereus) - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decât laboratorul producătorului este efectuat de Laboratorul de testare certificat de catre Institutul de Acreditare Ceh Chemila -Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila	Certificat de înregistrare ANSP nr P-0085/2024 din 29.12.2020

		<p>ul NOCOSP RAY în corespunderea cu cerințele tehnice solicitate, în comodat cu dispozitivul compatibil.</p> <p>Ambalaj: canistră ≤ 5 litru</p>				<p>participantului</p> <p>-Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor sau Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor.</p> <p>-Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila umedă a participantului</p> <p>Cerințe tehnice</p> <p>Substanța activă: peroxid de hidrogen de 6%, ioni de argint, catalizatori</p> <p>Soluție fără miros, necorozivă, să nu fie alergică.</p> <p>Valabilitatea soluției: valabilă din momentul producerii minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni.</p> <p>Expoziția: 30 minute.</p> <p>Cerințe față de tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (dispozitivul NOCOSP RAY), cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de dezinfecție a aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate de 1 010 litri soluție gata de lucru.</p> <p>Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hârtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură.</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>II. Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției: (Dezinfectant pentru dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu dispozitivul NOCOSP RAY conform cerințelor din pct. I. a prezentului lot) sau echivalentul.</p> <p>Cerințe față de tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției, cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse</p>	<p>umedă a participantului pag. 75</p> <p>-Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total</p> <p>- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor.pag 83</p> <p>-Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila umedă a participantului pag 86</p> <p>Cerințe tehnice</p> <p>Substanța activă: peroxid de hidrogen de 6%, 17ppm ioni de argint, catalizatori</p> <p>Soluție fără miros, necorozivă, nu are efect alergic. pag.118</p> <p>Valabilitatea soluției: valabilă din momentul producerii minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni. pag.120</p> <p>Expoziția: 30 minute. pag. 111 Anexa 6</p> <p>Cerințe față de tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (dispozitivul NOCOSP RAY), cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de dezinfecție a aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate de 1 010 litri soluție gata de lucru. pag. 88 (Manula de utilizare)</p> <p>Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hârtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură. (Analiza compatibilitatii produsului pe baza de peroxid de hidrogen asupra mai multor tipuri de materiale pag. 121)</p> <p>Forma și mărimea ambalajului. butelie de 11 (Eticheta)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare, necesare în procesul de dezinfecție a aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate de 1 010 litri soluție gata de lucru. Cerințe față de Dispozitiv pentru dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită – ofertarea în comodat a 16 bucăți, (se va indica anul producerii). Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din pct. I. a prezentului lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele definite de cerințele tehnice din pct. I.</p> <p>Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Terescenco Nichita
În calitate de: Admionistrator

Ofertantul: "NOK GROUP" S.R.L.
Adresa: bd. Iuri Gagarin, 7/D, of.5