

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1779275307729 din 20 mai 2026
Obiectul achiziției: « Servicii de verificare periodică și servicii de etalonare a echipamentului din locațiile - mun. Chișinău, mun. Bălți și mun. Cahul »

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii				Periodicitatea (luni)		
Lot 3 SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Centrifugi (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ)						
Centrifugă cu răcire	<i>ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania</i>	N/A	N/A	24 luni	Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018

Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din

	Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale					
Centrifugă cu răcire	<i>ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni	Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Centrifugă cu răcire	<i>ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni	Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Centrifuga cu răcire	<i>ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni	Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Centrifugă de laborator	<i>Capacitate mică, Rotofix</i>	N/A	N/A	24 luni	Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017;

	32A, <i>Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale			
Centrifugă de laborator	<i>Capacitate mare Allegra X-15R Beckman Instruments, Inc., SUA</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni
Centrifugă medicală cu spălare rotor de 12 locuri	<i>spalator de celule UltraCW, Helmer Scientific, Inc. USA</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni
Centrifugă de laborator	<i>Cap.mică, Rotofix 32A, Andreas Hettich GmbH & Co. KG Germania</i> Servicii de verificare periodică	N/A	N/A	24 luni

	Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018

	a Dispozitivelor Medicale			
Centrifugă de laborator	<i>ROTOLAVIT, Andreas Hettich GmbH & Co. KG Germania</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	X	X	X
Centrifugă	<i>Rotofix 32A, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni
Centrifugă	<i>ID 24 S,BioRad GmbH, Elveția</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni
Centrifugă de laborator	<i>D-78532 Hettich Zentrifugen Capacitate mică, Rotofix 32A, Germania</i> Servicii de verificare periodică	N/A	N/A	24 luni

X	X
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018

	a Dispozitivelor Medicale			
Centrifugă	<i>Thermo Scientific Jouan KR4i, Thermo Fisher Scientific Inc. SUA</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni
Centrifugă	<i>Sovrall RC-3B, Buch Halm A/S, SUA</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni
Centrifugă	<i>SuperCentrifuga Z-61 Ceba GP tip I</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni
Centrifugă	<i>SuperCentrifuga Z-41 Ceba GP tip II</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni
Centrifugă cu răcire	<i>ROTO SILENTA 630 RS, Andreas</i>	N/A	N/A	24 luni

Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018

	<i>Hettich GmbH & Co. KG, Germania</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale			
Centrifugă cu răcire	<i>ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni
Centrifugă cu răcire	<i>ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania</i> Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor Medicale	N/A	N/A	24 luni
Centrifugă cu răcire	<i>ROTO SILENTA 630 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania</i> Servicii de verificare periodică	X	X	X

Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
X	X

	a Dispozitivelor Medicale						
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNCIIPIUL CAHUL							
Centrifugă	Thermo Scientific Jouan KR4i, Thermo Fisher Scientific Inc. SUA	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Centrifugă	Thermo Scientific Jouan KR4i, Thermo Fisher Scientific Inc. SUA	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Centrifugă de laborator	Capacitate mare Allegra X-15R Beckman Instruments, Inc., SUA	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Centrifugă de laborator	Capacitate mică, Rotofix 32A, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germania	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Centrifugă medicală cu spălare rotor de 12 locuri	spalator de celule UltraCW, Helmer	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018

	Scientific, Inc. USA					
Centrifugă de laborator	Microcen 24 (10-12 tuburi) viteză joasă, Ortoalresa, Spania	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Centrifugă cu refrigerat	ROTIXA 50 RS, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germ.	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Lot nr.5 SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU <i>Termostate/trombomixere/ incubatoare</i>						
Termostat - Sterilizator cu căldură uscată	<i>SLN 53 STD, POL-EKO- APARATURA sp. j., Polonia</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Incubator frigider- termostat	<i>EB1E, Snijders Scientific, Olanda</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Incubator de plachete	<i>PN150+PS54 agitator, Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat ve Ticaret. A.S. Turcia</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Incubator de plachete	<i>PN150+PS54 agitator, Nuve</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017;

	<i>Sanayi Malzemeleri</i>			
Trombomixer termostabil INCUBATOR	<i>PC900h Horizon Series, Helmer Scientific, Inc., SUA</i>	N/A	N/A	24 luni
Incubator Programabil	<i>ID 37 SI, BioRad DiaMed GmbH, Elveția</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat de laborator	<i>BF 115, Binder GmbH, Germania , de uz general</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat	<i>Bio TDB - 100, BioSan Ltd., Letonia</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat	<i>Bio TDB - 100, BioSan Ltd., Letonia</i>	N/A	N/A	24 luni
Sistem automat de detecție bacteriană	<i>BACT- ALERT 3D, analizator microbiologic automat, Biomérieux SA , Franța</i>	X	X	X
Sistem automat de detecție bacteriană	<i>BACT- ALERT 3D, analizator microbiologic</i>	X	X	X

	Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
X	X
X	X

	<i>automat, Biomerieux SA, Franța</i>			
Sistem automat de detecție bacteriană	<i>BACT-ALERT 3D, analizator microbiologic automat, Biomerieux SA, Franța</i>	X	X	X
Termostat	<i>BF-115, Binder GmbH, Germania</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat	<i>BF-115, Binder GmbH, Germania</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat Tip I	<i>SLW 240 STD, Sterilizator cu căldură uscată, POL-EKO-APARATURA sp. j., Polonia</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat	<i>BF-115, Binder GmbH, Germania</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat	<i>BF-115, Binder GmbH, Germania</i>	N/A	N/A	24 luni

X	X
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018

Baia de apă pentru laborator tip II	<i>tip II Waterbath GMBH WNB 10 Memmert, Germania</i>	N/A	N/A	24 luni
Autoclav	<i>AE-110 DRY, Raypa - R. Espinar S.L., Spania</i>	N/A	N/A	24 luni
Autoclav	<i>VP-01/75, TZMOI Tiumenschii zavod meditinscogo oborudovania i instrumentov, Federația Rusă</i>	N/A	N/A	24 luni
Autoclav	<i>55120-2 VEP Tuttnauer Europe B.V., Olanda</i>	N/A	N/A	24 luni
Autoclav	<i>AE-110 DRY, Raypa - R. Espinar S.L., Spania</i>	N/A	N/A	24 luni
Autoclav	<i>55120-2 VEP Tuttnauer Europe B.V., Olanda</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat dulap de sterilizare cu aer uscat	<i>tip I SLW 400 STD,POL- EKO-</i>	N/A	N/A	24 luni

Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017;

	<i>APARATURA sp. j. Polonia</i>			
Termostat dulap de sterilizare cu aer uscat Sterilizator cu căldură uscată	<i>tip I SLW 240 STD,POL- EKO- APARATURA sp. j. Polonia</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat dulap de sterilizare cu aer uscat	<i>tip I SLW 400 STD,POL- EKO- APARATURA sp. j. Polonia</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat dulap de sterilizare cu aer uscat	<i>tip I SLW 400 STD,POL- EKO- APARATURA sp. j. Polonia</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat (sterilizator cu căldură uscată)	<i>tip I SLW 240 STD, POL- EKO- APARATURA sp. j. Polonia</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat (sterilizator cu căldură uscată)	<i>tip I SLW 240 STD, POL- EKO- APARATURA sp. j. Polonia</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat (sterilizator cu căldură uscată)	<i>tip I SLW 240 STD, POL- EKO- APARATURA sp. j. Polonia</i>	N/A	N/A	24 luni

	Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018

Termostat (sterilizator cu căldură uscată)	<i>tip II CLW 115 STD, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia</i>	N/A	N/A	24 luni
Baie de apă	<i>de tip I BAD-12, Raypa - R. Espinar S.L., Spania</i>	N/A	N/A	24 luni
Incubator/agitator p/u trombocite	<i>ECI-01+EAJ-09 48 doze Emsaş, Turcia</i>	N/A	N/A	24 luni
Incubator/agitator p/u trombocite	<i>ECI-01+EAJ-09 48 doze Emsaş, Turcia</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat ,dulap de uscat (uscător)	<i>ED-53 Binder GmbH, Germania</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat	<i>ST-500, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia</i>	N/A	N/A	24 luni
Termostat	<i>ST-500, POL-EKO-APARATURA sp. j. Polonia</i>	N/A	N/A	24 luni
Incubator termostat	<i>Memmert IN55m, MEMMERT GmbH,</i>	N/A	N/A	24 luni

Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018

	<i>Germania (40-60 litri)</i>						
Incubator p/u trombocite	<i>EMSAS ECI-01+EAJ-05</i> agitator, <i>Emsaş, Turcia</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL BĂLȚI							
Trombomixer termostabil	<i>PC900h</i> <i>Horizon</i> <i>Series, Helmer</i> <i>Scientific, Inc.,</i> <i>SUA</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Autoclav	<i>55120-2 VEP</i> <i>Tuttnauer</i> <i>Europe B.V.,</i> <i>Olanda</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Trombomixer termostabil	<i>PC900h</i> <i>Horizon</i> <i>Series, Helmer</i> <i>Scientific, Inc.,</i> <i>SUA</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL							
Trombomixer termostabil	<i>PC900h</i> <i>Horizon</i> <i>Series, Helmer</i> <i>Scientific, Inc.,</i> <i>SUA</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Trombomixer termostabil	<i>PF48i Series,</i> <i>Helmer</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017;

	Scientific, ELVETIA						Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Termostat - încălzitor de plasmă/soluții	Digital Dry 2 Block, VWR International LLC, SUA	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Termostat - încălzitor de plasmă/soluții	Digital Dry 2 Block, VWR International LLC, SUA	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Autoclav	VP-01/75, TZMOI Tiumenschii zavod meditinscogo oborudovania i instrumentov, Federația Rusă	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Lot nr.6 SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU <i>Analizatoare medicale</i> (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ)							
Analizator Hematologic Automat (3diff)	<i>BC-20s, Mindray Medical International Limited, China</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Analizator imunologic semi- automat	<i>StatFax 4700 FL34990, Awareness Technology, Inc. SUA</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018

Analizator automat p/u măsurarea timpului de coagulare a sângelui	<i>ACLELITE (coagulometru) ACL Elite</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Analizator hematologic automat	<i>XN-1000, Sysmex Corporation, Japonia</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Spectrofotometru	<i>spectrofotometru SP-830 Plus, Mertech, Provincia Taiwan</i>	X	X	X		X	X
Lot nr.8 SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Tensiometre (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ)							
Tensiometru fonendoscop	<i>MORETTI DM333- ITALIA</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Tensiometru MECANIC	_____	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL BĂLȚI							
Tensiometru fonendoscop	<i>MORETTI DM333- ITALIA</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018

Tensiometru MECANIC	_____	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL							
Tensiometru fonendoscop	<i>MORETTI DM333- ITALIA</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Tensiometru MECANIC	_____	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
Lot nr.9 SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU <i>PH-metre</i> (<i>SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ</i>)							
PH-metru	<i>C 861, CONSORT Bvba, pH meter IVD, Belgia</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
PH-metru	<i>SP 756, Shanghai Spectrum Instruments Co, China</i>	N/A	N/A	24 luni		Conform cerințelor	Legea Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Ordinul MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
PH-metru, Spectrofotometru	<i>SP 756, Shanghai Spectrum Instruments Co., Ltd ,China</i>	X	X	X		X	X

PH-metru, Spectrofotometru	<i>SP 756, Shanghai Spectrum Instruments Co., Ltd ,China</i>	X	X	X		X	X
----------------------------	--	---	---	---	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sorin TIMOFEI În calitate de: Director

Ofertantul: „ETALONLAB” SRL Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Neculce, 5

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1777377284039 din 28 apr 2026
	Obiectul achiziției: « Servicii de verificare periodică și servicii de etalonare a echipamentului din locațiile - mun. Chișinău, mun. Bălți și mun. Cahul »

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50421000-2	Bunuri/servicii							<u>Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender</u>	
50400000-9	Lot 3 SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Centrifugi (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ)								
50400000-9	Centrifugi de laborator	buc	20	1317	1580,4	26340	31608	31.12.2026	

SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL									
50400000-9	Centrifugi de laborator	buc	7	1317	1580,4	9219	11062,8	31.12.2026	
Total						35559	42670,8		
Lot nr.5 SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU <i>Termostate/trombomixere/ incubatoare</i> <i>(SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ)</i>									
50400000-9	Termostate, Sterilizatoare cu aer uscat/ abur (autoclave)	buc	36	965	1158	34740	41688	31.12.2026	
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL BĂLȚI									
50400000-9	Termostate, Sterilizatoare cu aer uscat/ abur (autoclave)	Buc	3	965	1158	2895	3474	31.12.2026	
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL									
50400000-9	Termostate, Sterilizatoare cu aer uscat/ abur (autoclave)	Buc	5	965	1158	4825	5790	31.12.2026	
Total						42460	50952		
Lot nr.6 SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU <i>Analizatoare medicale</i> <i>(SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ)</i>									
50400000-9	Analizator Hematologic Automat (3diff)	Buc	1	1162	1394,4	1162	1394,4	31.12.2026	
50400000-9	Analizator imunologic semi-automat	Buc	1	1162	1394,4	1162	1394,4	31.12.2026	

50400000-9	Analizator automat p/u măsurarea timpului de coagulare a sângelui	Buc	1	1162	1394,4	1162	1394,4	31.12.2026	
50400000-9	Analizator hematologic automat	Buc	1	1162	1394,4	1162	1394,4	31.12.2026	
Total						4648	5577,6		
Lot nr.8 SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Tensiometre (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ)									
50400000-9	Tensiometru fonendoscop	Buc	16	59	70,8	944	1132,8		
50400000-9	Tensiometru MECANIC	Buc	10	59	70,8	590	708		
Total						1534	1840,8		
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL BĂLȚI									
50400000-9	Tensiometru fonendoscop	Buc	11	59	70,8	649	778,8		
50400000-9	Tensiometru MECANIC	Buc	7	59	70,8	413	495,6		
Total						1062	1274,4		
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL									
50400000-9	Tensiometru fonendoscop	Buc	4	59	70,8	236	283,2		
50400000-9	Tensiometru MECANIC	Buc	1	59	70,8	59	70,8		
Total						295	354		
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU									

<i>PH-metre</i> <i>(SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ)</i>									
50400000-9	PH-metru	Buc	4	1085	1302	4340	5208		
Total						91060,00	109272,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sorin TIMOFEI În calitate de: Director

Ofertantul: „ETALONLAB” SRL Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Neculce, 5
