

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21415034	Data: „15” mai 2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Hrușova (repetat)	Lot: _Nr. 1_	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lot 1 Analizator semi-automat de urină						
33100000-1					"Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Productivitate în regim normal: ≥ 45 teste/oră Teste chimice: Bilirubin Sânge (hematii) Glucoză Corpi cetonici Leucocite Nitrați pH Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Albumina Creatina culoare claritate, Opțional Rezultate calculate automat- raport albumina: creatinine, Opțional Unități de măsură: convenționale, SI Programare probe: manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS Corecție de culoare a probei: automat	Descriere Analizator semi-automat de urină, „Clíntek Status” pentru efectuarea analizelor chimice al urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Productivitate în regim normal: ≥ 45 teste/oră. Da, ≥ 60 teste/ora (Brosura 1, pagina 4) Teste chimice : Bilirubin, da(Manual de operare, pagina 9) Sânge (hematii), da(Manual de operare, pagina 9) Glucoză, da(Manual de operare, pagina 9) Corpi cetonici, da(Manual de operare, pagina 9) Leucocite, da(Manual de operare, pagina 9) Nitrați, da(Manual de operare, pagina 9) pH, da(Manual de operare, pagina 9) Proteine, da(Manual de operare, pagina 9) Greutatea specifică, da (Manual de operare, pagina 9) Urobilinogen, da(Manual de operare, pagina 9) Albumina, da(Manual de operare, pagina 9) Creatina, da(Manual de operare, pagina 9) Culoare, da(Manual de operare, pagina 115) Claritate, da (Manual de operare, pagina 115) Rezultate calculate automat- raport albumina: creatinine, da (Manual de operare, pagina 9) Unități de masură: convenționale, SI, da (Manual de operare-pagina 103) Programare probe: manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS, da (Brosura 2,pagina 1) Corecție de culoare a probei: automat, da Manual de operare, pagina 115)	CE, Nr de înregistrare AMDM DM000185760

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Analizator semi-automat de urină	Analizator semi-automat de urină „Clinitek Status”	Germania	Siemens	Calibrare: automata, Opțional Diapazonul temperaturii de operare: +15°C to +32°C +3 grade Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 % Timer inclus, Opțional Cititor de barcod Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma <70 secunde Interfață LIS bidirecțională Memorie internă ≥ 1000 rezultate/măsurări Monitor LCD sau LED Imprimantă încorporată Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile: Să fie inclus benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus și toate consumabilele, reagenți, calibratori necesari pentru efectuarea analizei ≥ 1000 benzi Termenul de valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni. Garanție deplină, inclusiv manopera, și oricare piesă ieșită din funcțiune în perioada de garanție sau kit de mentenanță. da 5 ani Mentenanță preventivă gratuită pe toata perioada de garanție Suport științific, consultanță necondiționată (prin telefon, acces prin internet, direct la fața locului), se va oferi gratis. Pe toata perioada de garanție, preturile la reactivi vor rămâne neschimbate, cu excepția ratei de inflație stabilite de BNM."	Calibrare: automata, da (Brosura 2, pagina 2) Diapazonul temperaturii de operare: +15°C to +32°C +3 grade, da (Brosura 2, pagina 2) Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 %, da (Brosura 2, pagina 2) Timer inclus, da (Manual de Operare, pagina 35) Cititor de barcod, da inclus (Brosura 2, pagina 1) Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma <70 secunde, da (Brosura 1, pagina 4) Interfață LIS bidirecțională, da (Brosura 1, pagina 4) Memorie internă ≥ 1000 rezultate/măsurări, da (Brosura 2, pagina 1) Monitor LCD sau LED, da (Manual de Operare, pagina 186) Imprimantă încorporată, da (Manual de Operare, pagina 186)) Alimentarea 220 V, 50 Hz. da (Brosura 2, pagina 2) Consumabile: Vor fi incluse benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus și toate consumabilele, reagenți, calibratori necesari pentru efectuarea a 1000 teste. Termenul de valabilitate din ziua livrării va fi ≥ 6 luni - DA Garanție deplină, inclusiv manopera, și oricare piesă ieșită din funcțiune în perioada de garanție sau kit de mentenanță. 5 ani - DA Mentenanță preventivă gratuită pe toata perioada de garanție DA Suport științific, consultanță necondiționată (prin telefon, acces prin internet, direct la fața locului), se va oferi gratis. Pe toata perioada de garanție, preturile la reactivi vor rămâne neschimbate, cu excepția ratei de inflație stabilite de BNM." - DA	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savga Cristina În calitate de: Reprezentant vanzari
Ofertantul: I.C.S. "DIAMEDIX IMPEX" S.R.L. Adresa: Mun Chisinau , Comuna Stauceni , Str. Chisnau nr. 9 MD – 4839