

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1583932723870	Data: 01.04.2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Reactive și consumabile de laborator (REPETAT)		Pag. nr. din

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode-lul articolu-lui	Țara de origine	Pro-du-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
	1	2	6	7	10	11	12	13
33600000-6	1	Analizator hematologic automat Norma ICON - 3						CE
	1.1	Pack de reagenți care conține: Diluent, Soluție de lizare și soluție de spălare pentru 500 de teste	IC-91715	Ungaria	Norma	1.1. Pack de reagenți care conține: Diluent, Soluție de lizare și soluție de spălare pentru 500 de teste - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalaj standart pentru aparat: Pack de reagenți care conține: 1) Diluent 3550 ml; 2) Soluție de lizare - 750 ml; 3) Soluție de spălare - 1150 ml. Total 5450 ml. Compatibil cu analizator hematologic NORMA ICON 3 pentru 500 teste. Unitate de masura - set Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifice pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.	1.1. Pack de reagenți care conține: Diluent, Soluție de lizare și soluție de spălare pentru 500 de teste - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalaj standart pentru aparat: Pack de reagenți care conține: 1) Diluent 3550 ml; 2) Soluție de lizare - 750 ml; 3) Soluție de spălare - 1150 ml. Total 5450 ml. Compatibil cu analizator hematologic NORMA ICON 3 pentru 500 teste. Unitate de masura - set Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifice pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.	CE

	1.2	Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt .	NIC-032K1	Ungaria	Norma	1.2. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt . 6 eprubete a câte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri. - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt. 6 eprubete a câte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri, compatibili cu dispozitivul NORMA ICON 3. Unitate de masura - set. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifice pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.	1.2. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt . 6 eprubete a câte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri. - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt. 6 eprubete a câte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri, compatibili cu dispozitivul NORMA ICON 3. Unitate de masura - set. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifice pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.	CE
	1.3	Consumabile pentru mentenanța NORMA ICON 3 - Set dedicat pentru mentenanța la 1 an pentru NORMA ICON 3	HAT817E	Ungaria	Norma	1.3. Consumabile pentru mentenanța NORMA ICON 3 - Set dedicat pentru mentenanța la 1 an pentru NORMA ICON 3, care conține: set tub cu pompa peristaltică, conector extern, lubrifianți și materiale suplimentare; unsoare pe bază de teflon (alb); ac de recoltare închis; senzor de detectare a scurgerilor. Unitate de masura - set. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă.	1.3. Consumabile pentru mentenanța NORMA ICON 3 - Set dedicat pentru mentenanța la 1 an pentru NORMA ICON 3, care conține: set tub cu pompa peristaltică, conector extern, lubrifianți și materiale suplimentare; unsoare pe bază de teflon (alb); ac de recoltare închis; senzor de detectare a scurgerilor. Unitate de masura - set. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă.	CE
		Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator						CE

6	6.1. Eprubete cu clot activator 6 ml	456092	Austria	Greiner Bio-One	6.1. Eprubete cu clot activator - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete cu clot activator, vacutainer (fără gel). Volum 5 ml. IVD CE. Capac roșu, tichetă. Certificat European. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	6.1. Eprubete cu clot activator - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete cu clot activator, vacutainer (fără gel). Volum 6 ml. IVD CE. Capac roșu, tichetă. Certificat European. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	CE
	6.3. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml.	454086	Austria	Greiner Bio-One	6.3. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 3 ml. Vacuum Tub. Cu capac violet, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat European. Prezentare exemple de eprubete.	6.3. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 3 ml. Vacuum Tub. Cu capac violet, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat European. Prezentare exemple de eprubete.	CE
	6.5. Eprubete de unică folosință	110412	Italia	L'ITALIANA	6.5. Eprubete de unică folosință - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	6.5. Eprubete de unică folosință - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 12mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	CE
7	Articole de consum și veselă de laborator						CE
	Eprubete Vacutiner 3 ml cu Citrat de Na 3.2 %	454325	Austria	Greiner Bio-One	Eprubete Vacutiner 3 ml cu Citrat de Na 3.2 % - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Eprubete vacutiner pentru investigații de hemostază 3 ml cu anticoagulant Citrat de Na 3,2 %. Capac albastru. IVD. CE. Certificat European. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	Eprubete Vacutiner 3 ml cu Citrat de Na 3.2 % - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Eprubete vacutiner pentru investigații de hemostază 3 ml cu anticoagulant Citrat de Na 3,2 %. Capac albastru. IVD. CE. Certificat European. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: I.Selar, C.Lazari În calitate de: product manager

Ofertantul : IM „Becor” SRL

Adresa: str.Calea Orheiului 111/5