

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1777464338713 din 29.04.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - pentru anul 2026 - Repetat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 57 - Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200						
Lotul nr. 57 - Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200	Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200	Turcia	IDEAL MAKINA END. UEUN. SAN. VE TIC A.S	Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200	Kit de mentenanță anuală pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200: - Filtru de aer INVERSYS22+(16552) - Filtru de ulei INVERSYS22+ (890) - Filtru panoului de admisie INVERSYS 22+ (848) (0.95x0.75) - Ulei pentru compresor / SmartOil INVERSYS22+ (5 Litri canistra) - Separator INVERSYS22+(965) - ORING (4014) - IDEAL 22075 (R sau M) FILTER ELEMENT FOR (AF0306XM FILTER) - IDEAL 22075S FILTER ELEMENT FOR (AF0306XS FILTER) - IDEAL 22075P FILTER ELEMENT FOR (AF0306P FILTER) - Cărbuni (25 kg/ sac) - IDEAL 7050S FILTER ELEMENT (FOR AF0076P FILTER) - Manopera.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Dimitrovici Olga
În calitate de: Administrator
Ofertantul: "Romedcom" SRL
Adresa: Mun.Chișinau, str. Sciusev 16 (of)6