

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21435417 din 21.07.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16)

Denumirea bunurilor serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 3					
Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B	Phoenix Blu LED Printer 24L	Italia Guarisco Medical Sterilizer	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B – DA, pag. 3 ‘Deplan Phoenix Blu LED’ Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox – DA, pag. 1 broșură ‘Technical data’ Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni – DA, pag 12 Brochure Pheonix Blue	DM000614459

		Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă obligatoriu Uşa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimanta obligatoriu Afişaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre şi post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata Sistem de uscare obligatoriu Facilităţi de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor Volum interior 21 - 25 L Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	Securitate la supraîncălzire – <i>DA, pag. 1 broşură Technical data</i> Securitate la suprapresiune – <i>DA, pag. 1 broşură Technical data</i> Alarmer acustică vizuală – <i>DA, pag. 5 ‘Deplian Phoenix Blu LED’</i> Durata sterilizării reglabilă – <i>DA, pag. 1 broşură Technical data</i> Control Microprocesor – <i>DA, pag. 1 broşură Technical data</i> Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă – <i>DA, pag. 1 broşură Technical data</i> Uşa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare – <i>DA, pag. 1 broşură Technical data</i> Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit – <i>DA, pag. 1 broşură Technical data</i> Imprimanta – <i>DA, pag. 7 ‘Deplian Phoenix Blu LED’</i> Afişaj alfanumeric – <i>DA, pag. 5 ‘Deplian Phoenix Blu LED’</i> Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum – <i>DA, pag. 1 broşură Technical data</i> Pre şi post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata <i>DA, pag. 29 ‘Manual Phoenix Blue’</i> Sistem de uscare – <i>DA, pag. 29 ‘Manual Phoenix Blue’</i> Facilităţi de setare timp <i>Pag .11 imagine Brochure Pheonix Blue</i> temperatura <i>Pag .11 imagine Brochure Pheonix Blue</i> eliberare automată a vaporilor – <i>Declaratie Producator</i> Volum interior - <i>24 L, pag. 1 broşură Technical data</i> <i>Rafturi da, min. 3 tavi – DA , imagine pag. 9 ‘Deplian Phoenix Blu LED’</i>	
--	--	---	---	--

			"	Regimuri de sterilizare - 7 regimuri, pag. 1 broșură Technical data Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C – DA, pag. 1 broșură Technical data Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare – DA, pag. 1 broșură Technical data Înregistrator date – DA, Declarație Producator Tip date data timp temperatura presiune – DA, pag. 1 broșură Technical data / Declarație Producator Capacitatea rezervorului de apă - 4,6 l, pag. 1 broșură Technical data Alimentare 220V, 50 Hz – DA, pag. 1 broșură Technical data	
Lot 5					
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500L	DTP70GA	SMEG (Italia)	"Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei în intervalul de 500–700 litri, cu o toleranță maximă de ±10% Număr de rafturi ≥ 6 Ușă Număr ≥ 2 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frâne ≥ 2	"Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil DA, pag. 11 „Catalog” Capacitatea internă a camerei în intervalul de 500–700 litri, cu o toleranță maximă de ±10% 700L pag. 17 „Catalog” Număr de rafturi ≥ 6 Standard 8 (maxim 14) pag.17 „Catalog” Ușă Număr ≥ 2 2, pag.17 „Catalog” Transparentă obligatoriu pag.17 „Catalog” Mecanism blocare cu cheie pag.17 „Catalog” Roți ≥ 4 4 pag.17 „Catalog”	Declarație de conformitate

			Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8°C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2°C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB "	Frâne ≥ 2 pag.13 „Catalog 2” (optional inclus in oferta) Lumină interior obligatoriu LED pag.17 „Catalog” Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare Otel Inoxidabil Scotch Brite pag.13 „Catalog 2” Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA, pag.13 „Catalog 2” Afișaj temperatură digital LCD Display pag.11 „Catalog” Alarmer acustică vizuală DA, pag.13 „Catalog 2” Răcire ventilată DA, „Declaratie producator ” Temperatura reglabilă +2°C ... +8°C +2°C...+15°C pag.17 „Catalog” Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2°C DA, ±1°C pag.3 „Catalog ” Alimentare 220 V, 50 Hz pag.17 „Catalog” Refrigerent fără CFC / HCFC R452a pag.17 „Catalog” Zgomot < 55 dB „Declaratie producator ”	
--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21435417 din 21.07.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	3	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B	Buc.	1	52.100,00	62.520,00	52.100,00	62.520,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500L	Buc.	1	107.460,00	128.952,00	107.460,00	128.952,00		
TOTAL							159.560,00	191.472,00		

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Cod Fiscal 1018600025629