

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1701430889322/21125341 .								
Denumirea procedurii de achiziție: Ace pentru trepanbiopsia glandei mamare compatibil cu dispozitivul semiautomat Corazor.								
Cod CPV	LOT	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	1	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi compatibil cu dispozitivul semiautomat Corazor	6032.13	Germania	Uromedex	Ace pentru trepanbiopsia glandei mamare cu diametru 14G sau 16G , lungimea 130mm sau 160mm , steril, de unică folosință compatibil cu dispozitivul semiautomat Corazor. Acul trebuie să fie confecționat din material de aluminiu și titan cu elasticitate joasă. Ascuțiș la 20-45 grade. Rezistență înaltă la compresie și încovoiere.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi compatibil cu dispozitivul semiautomat Corazor. Pentru biopsie și prelevarea de țesuturi moi tăiere cu rotație axială pentru rezultate tisulare foarte mari ghidare optimă datorită fixării excelente în 3 puncte a canulei introduse ghidare lină prin lustruire specială - chiar și atunci când canula este îndoită cu tub de protecție pentru a evita rănirea de către ac tubul de protecție sustine menținerea sterilitatii protecție împotriva contaminării prin atașament din plastic extins introducerea ușoară a canulei potrivit pentru ecografie sau biopsie ghidată manual 1:1 gradat, la fiecare 5 cm o linie mai groasă Dimensiuni: 16Gx130mm, steril, de unică folosință.	CE/ISO

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie** Adresa: **str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Victor Ghereg** În calitate de: **Director**

Specificații de preț (F4.2)								
Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1701430889322/21125341</u> .								
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Ace pentru trepanbiopsia glandei mamare compatibil cu dispozitivul semiautomat Corazor</u> .								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Ace pentru trepanbiopsia glandei mamare compatibil cu dispozitivul semiautomat Corazor	buc	400	500.00	540.00	200000.00	216000.00
Total							200,000.00	216,000.00

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie** Adresa: **str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Victor Ghereg** În calitate de: **Director**