



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21228302 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1716281567074 din 08.07.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților Instituțiilor Medico-Sanitare Publice (Lista suplimentară 5)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lampă chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici avansate)	Starled3 NX/MC2 + Starled3 NX Nr. De înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000500283 din 10.05.2023	Italia / ACEM SpA	Descriere: Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K, reglabilă Reglarea intensității luminei obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Focusabil obligatoriu Diametrul ajustabil, diapazon minim 24-33 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m	Descriere: Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) - Da Numărul de sateliți: 2 - Da Temperatura culorii: 4500 ±500K , reglabilă – Da, pag. 2 Reglarea intensității luminii – Da, pag. 3 Indexul de culoare ≥ 95 – Da, 98 pag. 5 Dimensiunea câmpului, cm Focusabil – Da, pag. 2 Diametrul ajustabil, diapazon minim 24-33 cm - Da Adâncimea ≥ 80 cm - Da	Declarație de conformitate ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 $\geq 160\,000$ lux satelitul nr.2 $\geq 160\,000$ lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 Cresterea temperaturii în campul operator $<1^\circ$ C Alimentare Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video Înălțimea podului 3-4 m	Distanța de lucru: Da, 70 - 150 cm – pag. 5 Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 $\geq 160\,000$ lux la 100 cm – Da, pag. 5 satelitul nr.2 $\geq 160\,000$ lux la 100 cm – Da, pag. 5 Rotația 360 grade - Da Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 - Da Cresterea temperaturii în campul operator $<1^\circ$ C - Da Alimentare Rețeaua electrică 220V, 50Hz – Da, pag. 5 Durata medie de viață a LED-urilor - 60000 h, pag. 5 Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate - Da Mînere detașabile sterilizabile – Da, pag. 3 Panou de control integrat în lampa principal – Da, pag. 3 Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video - Da Înălțimea podului 3-4 m - Da	
--	--	--	---	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: 21228302 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1716281567074 din 08.07.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților Instituțiilor Medico-Sanitare Publice (Lista suplimentară 5)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	Lampă chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici avansate)	buc	1	164.000,00	196.800,00	164.000,00	196.800,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	TOTAL					164.000,00	196.800,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.