

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: COP 21071763 (ocds-b3wdp1-MD-1673937295207) din 03.02.2023

Denumirea achiziției: Servicii de deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2023

conform necesitatilor IMSP SR Cahul

Nr	COD CPV	Denumirea utilajului	canti- tate	u/m	Certificat de calificare
3.3	50400000-9	Sterilizator Nuve FN500P	2	buc	certif. training Nuve, Turcia
4.3	50400000-9	Ventilator Hamilton C2	1	buc	certif. training Hamilton, Elvetia
4.6	50400000-9	Ventilator Hamilton C1	1	buc	certif. training Hamilton, Elvetia
4.9	50400000-9	CPAP Hamilton Arabella	1	buc	certif. training Hamilton, Elvetia
6.2	50400000-9	Electrocardiograf GE MAC 600	2	buc	certif. training GE Healthcare Inc
6.4	50400000-9	Electrocardiograf GE MAC 800	1	buc	certif. training GE Healthcare Inc
8.1	50400000-9	Lampa satelit Merivaara x3	1	buc	certif. training Merivaara, Finlanda
8.4	50400000-9	Lampa de fototerapie GE Lullaby	3	buc	certif. training GE Healthcare Inc
9.4	50400000-9	Monitor pacient GE B650	2	buc	certif. training GE Healthcare Inc
11.2	50400000-9	Analizator Easy Lyte	1	buc	certif. traning Medica, SUA
11.4	50400000-9	Centrifuga de laborator Rotofix 32A	1	buc	certif. traning Hettich, Germania
11.7	50400000-9	Analizator Stat Fax 303 Plus	1	buc	certif. traning Awareness, SUA
		Lot 13			
13.1	50400000-9	Analizator Seletra Pro M	1	buc	certif. training Vital Scietific, Olanda
13.2	50400000-9	Analizator Seletra Pro XS	1	buc	certif. training Vital Scietific, Olanda
13.3	50400000-9	Analizator Seletra Pro XL	1	buc	certif. training Vital Scietific, Olanda

		Lot 14			
14.1	50400000-9	Ultrasonograf GE Vivid 7	1	buc	certif. training GE Healthcare Inc
14.2	50400000-9	Ultrasonograf GE Logiq P9	1	buc	certif. training GE Healthcare Inc
		Lot 16			
16.1	50400000-9	System X-Ray GE Brivo DR-F	1	buc	certif. training GE Healthcare Inc

Deservirea utilajului se va efectua la sediul autoritatii contractante conform graficului stabilit si la comanda persoanei responsabile din cadrul institutiei pe parcursul anului 2023. Deservirea utilajului se va efectua trimestrial. În cazul unei defectiuni, în cazul in care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare.

In preturile indicate nu sunt incluse consumabile, piesele de schimb, care la necesitate se vor achita separat de catre autoritatea contractanta.

Semnat:_____ Numele, prenumele: Besirik Inga, in calitate de: administrator

Ofertantul: „Intermed-Service” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2