

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740041003226 din 20.02.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului conform necesităților pentru anul 2025 (repetat 3)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Microscop trinocular inversat cu contrast de fază	Microscop OX.2053-PLPH	Olanda	EUROMEX	Aplicare: Microscop inversat pentru observarea și vizualizarea organismelor vii și a culturilor de țesuturi (celulare) în vase și baloane de cultură celulară. Metoda de observare: contrast de fază, câmp luminos Piesa nasului rotativ: manual, tip standard Cap de vizualizare: Cap de observație trinocular, înclinat 45 ° Revolver: pentru 5 obiective Obiective IOS Plan, Acromat: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.60. Condensor: Condensator de 0,30 cu diafragmă iris, glisor cu inele de fază precentrate 4x/10x și 20x/40x.	S1. Da, microscop inversat OX.2053-PLPH utilizat pentru vizualizarea culturilor de tesuturi si culturi celulare vii (conform extras brosură pag. 1) S2. Da, microscop cu optiuni de vizualizare a imaginii în contrast de fază, câmp luminos sau fluorescență (conform extras brosură pag. 1) S3. Da, microscop cu revolver/piesa nasului rotativ tip manual (conform extras brosură pag. 1) S4. Da, microscop cu cap de observație trinocular, înclinat la 45 ° (conform extras brosură pag. 1) S5. Da, microscop ce dispune de revolver pentru 5 obiective (conform extras brosură pag. 1) S6. Da, microscop ce dispune de obiective tip Plan Acromat: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.60 (conform extras brosură pag. 1, 6) S7. Da, microscop cu condensator N.A. 0.30 și diafragma tip iris, cu glisor cu inele de fază precentrate 4x/10x și 20x/40x (conform extras brosură pag. 2)	ISO, CE

				Distanța de lucru 72 mm Oculare - câmp larg: WF 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Focalizare – microviza și macroviza/curse coaxiale; focalizare coaxială fină și grosieră cu mecanism de oprire la limita/gradăție 0.002mm Iluminator: LED cu ajustarea intensității Unitatea de alimentare: incorporat Accesorii: ulei de imersie 1 sticlăuță. Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază Cameră: opțional. competentă cu binocular și trinocular Garanție: min. 24 luni	S8. Da, microscop cu distanța de lucru de 72 mm (conform extras broșura pag. 2) S9. Da, microscop echipat cu 2 buc. oculare cu câmp larg: HWF plan 10x/22 și ocular stâng ce permite ajustarea dioptriei (conform extras broșura pag. 1) S10. Da, microscop ce dispune de focalizare prin microviza și macroviza/curse coaxiale; focalizare coaxială fină și grosieră cu mecanism de oprire la limita/gradăție de 2 μm = 0.002 mm (conform extras broșura pag. 2) S11. Da, microscop cu sistem de iluminare integrat, tip LED, cu intensitate de 5W și posibilitatea de ajustare a acesteia (conform extras broșura pag.2) S12. Da, microscopul se va livra împreună cu o sticlă de ulei de imersie (conform extras broșura pag. 6) S13. Da, microscopul este configurat cu accesorii pentru vizualizarea în contrast de fază (conform extras broșura pag. 1) S14. Da, microscop cu posibilitate de atașare opțională a unei camere (conform extras broșura pag. 5) S15. Da, firma X-Lab Solutions oferă 24 luni termen de garanție	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Grecu Mihnea Ioan
În calitate de: Administrator
Ofertantul: X-Lab Solutions SRL
Adresa: str.Negreșteni 9 ap.(of.) 11