

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1653914506209 din 30.05.2022						
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 8 Recirculator bactericid cu 8 lămpi	Recirculator bactericid cu 8 lămpi ZBZ 900	Rep Moldova	Caravan Express SRL	Alimentare electrică: 220V / 50 Hz; Numărul de lămpi UV: 8x30W; Suprafața dezinfectată: 360 m ² ; Volum de aer sterilizat: 950 m ³ /h; Sursă de radiație: UV-C; Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent; Durata de funcționare tub UV: 8000h; Lungime de undă tub UV: 253,7 nm; Temperatura de funcționare: -10°C...+50°C; Telecomandă; Carcasă din metal vopsit; Masă: nu mai mare de 13kg. Garanție 12 luni	Alimentare electrică: 220V / 50 Hz; Numărul de lămpi UV: 8x30W; Suprafața dezinfectată: 360 m ² ; Volum de aer sterilizat: 950 m ³ /h; Sursă de radiație: UV-C; Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent; Durata de funcționare tub UV: 8000h; Lungime de undă tub UV: 253,7 nm; Temperatura de funcționare: -10°C...+50°C; Telecomandă; Carcasă din metal vopsit; Masă: nu mai mare de 13kg. Garanție 12 luni	
Lotul 11 Dispozitiv medical pentru magnetoterapie	Dispozitiv medical pentru magnetoterapie ALMAG PLUS	Rusia	Elatomskii Pribornii Zavod	Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ 50 HZ, 220 V (- 10 %, + 10 %) или 230 V (- 10 %, + 6 %) Clasa de siguranță electrică II TIP BF Puterea consumată de dispozitiv din rețea, nu mai mult 35 WT Masa dispozitivului nu depășește 0,62 KG Dimensiunile generale ale dispozitivului - unitate electronică 137 x 60 x 45 mm	Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ 50 HZ, 220 V (- 10 %, + 10 %) или 230 V (- 10 %, + 6 %) Clasa de siguranță electrică II TIP BF Puterea consumată de dispozitiv din rețea, nu mai mult 35 WT Masa dispozitivului nu depășește 0,62 KG Dimensiunile generale ale dispozitivului - unitate electronică 137 x 60 x 45 mm	

				- nod de impact (una dintre bobine) 15 x 90 mm Numărul de noduri de influență 4 Mod 3 Butoane START-STOP pentru selectarea modului DA Indicator luminos DA Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru (ambele părți plane) a bobinei-inductor a grupului de bobine al aparatului este (6_+2) MTL Frecvență 50 HZ Tipuri de câmpuri magnetice: -CM de alergare cu impuls; -CM Fix cu puls Durata pulsului este 1,5 – 2,5 MS Rata de repetare a impulsurilor câmpului magnetic în fiecare dintre bobine 6,25 HZ Dispozitivul asigură funcționarea în modul intermitent timp de 6 ore IMPULS (22±1) MIN., PAUZA 10 MIN Dispozitivul este deconectat automat de la rețea după (22±1) MIN Timpul mediu între eșecuri >1000 Ț Indicator de câmp magnetic 1 Caz inclus 1 Suporturi reglabile armate Da Durata medie de viață 5 ani Instrucțiune în limba română 1 buc. Garanție 24 luni	- nod de impact (una dintre bobine) 15 x 90 mm Numărul de noduri de influență 4 Mod 3 Butoane START-STOP pentru selectarea modului DA Indicator luminos DA Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru (ambele părți plane) a bobinei-inductor a grupului de bobine al aparatului este (6_+2) MTL Frecvență 50 HZ Tipuri de câmpuri magnetice: -CM de alergare cu impuls; -CM Fix cu puls Durata pulsului este 1,5 – 2,5 MS Rata de repetare a impulsurilor câmpului magnetic în fiecare dintre bobine 6,25 HZ Dispozitivul asigură funcționarea în modul intermitent timp de 6 ore IMPULS (22±1) MIN., PAUZA 10 MIN Dispozitivul este deconectat automat de la rețea după (22±1) MIN Timpul mediu între eșecuri >1000 Ț Indicator de câmp magnetic 1 Caz inclus 1 Suporturi reglabile armate Da Durata medie de viață 5 ani Instrucțiune în limba română 1 buc. Garanție 24 luni	
Lotul 14 Dispozitiv medical pentru terapie cu ultrasunet	Dispozitiv medical pentru terapie cu ultrasunet	Brazilia	Ibramed	Frecvența vibrațiilor ultrasonice, MHz 0,88±0,1%; -Suprafata efectiva a emitorilor, sq. cm: 0,88-1,03F 1 CM2 0,88-1,05F 1 CM2;; 0,88-4,04F 4 CM2; -Ore de lucru CONTINUU, PULSATIL -Reglarea puterii TREPTAT -Intensitatea vibrațiilor ultrasonice, în trepte, W / cm2 DE LA 0 PÂNĂ LA 1 CU PASUL 0,1;	Frecvența vibrațiilor ultrasonice, MHz 0,88±0,1%; -Suprafata efectiva a emitorilor, sq. cm: 0,88-1,03F 1 CM2 0,88-1,05F 1 CM2;; 0,88-4,04F 4 CM2; -Ore de lucru CONTINUU, PULSATIL -Reglarea puterii TREPTAT -Intensitatea vibrațiilor ultrasonice, în trepte, W / cm2 DE LA 0 PÂNĂ LA 1 CU	

				-Durata pulsului, ms 2,4 ȘI 10±20%; -Frecventa repetarii impulsuri Hz 50; -Timpul procedurii, min DE LA 1 PÂNĂ LA 30; -Alimentare cu curent alternativ 220 V, 50 HZ -Consum de energie, nu mai mult, W 45; -Dimensiuni totale, mm 380x140x310; Greutate, kg, nu mai mult 4,5. Setul dispozitivului include: o unitate electronică, trei emițătoare, siguranțe Garanția producătorului: 24 luni	PASUL 0,1; -Durata pulsului, ms 2,4 ȘI 10±20%; -Frecventa repetarii impulsuri Hz 50; -Timpul procedurii, min DE LA 1 PÂNĂ LA 30; -Alimentare cu curent alternativ 220 V, 50 HZ -Consum de energie, nu mai mult, W 45; -Dimensiuni totale, mm 380x140x310; Greutate, kg, nu mai mult 4,5. Setul dispozitivului include: o unitate electronică, trei emițătoare, siguranțe Garanția producătorului: 24 luni	
Lotul 18 Măsuțe de inox pentru sala de proceduri	Măsuțe de inox pentru sala de proceduri	Rep. Moldova	Invest Fond SRL	Material: inox rezistent la agenți chimici; Dimensiuni: Lățime 40±5 cm; Lungime 60±5 cm; Înălțime 90±5 cm. Baza mesei construită din profil min.25x25 mm; Sertar.1 buc; Polite 2 buc; Masă mobilă pe 4 roți, dintre care min. 2 cu frână; Diametrul roți 80 mm; Grosimea poliței min. 0,8 mm; Mâner din inox amplasat lateral pentru manevrarea mesei. Notă: Ofertanții vor prezenta poza cu masa oferită sau desenul machet al mesei.	Material: inox rezistent la agenți chimici; Dimensiuni: Lățime 40±5 cm; Lungime 60±5 cm; Înălțime 90±5 cm. Baza mesei construită din profil min.25x25 mm; Sertar.1 buc; Polite 2 buc; Masă mobilă pe 4 roți, dintre care min. 2 cu frână; Diametrul roți 80 mm; Grosimea poliței min. 0,8 mm; Mâner din inox amplasat lateral pentru manevrarea mesei. Notă: Ofertanții vor prezenta poza cu masa oferită sau desenul machet al mesei.	

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciusev 16, of.6