

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1768992130642</u> din <u>11.02.2026</u>
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a acceleratoarelor liniare

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. 1 Mentenanța la accelerator liniar de particule Vital Beam, Prod. Varian Medical Systems, Inc., Anul 2021	Vital Beam	USA	Varian Medical Systems	Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute, prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate. Toate lucrările de reparație, manopera de instalare a pieselor (din raportul de service) și softului sunt incluse. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 72 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor. Prezentarea certificatelor valabile de la producător, ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse.	Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute, prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate. Toate lucrările de reparație, manopera de instalare a pieselor (din raportul de service) și softului sunt incluse. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 72 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor. Prezentarea certificatelor valabile de la producător, ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse.	Certificate de training

Lot. 2 Mentenanța la accelerator liniar de particule Clinac DHX, Prod. Varian Medical Systems, Inc., Anul 2008	Clinac DHX	USA	Varian Medical Systems	Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute, prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate. Toate lucrările de reparație, manopera de instalare a pieselor (din raportul de service) și softului sunt incluse. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 72 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor. Prezentarea certificatelor valabile de la producător, ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse.	Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute, prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate. Toate lucrările de reparație, manopera de instalare a pieselor (din raportul de service) și softului sunt incluse. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 72 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor. Prezentarea certificatelor valabile de la producător, ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse.	
--	-----------------------	------------	---------------------------------------	---	---	--

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Bîrlădeanu Ruslan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MolDan SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Șciusev 16