

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1762270742742 din 26.11.2025									
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (repetat 3)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)	Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)	RL-AFR-300	China	RAPID LABS LIMITED	Principiul de funcționare - Testare point-of-care (POCT). Analiza Troponinei- I (cTnI) cu diapazonul de măsurare de la 50 Ng/L. Se admite heparinizarea probei de sânge doar prin mixarea manuală cu reagent în eprubeta/vas inclus în test cu tot setul de reagenți necesari. Nu se acceptă dispozitivele care necesită centrifugare. Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. Capacitate de testare: test cu test. Memorie de stocare de cel puțin 1000 investigații. Să includă în set printer termic pentru înregistrarea rezultatelor, dotat cu 5 rulouri de hârtie compatibilă pentru fiecare set. Greutatea de până la 2kg. Portabil, să funcționeze după principiul (POCT), compatibil cu utilizarea în autoambulanță la etapa de pre spital. Alimentare acumulatorului încorporat de la rețeaua de 12 V CC sau 220 V CA cu accesorii incluse. Să includă test/sistem pentru verificarea calității testării. Dotat cu geantă/husă de transportare.	Principiul de funcționare - Testare point-of-care (POCT). - da, manual de utilizare, pagina 5. Analiza Troponinei- I (cTnI) cu diapazonul de măsurare de la 50 Ng/L. - 0,02 -20 ng/ml = 20-200 ng/L, instrucțiunea testului, pagina 1. Se admite heparinizarea probei de sânge doar prin mixarea manuală cu reagent în eprubeta/vas inclus în test cu tot setul de reagenți necesari. Nu se acceptă dispozitivele care necesită centrifugare. - da, în setul testului sunt incluse tuburi de colectare a probei cu buffer pentru mixarea manuală, p 1, instrucțiunea testului. Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. - da, 15 minute, p.1, instrucțiunea tesului Capacitate de testare: test cu test. - da, posibilitatea de testare prin un canal, după testarea unui test analizorul este gată de testat următorul test, p. 26-30, Manual de testare Memorie de stocare de cel puțin 1000 investigații. - da, 10000, p. 8, Manual de utilizare Să includă în set printer termic pentru înregistrarea rezultatelor, dotat cu 5 rulouri de hârtie compatibilă pentru fiecare set. - da, printer termic este încorporat și va fi dotat cu 5 rulouri de hîrtie compatibilă cu analizorul oferit, p. 6, 8, Manual de utilizare Greutatea de până la 2kg. - da, <1,5 kg, p.8, Manual de utilizare Portabil, să funcționeze după principiul (POCT), compatibil cu utilizarea în autoambulanță la ctapa de pre spital - da, p. 5, Manual de utilizare Alimentare acumulatorului încorporat de la rețeaua de 12 V CC sau 220 V CA cu accesorii incluse. - da, Input: AC 100 240V 50/60Hz, DC 18V 2 A, p. 6, 8, Manual de utilizare Să includă test/sistem pentru verificarea calității testării. - da, controlul testului presupune linie de control pe cartușul testului, p.1, instrucțiunea testului, controlul sistemului - cu analizaorul oferit în ambalajul vin 2 buc. de QC Test Device pentru controlul funcționalității și calității sistemului analizorului, p.6, 8, 14, Manual de utilizare. Dotat cu geantă/husă de transportare. - da, Manual de utilizare și instrucțiunea testului se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - DM000823267
33100000-1	1	Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)	Teste	D-FlhsCTID25	China	RAPID LABS LIMITED	Compatibile cu analizatorul oferat. Livrarea testelor se face conform cantității solicitate în dependență de volumul necesar. Termen de valabilitate a testelor ,a momentul livrării, de minimum 80% din durata totală de valabilitate declarată de producător, dar nu mai puțin de 18 luni	Compatibile cu analizatorul oferat. Livrarea testelor se face conform cantității solicitate în dependență de volumul necesar. Termen de valabilitate a testelor ,a momentul livrării, de minimum 80% din durata totală de valabilitate declarată de producător, dar nu mai puțin de 18 luni. Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chişinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9