

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1713188671644 din: 18 apr 2024, 11:22 - 23 apr 2024, 8:22

**Obiectul achiziției:** Bloc de control pneumatic pentru generatorul de oxigen Atlas Copco OGP 35

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>Bunuri/servicii</b>						
3310000 0-1	Bloc de control pneumatic pentru generatorul de oxigen Atlas Copco OGP 35	Supapă solenoidală 24 v <b>EN531-16-PN3</b> (4 buc) + Placă presiune <b>EN531 1003</b> (1 buc) + Fitinguri conexiune <b>S2610 1/4, 1/8</b> (11 buc) + Amortizor fonic <b>SET-8</b> (1 buc)	Suedia	AtlasCopco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloc de control pneumatic pentru generatorul de oxigen Atlas Copco OGP 35:</li> <li>• Cu minimum 4 valve pneumatice,</li> <li>• Cu suport pentru minim 3 valve pneumatice,</li> <li>• Conectorul de intrare in suport - 6 mm diametrul,</li> <li>• Cu alimentare de 24VDC,</li> <li>• Presiunea maxima <math>\geq</math> 8 bar,</li> <li>• Conectorul de ieșire din valva 6 mm.</li> <li>• Compatibil cu generatorul de oxigen Atlas Copco OGP 35.</li> <li>• Blocul dat sa asigure funcționalitatea generatorului de oxigen conform cerințelor.</li> <li>• Instalarea și testarea de către agentul economic.</li> <li>• Termen de livrare maxim 7 zile calendaristice.</li> <li>• Termen de garanție minim 6 luni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloc de control pneumatic pentru generatorul de oxigen Atlas Copco OGP 35:</li> <li>• Cu minimum 4 valve pneumatice,</li> <li>• Cu suport pentru minim 3 valve pneumatice,</li> <li>• Conectorul de intrare in suport - 6 mm diametrul,</li> <li>• Cu alimentare de 24VDC,</li> <li>• Presiunea maxima <math>\geq</math> 8 bar,</li> <li>• Conectorul de ieșire din valva 6 mm.</li> <li>• Compatibil cu generatorul de oxigen Atlas Copco OGP 35.</li> <li>• Blocul dat sa asigure funcționalitatea generatorului de oxigen conform cerințelor.</li> <li>• Instalarea și testarea de către agentul economic.</li> <li>• Termen de livrare maxim 7 zile calendaristice.</li> <li>• Termen de garanție minim 6 luni.</li> </ul>	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**