

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3,4,5,7,8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,6]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770366366365 / 21561626						Data: 20 Martie 2026	
Obiectul achiziției: Reactive - 2026						LOT: 41	
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
41. Program Internațional de Control de Calitate Extern Internațional European (lot deschis p/u oferte alternative)							
33696000-5	41.1. Program Control Chimie Clinică, trimestrial	2050 General clinical chemistry, 2-level sera (serum B and C)	Finlanda	Labquality	41.1. Program Control Chimie Clinică, trimestrial - Set de control pentru control extern internațional de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a câte 2-3 nivele de raportare pentru cel puțin 15 parametri esențiali: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, ALP, Alfa-Amilaza totala, LDH, Fier. Certificate: CE, IVD. Furnizorul să asigure cu: suportul inginerului sau specialist în metode de chimie clinică, ghidare și înregistrare prealabilă pe pagina internațională Web a organizatorului de control de calitate european pentru prezentarea rezultatelor controlului de calitate în mod electronic. Acces la rezultate: prin cabinet individual de pe pagina Web a organizatorului de control european sau e-mail. Pagina Web: înregistrarea a două cabinete individuale pentru prezentarea rezultatelor proprii separat: Laborator Planic IMU, Laborator UPU.	Set de control extern pentru chimie clinică - 2050 ; Set de control pentru control extern internațional de calitate European. Eșantion: 2 probe de ser uman lichid, acoperind un interval larg de concentrații, de 3–5 ml. Examinări: Alanine aminotransferase, albumin, alfa-1-antitrypcine, alfa-1-glycoprotein, alkaline phosphatase, amylase, pancreas amylase, aspartate aminotransferase, bilirubin, ferritin, phosphate, glucose, glutamyltransferase, haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, potassium, calcium, ionized calcium, ionized calcium pH corrected (7.4), chloride, cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, cortisol, creatine kinase, creatinine, copper, lactate, lactate dehydrogenase, lipase, lithium, magnesium, sodium, osmolality, protein, iron binding capacity, iron, selenium, zinc, transferrin, transferrin receptor, triglycerides, tri-iodio-thyronine, thyrotropin, tyroxine, free tyroxine, urea, uric acid. Programul stabilit al producătorului - 6 runde: 6 luni; februarie aprilie, iunie, august, octombrie, noiembrie 2026 Notă: Compararea simultană a două intervale de concentrație diferite. Valorile metodei de referință sunt disponibile ocazional pentru unii dintre analiți. Se va asigura suportul specialiștilor cu privire la ghidarea și înregistrarea prealabilă pe pagina internațională Web a organizatorului de control de calitate european pentru prezentarea rezultatelor controlului de calitate în mod electronic. Acces la rezultate: prin cabinet individual de pe pagina Web a organizatorului de control european sau e-mail.	EN ISO/IEC 17043; EN ISO/IEC 17021-1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33696000-5	41.2. Program Control Coagulare, trimestrial	4330 Activated partial thromboplastin time, INR and fibrinogen	Finlanda	Labquality	41.2. Program Control Coagulare , trimestrial - Set de control pentru control extern internațional de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a câte 2-3 nivele de raportare pentru: PT după Quick cu INR, Fibrinogen după Clauss, APTT. Certificate: CE, IVD. Furnizorul să asigure cu: suportul inginerului sau specialist în metode de coagulare, ghidare și înregistrare prealabilă pe pagina internațională Web a organizatorului de control de calitate european pentru prezentarea rezultatelor controlului de calitate în mod electronic. Acces la rezultate: prin cabinet individual de pe pagina Web a organizatorului de control european sau e-mail. Analizatoare de coagulare: automat tip închis Coatron A4. Pagina Web: înregistrarea a două cabinete individuale pentru prezentarea rezultatelor proprii separat: Laborator Planic IMU, Laborator UPU.	Set de control extern Coagulare - 4330 Eșantion: 2 probe de plasmă liofilizată, 0,5–1 ml.. Examinări: APTT, fibrinogen and Prothrombin time (INR, PT% and PT in seconds). Programul stabilit al producătorului - 4 runde: 4 luni; februarie; mai; august; noiembrie 2026 Nota! Program annual (cantitate necesară pentru 4 luni din 2026). Se va asigura suportul specialiștilor cu privire la ghidarea și înregistrarea prealabilă pe pagina internațională Web a organizatorului de control de calitate european pentru prezentarea rezultatelor controlului de calitate în mod electronic. Acces la rezultate: prin cabinet individual de pe pagina Web a organizatorului de control european sau e-mail.	EN ISO/IEC 17043; EN ISO/IEC 17021-1
33696000-5	41.3. Program Control Urinar, trimestrial	3160 Urine quantitative chemistry 3200 Urine, identification of cells and other particles	Finlanda	Labquality	41.3. Program Control Urinar , trimestrial - Material hematologic integral pentru control extern internațional de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a câte 2-3 nivele de raportare pentru: Biochimia urinei și Microscopia. Certificate: CE, IVD. Furnizorul să asigure cu: suportul inginerului sau specialist în metode de coagulare, ghidare și înregistrare prealabilă pe pagina internațională Web a organizatorului de control de calitate european pentru prezentarea rezultatelor controlului de calitate în mod electronic. Acces la rezultate: prin cabinet individual de pe pagina Web a organizatorului de control european sau e-mail. Analizator: (1) Semiautomat, (2) Analyticon automat. Pagina Web: înregistrarea a două cabinete individuale pentru prezentarea rezultatelor proprii separat: Laborator Planic IMU, Laborator UPU.	Set de control extern pentru control urinar: Control chimic cantitativ a urinei - 3160 Eșantion: 1 probă de urină lichidă, 10 ml. Proprietățile eșantionului: plasmă liofilizată Examinări: Albumin, amylase, calcium, chloride, cortisol-free, creatinine, glucose, inorganic phosphate, magnesium, osmolality, pH, potassium, protein, relative density, sodium, urea, uric acid. Programul stabilit al producătorului - 4 runde: 4 luni; martie; mai; septembrie; decembrie 2026 Control microscopia urinei - identificarea celulelor și a altor particule - 3200 Eșantion: 4 imagini digitale. Examinări: Identificarea celulelor și a altor particule. Programul stabilit al producătorului - 4 runde: 4 luni; februarie; mai; august; noiembrie 2026 Nota! Program annual de control extern (cantitate necesară pentru 4 luni din 2026). Se va asigura suportul specialiștilor cu privire la ghidarea și înregistrarea prealabilă pe pagina internațională Web a organizatorului de control de calitate european pentru prezentarea rezultatelor controlului de calitate în mod electronic. Acces la rezultate: prin cabinet individual de pe pagina Web a organizatorului de control european sau e-mail.	EN ISO/IEC 17043; EN ISO/IEC 17021-1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33696000-5	41.4. Program Control Hematologic, trimestrial	4110 Basic blood count, 2-level samples	Finlanda	Labquality	41.4. Program Control Hematologic , trimestrial - Material hematologic integral pentru control extern internațional de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a câte 2-3 nivele de raportare pentru: RBC, HGB, HCT, PLT, WBC, Formula leucocitară (opțional). Certificate: CE, IVD. Furnizorul să asigure cu: suportul inginerului sau specialist în metode de coagulare, ghidare și înregistrare prealabilă pe pagina internațională Web a organizatorului de control de calitate european pentru prezentarea rezultatelor controlului de calitate în mod electronic. Acces la rezultate: prin cabinet individual de pe pagina Web a organizatorului de control european sau e-mail. Analizator 5 DIFF: modelele Sysmex. Pagina Web: înregistrarea a două cabinete individuale pentru prezentarea rezultatelor proprii separat: Laborator Planic IMU, Laborator UPU.	Set de control extern hematologic pentru examinarea hemoleucogramei de baza - 4110 Eșantion: 2 suspensii de celule sanguine, 3 ml. Examinări: Hb, HCT, MCH, MCHC, MCV, PLT, RBC, RDW (red cell distribution width), WBC, cumulative patient means of MCH, MCHC, MCV. Programul constă din 12 runde Programul stabilit al producătorului - 12 runde: lunar; ianuarie-decembrie 2026 Notă: Nu este compatibil cu analizorul PixCell Medical HemoScreen. Se va asigura suportul specialiștilor cu privire la ghidarea și înregistrarea prealabilă pe pagina internațională Web a organizatorului de control de calitate european pentru prezentarea rezultatelor controlului de calitate în mod electronic. Acces la rezultate: prin cabinet individual de pe pagina Web a organizatorului de control european sau e-mail.	EN ISO/IEC 17043; EN ISO/IEC 17021-1

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova