

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE NR PL 16 002

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NO PL 16 002



Aktualizacja nr 1
Revision No 1

Wydany przez:
Issued by: GŁÓWNY URZĄD MIAR
ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa

Jednostka Notyfikowana
Notified Body 1440

Na podstawie:
In accordance with: Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 802), wdrażającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAWID)
Regulation of Minister of Economic Development of 2 June 2016 on requirements for non-automatic weighing instruments (implementing Directive 2014/31/UE of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments)

Wydano dla producenta:
Issued to manufacturer: AXIS Sp. z o.o., ul. Kartuska 375B, 80-125 Gdańsk, Polska

Dotyczy:
In respect of: wagi nieautomatycznej elektronicznej ogólnego stosowania
electronic non-automatic weighing instrument of general use

typ: type:	ALN / ACN	klasa dokładności: accuracy class:	I
Max:		50 g ÷ 220 g	
Min:		10 mg	
e:		1 mg	
n:		≤ 220 000	
d:		0,1 mg	
T:		-Max	
zakres temperatury: (temperature range:)		18 °C ÷ 35 °C	

Wniosek końcowy:
Final statement: Waga nieautomatyczna spełnia wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych
Non-automatic weighing instrument satisfies the requirements set out in the regulation of Minister of Economic Development of 2 June 2016 on requirements for non-automatic weighing instruments.

Data ważności:
Valid until: 17.03.2026

Numer sprawy¹:
Reference number: ZMI-CERT.4410.2.2018

Liczba stron: 10
Number of pages:

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jeśli istnieją, są zawarte w załączniku, który jest integralną częścią certyfikatu.

The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.

Wersja obecna zastępuje wersje poprzednie wraz z uzupełnieniami, jeśli wydano.

This version of Certificate replaces the earlier versions with additions if issued.



p.o. PREZES
Głównego Urzędu Miar

Maciej Dobieszewski
Wiceprezes

Prezes GUM

Warszawa, 20.11.2018