

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1693229429244 din 12.09.2023						
Obiectul achiziției: Consumabile medicale pentru Secția Anestezie și Reanimare pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertată	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Filtre antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	40820S	Turcia	Rvent	<ol style="list-style-type: none"> 1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. rezistenta fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cmH2O, la 60 L/min- maxim 2,6 cmH2O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H2O/L, 7. port Luer p/proba de CO2 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare component 	<ol style="list-style-type: none"> 1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. rezistenta fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cmH2O, la 60 L/min- maxim 2,6 cmH2O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H2O/L, 7. port Luer p/proba de CO2 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare component 	CE
Discofix C3 RED robinete	760 3041 1	Turcia	Bicakcilar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steril 2. Cu 3 cai 3. Conectare tip „Luer lock” 4. Se adapteaza intre linia de perfuzie si cateter iv. Pentru a controla extra medicatia in linia venoasa 5. Luer lock rotativ tip female, pentru posibilitatea de conectare la orice dispozitiv Luer-lock 6. Robinet prevazut cu sageti care indica directia de curgere a lichidului 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steril 2. Cu 3 cai 3. Conectare tip „Luer lock” 4. Se adapteaza intre linia de perfuzie si cateter iv. Pentru a controla extra medicatia in linia venoasa 5. Luer lock rotativ tip female, pentru posibilitatea de conectare la orice dispozitiv Luer-lock 6. Robinet prevazut cu sageti care indica directia de curgere a lichidului 	CE
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal 16Fr	72160	Turcia	Rvent	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, 2. camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, 3. cu minim 2 inele de curatare a cateterului 4. cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, 5. cu blocarea butonului de aspirare, 6. lungimea cateterului minim 50- 70 cm, 7. capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, 8. cu port aditional p/u introducerea medicamentelor endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii, 16Fr 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, 2. camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, 3. cu minim 2 inele de curatare a cateterului 4. cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, 5. cu blocarea butonului de aspirare, 6. lungimea cateterului minim 50- 70 cm, 7. capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, 8. cu port aditional p/u introducerea medicamentelor endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii, 16Fr 	CE
Tubulatura gofrate Aparat de ventilare	31305020	Turcia	Rvent	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cu balon (colector) pentru O2 2. Fara miros 3. Piesa Y 4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cu balon (colector) pentru O2 2. Fara miros 3. Piesa Y 4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO2 	CE

				5. Lungimea minima 150 cm 6. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm 7. Ambalat steril	5. Lungimea minima 150 cm 6. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm 7. Ambalat steril	
Tub traheostomic cu manjeta	555 0090 1	Turcia	Bicakcilar	1. PVC, 2. transparent, 3. linie radioopaca, 4. cu manseta de presiune joasa. 5. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal)	1. PVC, 2. transparent, 3. linie radioopaca, 4. cu manseta de presiune joasa. 5. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal)	CE
Filtre bactericid pentru trahiostrama (nas artificial)	40100S	Turcia	Rvent	1. Filtru bactericid cu posibilitatea de conexiune la trahiostrama marimea 15mm 2. Port lateral cu posibilitatea conectarii la sursa de O2 3. Ambalat Steril, de unica folosinta 4. Utilizat la pacientii cu respiratie spontana la trahiostrama care creaza presiune pozetiva fiziologica in caile aeriene	1. Filtru bactericid cu posibilitatea de conexiune la trahiostrama marimea 15mm 2. Port lateral cu posibilitatea conectarii la sursa de O2 3. Ambalat Steril, de unica folosinta 4. Utilizat la pacientii cu respiratie spontana la trahiostrama care creaza presiune pozetiva fiziologica in caile aeriene	CE
Nibulizator	50120	Turcia	Rvent	Confectionat din PVC medical Dotat cu piesa T conector standart 15/22 mm Tub de conectare la sursa de O2 Container pentru nebulizare cu volum minim 6 ml	Confectionat din PVC medical Dotat cu piesa T conector standart 15/22 mm Tub de conectare la sursa de O2 Container pentru nebulizare cu volum minim 6 ml	CE
Spirometru cu 3 bile	186 1200 2	Turcia	Bicakcilar	Dispozitiv pentru exersarea respiratiei, penru inspir profund. 3 cameral 3 cameral +3 bile Furtun de conectare si piesa bucala	Dispozitiv pentru exersarea respiratiei, penru inspir profund. 3 cameral 3 cameral +3 bile Furtun de conectare si piesa bucala	CE
Linie de prelevare CO2 pentru capnografie	2114	Turcia	Rvent	Conexiune Luer-Lock male-male Lungimea minima 100 cm Ambalat steril	Conexiune Luer-Lock male-male Lungimea minima 100 cm Ambalat steril	CE
Electrozi EKG/electrod adeziv Ag/AgCl tip snap clip	SF03	China	Intco	Electrozi EKG/electrod adeziv Ag/AgCl tip snap clip	Electrozi EKG/electrod adeziv Ag/AgCl tip snap clip	CE
Mucus extractor tip Polimed 4004+4008	229-01	Turcia	Medbar	1. Non toxic 2 Apirogen 3. De o singura folosinta ,	1. Non toxic 2 Apirogen 3. De o singura folosinta ,	CE
Masca nebulaizer M	54210	Turcia	Rvent	Masca nebulaizer M	Masca nebulaizer M	CE
Masca nebulaizer L	53210	Turcia	Rvent	Masca nebulaizer L	Masca nebulaizer L	CE
Masca pentru anestezie N 3	8030	Turcia	Rvent	Masca pentru anestezie N 3	Masca pentru anestezie N 3	CE
Masca pentru anestezie N 4	8040	Turcia	Rvent	Masca pentru anestezie N 4	Masca pentru anestezie N 4	CE
Masca pentru anestezie N 5	8050	Turcia	Rvent	Masca pentru anestezie N 5	Masca pentru anestezie N 5	CE
Sac pentru aparat VAP	6020	Turcia	Rvent	Sac pentru aparat VAP	Sac pentru aparat VAP	CE
Urometru 2000 ml	022 7404 1	Turcia	Bicakcilar	Urometru 2000 ml	Urometru 2000 ml	CE
Saltea antiescara	QDC-303	China	Yhmed	Saltea antiescara	Saltea antiescara	CE
Celule O2 ventilator Mindray SV 300, SV 650, SV 600.	E-77/0S	Germania	Gambert	Celule O2 ventilator Mindray SV 300, SV 650, SV 600.	Celule O2 ventilator Mindray SV 300, SV 650, SV 600.	CE
Sisteme p/u aspiratie toracala inchisa Polyvac steril 800 ml	4AHD800DT18	Turcia	Dort-A-Tip	Sisteme p/u aspiratie toracala inchisa Polyvac steril 800 ml	Sisteme p/u aspiratie toracala inchisa echivalent Polyvac steril 800 ml	CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**