

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație publică: 21049165 din 22 decembrie 2021

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă/corectivă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2022

Autoritatea Contractantă: IMSP Institutul Oncologic

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 1						
33190000-8	Sistem de diagnostic radiologic mobil MobileArt Evolution EFX Version, Prod. Shimadzu Corporation, Anul 2014	Mobil Artevolution nr. Seriei M1BDE2447004 , Mobil Artevolution nr. Seriei M1BDE2447005	Japonia	Shimadzu	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului	CE

	LOT 2						
33190000-8	Sistem radiologic de mamografie staționar, digital AMULET f, Prod. Fujifilm Corporation, Anul 2014	Amulet F nr. Seriei 46540175	Japonia	FujiFilm	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Presentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.	CE
	LOT 3						
33190000-8	Sistem de diagnostic radiologic mobil SONIALVISION G4, Prod. Shimadzu Corporation, Anul 2014	SONIALVISION G4	Japonia	Shimadzu	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Presentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.	CE
	LOT 4						

33190000-8	Cititor de imagini X-ray FCR CAPSULA XLII, Prod. Fujifilm Corporation, Anul 2014	X-ray FCR CAPSULA XLII	Japonia	FujiFilm	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.	CE
	LOT 12						

33190000-8	Mentenanța pentru ventilator pulmonar AirLiquide Monnal T75	AirLiquide Monnal T75	Air Liquide	Franta	Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Update la software, verificarea sistemelor electrice, pneumatice, lubrefierea părților mecanice, curățarea dispozitivului și tuturor filtrelor de praf, efectuarea verificării funcționalității corecte a regimurilor de ventilare, diagnostic, calibrarea senzorilor de presiune și a senzorilor de flux și schimbare de piese la necesitate, recalibrare după schimbare de piese. În costul serviciilor de mentenanță să fie incluse chitul de mentenanță anual recomandat de producator Intervenția a minim de două ori pe an per dispozitiv. Minim 10 intervenții de depanare la solicitare. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător; Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Să se indice prețul pentru fiecare lucrare recomandat de producător și pentru fiecare intervenție de depanare. Lucrările se vor efectua la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.	Update la software, verificarea sistemelor electrice, pneumatice, lubrefierea părților mecanice, curățarea dispozitivului și tuturor filtrelor de praf, efectuarea verificării funcționalității corecte a regimurilor de ventilare, diagnostic, calibrarea senzorilor de presiune și a senzorilor de flux și schimbare de piese la necesitate, recalibrare după schimbare de piese. Costul anual al serviciilor de mentenanță va include și kitul* de mentenanță recomandat de producator. Intervenția conform graficului de mentenanță stabilit. Timpul de reacție în termenii solicitati de beneficiar.	CE
LOT 18							

33190000-8	Sistem de diagnostic radiologic mobil Opescope Acteno, Prod. Shimadzu Corporation, Anul 2014	Opescope Acteno nr. Seriei MPD8248004	Japonia	Shimadzu	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.	CE
------------	---	---	---------	----------	---	---	----

* **Kitul** de menetenanta intra in costul annual de mentenanta, conform prevederilor contractuale.

Numele, Prenumele: **Botnaru Andrei**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Neotec**”SRL

Adresa: **mun.Chisinau, str.Zaikin, 37**