

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1707901955766 din 14.02.2024**

Denumirea procedurii de achiziție: **Gaze comprimate**

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	24100000-5	Lot 3 Heliu 5,0 (pur 99,999%)	Helium 5,0 (pur 99,999%)	Ucraina	CRYOIN ENGINEERING	Bucată=Butelie a câte 9,1 Nmc. Puritate - 99,9990% Impurități admise: Oxigen – max.2 ppm Azot - max.3 ppm Apa – max.3 ppm Hidrocarburi- max.0,2 ppm CO – max. 1 ppm CO2 – max. 1 ppm reîncărcare în butelie eurostandart conform DIN 477-6	Bucată=Butelie a câte 9,1 Nmc. Puritate - 99,9990% Impurități admise: Oxigen – max.2 ppm Azot - max.3 ppm Apa – max.3 ppm Hidrocarburi- max.0,2 ppm CO – max. 1 ppm CO2 – max. 1 ppm reîncărcare în butelie eurostandart conform DIN 477-6	ISO
2	24100000-5	Lot 5 Azot lichid - reîncărcare butelie client	Azot lichid	Moldova	ICS TehGaz Grup	Reîncărcare butelie client (vas Diuar)	Reîncărcare butelie client (vas Diuar)	ISO
3	24100000-5	Lot 7 Amestec de gaze CO/aer (monoxid de carbon/aer)	46mg/m ³ 1,0 mg/m ³	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»	Bucată=butelie 20dm ³ (p/u 2 butelii a câte 10 dm ³) 1 butelie concentrația-46mg/m ³ și 1 butelie Conc.-1,0 mg/m ³)	Bucată=butelie 20dm ³ (p/u 2 butelii a câte 10 dm ³) 1 butelie concentrația-46mg/m ³ și 1 butelie Conc.-1,0 mg/m ³)	ISO

Semnat: _____

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

26.02.2024

Funcția: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**