

		Specificații tehnice									
											Pag. 1 din 1
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1755167088459 / 21466800 din 23.10.2025						Lot 27		
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referinta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33100000-1	27	Glucometru (caracteristici avansate) 151210	Glucometru (caracteristici avansate) 151210	Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 + Test Strips HT-100 compatibile cu glucometrul	Taiwan	Tyson Byo	Cod 151210 Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Venos Volumul minimal al probei ≤ 1 µL Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului 20-65 % Timpul de măsurare ≤ 7 sec. Ecran LCD obligatoriu Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată obligatoriu Memoria numărul de teste ≥300 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu Baterie internă obligatoriu Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată obligatoriu Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile obligatoriu Baterie ≥ 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de intepare, teste) obligatoriu Dispozitiv de intepare cu nivel reglabil de strapungere obligatoriu Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni ≥ 400 buc.	Glucometru (caracteristici avansate) . Cod 151210 Descriere:Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 Analizator de glicemie portabil pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță si spitale. Parametru Specificatia : Metoda - Electrochimică Tip probă - Sânge integral venos și capilar; Specificări tehnice pentru glucometre: Volumul minimal al probei - 0.7 µL, Brosura pag. 2 ; Gama de măsurare - 1.1 - 33.3 mmol/L- Brosura pag.2 Gama hematocritului - 0 - 70 % - Brosura pag.2 Timpul de măsurare - 5 Sec/ Test- Brosura pag.2 Ecran LCD - DA, Brosura pag.1 Calibrarea automată - DA Brosura pag.2 Oprire automată -Da (in 2 minute) , Manual de utilizare in Iromana pag.6 , punctul 4. Memoria numărul de teste - peste 500 teste - Brosura pag.2 , Manual in Iromana pag.8 CONECTARE la PC prin USB pentru salvarea/transferarea rezultatelor- Brosura pag.2, Manual de utilizare in Iromana pag 8 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu - Da (indicat pe ecran) Brosura pag.2 Baterie internă obligatoriu - 2 baterii AAA- Brosura pag.2 Autonomie de la baterie -1000 teste - Brosura pag.2 Indicator baterie descărcată obligatoriu-Da Manual de utilizare Iromana pag.3 Battery Icon Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu- DA Toate accesoriile și consumabile sunt compatibile . SETUL CONTINE : 1. GLUCOMETRU 2. Teste cu termenul de valabilitatea 18 luni - 400 buc.incluse in set Ace sterile de unică utilizare - 400 buc.incluse in set 4. HT 100 Control Solution 5. Geantă de transport pentru glucometru si accesorii + dispozitiv de intepare	3.	CE,ISO HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377195 Test Strips HT-100 Nr.inregistrarii la AMDM DM000377194	

Nume: Varman Irina În calitate de: Director
Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Dokuceaev, 6
semnat electronic