



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Rgo 2-1608
Nr. _____ din " _____ " *26-04* 2019

LIFE MED SRL

lifemed@inbox.ru

aleksander@inbox.ru

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1550747874823** din 29.03.2019 privind "Achiziționarea articolelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2019", Vă comunică că conform **deciziei din 25.04.2019** oferta Dvs. pentru loturile de mai jos nu a fost acceptată din motivele ce urmează:

Lotul nr. 8 Microcatetere

Nu corespunde

Microcatetere Maestro 2.8 fr nu au compatibilitate pentru microsferă de 900 nm cum sa cerut in specificatii

Lotul nr. 27 Stent expandabil pe balon

Nu corespunde

nu au lungimi 12, 17

au design hybrid (noi avem cellule deschise)

Lotul nr. 32 Stent pentru artere carotide

Nu corespunde

XACT nu este cu dublu perete

În contextul celor relatate, în temeiul art. 65 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. pentru loturile de mai sus nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde specificațiilor tehnice expuse în FDA.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director

Centru pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci