

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1743407797717
Obiectul achiziției: “Servicii de deservire dispozitivului medical (sistem de mamografie) pentru a.2025”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar- de de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Sistem de mamografie Lotul 1	Helianthus DBT	Italia	Metaltronica SPA	Sistem de mamografie, Model Helianthus DBT. Anul de producere 2022. Cerințe suplimentare: - Deservirea utilajului se va efectua la sediul autorității contractante conform graficului stabilit; - În caz de urgență, specialistul se va prezenta la autoritatea contractantă timp de min 30 minute -maxim3-4 ore; - Executorul se obligă: - Să efectueze controlul parametrilor tehnici; - Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului tehnic; - Să efectueze mentenanța preventivă, corectă, periodică și reparații de nivel înalt a dispozitivelor medicale; - Să îndeplinească formulare-model (fișa de mentenanță, jurnalul de gardă) după fiecare intervenție la dispozitiv;	Sistem de mamografie, Model Helianthus DBT. Anul de producere 2022. Cerințe suplimentare: - Deservirea utilajului se va efectua la sediul autorității contractante conform graficului stabilit; - În caz de urgență, specialistul se va prezenta la autoritatea contractantă timp de min 30 minute -maxim3-4 ore; - Executorul se obligă: - Să efectueze controlul parametrilor tehnici; - Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului tehnic; - Să efectueze mentenanța preventivă, corectă, periodică și reparații de nivel înalt a dispozitivelor medicale; - Să îndeplinească formulare-model (fișa de mentenanță, jurnalul de gardă) după fiecare intervenție la dispozitiv; - Să instruiască personalul medical în privința	CE, ISO

				- Să instruiască personalul medical în privința exploatării corecte aparaturii medical. 4. În prețul deservirii vor fi incluse: - lucrări de complicație joasă: mentenanța periodică, mentenanța preventivă și reparații curente a dispozitivelor medicale; - lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice și pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu; - montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea parametrilor; - lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - piese de schimb pentru lucrări de complicație joasă și asamblarea lor și verificarea parametrilor conform manualului tehnic.	exploatării corecte aparaturii medical. 4. În prețul deservirii vor fi incluse: - lucrări de complicație joasă: mentenanța periodică, mentenanța preventivă și reparații curente a dispozitivelor medicale; - lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice și pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu; - montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea parametrilor; - lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - piese de schimb pentru lucrări de complicație joasă și asamblarea lor și verificarea parametrilor conform manualului tehnic.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)