

Specificații tehnice (F2.1)

Termometre digitale cu capacitatea de măsură -100 la + 800 Grade Celsius , cu sondă PT100

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Testo thermometer	Model Testo 110	Germania	Testo SE & Co. KGaA	Conform specificațiilor caietului de sarcini	Testo 110 - instrument de masurare a temperaturii NTC si Pt100 si conexiune la aplicatia testo App - Precizie ridicata datorita sondelor digitale Pt100 conectabile - Conform HACCP, conform EN13485 pentru utilizare in sectorul alimentar - Configuratie rapida in aplicatie, isotric grafice, ecran seundar si memotie in testo App - Alarma sonora daca este depasita o valoare limita stabilita - Domeniu de masura NTC: - 50...150 °C; Precizie: $\pm 0,2$ °C (de la -20 la +80 °C); $\pm 0,3$ °C (in rest); Rezolutie: 0.1 °C - Domeniu de masura PT100: - 200..+800 °C: Precizie si rezolutie: in functie de sonda - Tip baterie: 3 x AA; - Durata de viata baterie: aprox 100 h Include: geanta de transport, protocol de calibrare si 3 baterii AA Și: Sonda digitala de laborator Pt100 în tub de sticla pentru masuratori în medii corozive

					- Lungime tija: 200 mm - Diametru tija: Ø 6mm - Domeniu de masurare: de la -50 la +400 °C - Precizie: $\pm(0,3\text{ }^{\circ}\text{C} + 0,3\% \text{ din v.m.})$ (de la -50 la +300 °C; $\pm(0,4\text{ }^{\circ}\text{C} + 0,6\% \text{ din v.m.})$ (de la +300,01 la +400 °C) - Rezolutie: 0,01 °C
TOTAL					4 bucati

Semnat: _____

Nume: **Gheorghe BURDILA,**

În calitate de: Director Techno-Test S.R.L.

Ofertantul: **Techno-Test S.R.L.**

Adresa: str. Mihai Eminescu, 66, Chisinau, Moldova, MD-2012

Data: “ 03” Decembrie 2023