

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740405073009 din 04.03.2025

Obiectul achiziției: Echipament de laborator pentru laboratorul ADN

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Termometru digital pentru frigider/congelator cu sondă	TempMate M2 TH	Germania	Tempmate GmbH	<p>termometru electronic cu sondă (senzor) pe fir;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime fir (cu sondă) nu mai mică de 100 cm;</li> <li>- lungime sondă aproximativ 2 cm;</li> <li>- interval de măsurare a temperaturii -50 - +40 grade Celsius;</li> <li>- precizia măsurării de temperatură pana la 0.1 grade Celsius;</li> <li>- afisaj LCD;</li> <li>- Afisajul digital cu 3 linii afisează simultan temperatura minimă, maximă si temperatura curenta;</li> <li>- rata de actualizare (frecvența de masurare) 1 secunda;</li> <li>- alimentare baterie (incluse);</li> <li>- sonda poate fi amplasata în frigider, congelator, cameră etc;</li> <li>- Cu certificat de etalonare/calibrare de la producător.</li> <li>- Cu certificat metrologic conform ISO 17025:2018 emis de instituția specializată din Republica Moldova.</li> </ul>	<p>termometru electronic cu sondă (senzor) pe fir de temperatură și umiditate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime fir (cu sondă) 120 cm;</li> <li>- lungime sondă aproximativ 2 cm;</li> <li>- interval de măsurare a temperaturii de la -30°C până la +70°C (-40°C până la +90°C cu senzor temperatura ext.);</li> <li>- precizia măsurării de temperatură ±0.3°C;</li> <li>- afisaj LCD;</li> <li>- Afisajul digital cu 3 linii afisează simultan temperatura minimă, maximă si temperatura curenta;</li> <li>- rata de actualizare (frecvența de masurare) 10 secunde;</li> <li>- alimentare baterie (incluse);</li> <li>- sonda poate fi amplasata în frigider, congelator, cameră etc;</li> <li>- Cu certificat de etalonare/calibrare de la producător.</li> <li>- Cu certificat metrologic conform ISO 17025:2018 emis de instituția specializată din Republica Moldova.</li> </ul>	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Levința Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2