

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1553507175123

Denumirea procedurii de achiziție: Deservirea dispozitivelor medicale 2019

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lot 42 Deservirea utilajului din Bloc Operator						
42.1	Set Integro Microscop Operator Digital cu vizualizare OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS	OPMI PENTERO 900	Germania	Carl Zeiss		<p>Проверка механических и моторизованных функций системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка оптических и механических компонентов - очистка поверхностей операционного микроскопа и концевиков световода - проверка подвижных механических компонентов операционного микроскопа - очистка и смазка механических узлов (при необходимости); - проверка функционирования рукояток микроскопа - проверка выходной мощности лазерных диодов системы автофокуса - проверка калибровки автофокусировки - проверка системы масштабирования (Zoom); - проверка системы видеозаписи, соосности видеокамеры - проверка источника света (HLQ); - очистка источника света от пыли - проверка целостности покрытия лампы - проверка линии электропитания источника света, штекерских контактов на наличие признаков износа - Проверка механических и электрических узлов штатива: - проверка разъемов питания и линий кабелей на наличие износа, повреждения - проверка колесной базы станда - проверка крепежных винтов - проверка работы всех транспортных замков для осей 1, 2 и 3 - проверка функционирования магнитных тормозов для всех осей, где они используются - очистка всех охлаждающих вентиляторов на станде - калибровка осей 2 и 3 - проверка нулевого (исходного) положения тензометрического датчика - проверка системы автобаланса - Настройки системы/ компьютерная часть - проверка остатка свободного места на жестком диске микроскопа - проверка параметров BIOS (базовой системы ввода выхода) и системного времени - выполнение резервного копирования системных файлов, содержащих информацию о настройках и калибровочных данных - очистка компьютерного блока - замена теплопроводящей пасты 	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316