

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 2127730 din 14.10.2024****Obiectul de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 2</b>						
Freze oscilante (Fereștrău)	NS-1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.,Ltd	<p>Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrilor inferioare.</p> <p>Electric.</p> <p>Cu dirijare de la buton încorporat în piesa de mină.</p> <p>Multifuncțional.</p> <p>Putere minim 100W.</p> <p>Greutate maxim 4kg.</p> <p>Sterilizabil, autoclavabil.</p> <p>Viteza de rotație minim 10000 rpm.</p> <p>Mecanism de blocare.</p> <p>Casoletă pentru sterilizare cu capac pentru piesa de mână cu adaptor și lame.</p> <p>Baterii minim 2 buc.</p> <p>Stație de încărcare pentru minim 2 baterii simultan.</p> <p>Accesorii/adaptoare</p> <p>Fereștrău oscilant adaptor pentru piesa de mina - 1 buc.</p> <p>Frecvența r.p.m minim 10000.</p> <p>Sterilizare, autoclavare da.</p> <p>"Lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mișcare) pentru ferăștrăul oscilant: 3 buc, lățimea lamei minim 40 mm. Lungimea minim 50 mm.".</p>	<p>Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrilor inferioare.</p> <p>Electric.</p> <p>Ferăștrău electric medical -oscilant</p> <p>Putere 130W.</p> <p>Sterilizabil, autoclavabil.</p> <p>Frecvența de neîncărcare 0-18000cpm</p> <p>Mecanism de blocare.</p> <p>Tensiune baterie 14,4 V</p> <p>Baterii 2 buc.</p> <p>Stație de încărcare pentru baterii - 2 buc</p> <p>Accesorii/adaptoare</p> <p>O singură piesă de mână</p> <p>Două inele de transfer aseptice pentru baterie</p> <p>Un manual de instrucțiuni</p> <p>O carcasă din aluminiu</p> <p>Sterilizare, autoclavare da.</p> <p>"Lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mișcare) pentru ferăștrăul oscilant: 3 buc, lățimea lamei minim 40 mm. Lungimea minim 50 mm.".</p>	<b>DM000691184</b>
<b>Total lot 2</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23