

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1735640532441 din 01.02.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2) noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 31.01.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților
IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2)"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1735640532441 din 01.02.2025

pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la data de
01.06.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 31.01.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1735640532441 din 01.02.2025		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2)		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
267	Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconată (bifațetată) (1319)	Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconată (bifațetată) (1319)	SYM2520/SYM2520OS Symbotex™ Composite Mesh, 25 x 20 cm	SUA	Medtronic	Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă /IPOM). - plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație - stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent » macroporos (porozitate: 2, 76mm sau 91%) » diametrul monofilamentului: 0, 12mm » stimulează un răspuns fibroblastic rapid - stratul 2: » film transparent - neaderent » grosime: 0,05mm » conceput pt. contactul cu viscerele - grosimea totală a plasei: 0, 6mm - gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m² - ideală pentru laparoscopic - transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei) - în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent - sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat) - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării - valabilitatea plasei - pe viață -dimensiuni- 20x20cm. Ambalat individual	"CAT_HERNIA-PRODUCT-GUIDE_MEDTRONIC_2017.pdf" Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă /IPOM). - plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație - stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent » macroporos (porozitate: 2, 76mm sau 91%) » diametrul monofilamentului: 0, 12mm » stimulează un răspuns fibroblastic rapid - stratul 2: » film transparent - neaderent » grosime: 0,05mm » conceput pt. contactul cu viscerele - grosimea totală a plasei: 0, 6mm - gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m² - ideală pentru laparoscopic - transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei) - în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent - sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat) - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării - valabilitatea plasei - pe viață -dimensiuni- 20x20cm. Ambalat individual	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000780393, DM000780387
277	Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm (suplimentar)	Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm (suplimentar)	WPXLGR1117 Large Wound Protector with Retraction Ring 11cm-17cm	SUA	Medtronic	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 11-17cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 11-17cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.- Da, broșura "16-eu-versaone-ibrochure-9069592" pag.37	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000625513
280	Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm (suplimentar)	Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm (suplimentar)	WPMD509 Medium Wound Protector 5cm-9cm	SUA	Medtronic	Protector de plagă tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizia 5-9 cm. Garanție minimă 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Protector de plagă tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizia 5-9 cm. Garanție minimă 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.-Da, broșura "16-eu-versaone-ibrochure-9069592" pag.37	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000625511
281	Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar)	Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar)	WPMD509 Medium Wound Protector 5cm-9cm	SUA	Medtronic	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan cu capac din silicon. Pentru incizie 5-9 cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan cu capac din silicon. Pentru incizie 5-9 cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție. -Da, broșura "16-eu-versaone-ibrochure-9069592" pag.37	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000625511

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1735640532441 din 01.02.2025							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
267	Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconata (bifațetată) (1319)	Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconata (bifațetată) (1319)	Bucată	7	7 858.50	9 430.20	55 009.50	66 011.40	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
277	Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm (suplimentar)	Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm (suplimentar)	Bucată	5	1 186.28	1 423.54	5 931.40	7 117.70	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
280	Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm (suplimentar)	Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm (suplimentar)	Bucată	50	1 737.94	2 085.53	86 897.00	104 276.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
281	Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar)	Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar)	Bucată	80	1 737.94	2 085.53	139 035.20	166 842.40	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							286 873.10	344 248.00				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea

Procedurii de achiziție Nr:

ocds-b3wdp1-MD-1735640532441 din 01.02.2025

din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

Data completării: 31.01.2025

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L.

(semnătura)