

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1570709504386</a>						Data: 25.10.2019	Alternativa nr
Denumirea licitației: " Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019 "						Lot: 28-28.31.32.33	Pagina:
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Lot 27. Traductor Convex 6C2 pentru SIEMENS Acuson S1000</b>							
27	33000 000-0	Traductor Convex 6C2 pentru SIEMENS Acuson S1000				Compatibil cu ultrasonograful SIEMENS Acuson S1000. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător	Compatibil cu ultrasonograful SIEMENS Acuson S 1000.
<b>Lot.28 Traductor Liniara 9L pentru GE Vivid E</b>							
28	33000 000-0	Traductor Liniara 9L pentru GE Vivid E	Traductor Liniara 9L			Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid E. Termen de garanție 12 luni din	Compatibil cu ultrasonograful GE

			<b>pentru GE Vivid E</b>			momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător.	Vivid E.
<b>Lot 31. Transductor convex 3,5C</b>							
<b>31</b>	33000 000-0	<b>Transductor convex 3,5C</b>	<b>Transductor convex 3,5C</b>			Compatibil cu Masina de ecografie ”LOGIQ” 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.	Compatibil cu Masina de ecografie „ LOGIQ “ 9

						*Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător .	
<b>Lot 32. Transductor linear 10 L</b>							
<b>32</b>	33000 000-0	<b>Transductor linear 10 L</b>	Transductor linear 10 L			<p>Compatibil cu Masina de ecografie ”LOGIQ” 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p> <p>*Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător</p>	Compatibil cu masina de ecografie „LOGIQ”9
<b>Lot 33. Transductor linear -7 L</b>							
<b>33.</b>	33000 000-0	Transductor linear -7 L	Transductor linear -7 L			<p>Compatibil cu Masina de ecografie ”LOGIQ” 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de</p>	Compatibil cu Masina de ecografie „LOGIQ”9

						<p>certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p> <p>*Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Numele, Prenumele:** Țurcanu Ștefan

**În calitate de:** Administrator

**Ofertantul:** Romedcom SRL

**Adresa:** Mun. Chișinău, str. Sciuseva 16, of.6