

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1643183751374 din 28 ianuarie 2022					
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale					
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Servicii de mentenanță a dispozitivului radiologic Digital	Servicii de mentenanță a dispozitivului radiologic Digital de model Unimat Drad. Anul producerii 2010	Elveția	JosefBetschart AF	1.Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice 2.Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: -frâne electromagnetice, dispozitive de acționare -dispozitiv de centrare 3.Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: -cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă -generator și tubul roentgen 4.Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare 5.Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: -verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii deferite -verificarea parametrilor câmpului de lucru -verificarea dozei de expunere -verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare -verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru -verificarea sensibilității și a pragului de contrast 6. Verificarea stării tehnice a serverului, stației de lucru: -verificarea suprafeței hard discului -defragmentarea hard discurilor -diagnosticarea totală a calculatoarelor -controlul asupra stării dispozitivelor de rețea -controlul asupra funcționării bazei de date -controlul asupra funcționării software-ului -întreținerea preventivă a unităților CD și CD_RW -întreținerea preventivă a manipuletoarelor	7

De la...

REPUBLICA MOLDOVA

Servicii de mentenanță a dispozitivului radiologic Digital	Servicii de mentenanță a dispozitivului radiologic Digital de model Unimat L. Anul producerii 2010	Elveția	Josef Betschart AF	CD_RW - întreținerea preventivă a manipuloarelor - întreținerea preventivă a blocului electronic - înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării 7. Schimbarea lubrifiantului în mecanism 8. Înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării 9. Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenoopic 10. Alte servicii conform pașaportului tehnic	- întreținerea preventivă a blocurilor de sistem - întreținerea preventivă a blocului electronic 7. Schimbarea lubrifiantului în mecanisme 8. Înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării 9. Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenoopic 10. Alte servicii conform pașaportului tehnic	
				1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice 2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare - dispozitiv de centrare 3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă - generator și tubul roentgen 4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare 5. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: - verificarea capacității de lucru a - verificarea parametrilor câmpului de lucru - verificarea dozei de expunere - verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare - verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru - verificarea sensibilității și a pragului de contrast 6. Verificarea stării tehnice a serverului, stației de lucru: - verificarea suprafeței hard discului - defragmentarea hard discurilor - diagnosticarea totală a calculatoarelor - controlul asupra stării dispozitivelor de rețea - controlul asupra funcționării bazei de date - controlul asupra funcționării software-ului - întreținerea preventivă a unităților CD și CD_RW - întreținerea preventivă a manipuloarelor - întreținerea preventivă a blocurilor de sistem - întreținerea preventivă a blocului electronic 7. Schimbarea lubrifiantului în mecanisme 8. Înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării 9. Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenoopic 10. Alte servicii conform pașaportului tehnic	1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice 2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare - dispozitiv de centrare 3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă - generator și tubul roentgen 4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare 5. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: - verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii deferite - verificarea parametrilor câmpului de lucru - verificarea dozei de expunere - verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare - verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru - verificarea sensibilității și a pragului de contrast 6. Verificarea stării tehnice a serverului, stației de lucru: - verificarea suprafeței hard discului - defragmentarea hard discurilor - diagnosticarea totală a calculatoarelor - controlul asupra stării dispozitivelor de rețea - controlul asupra funcționării bazei de date - controlul asupra funcționării software-ului - întreținerea preventivă a unităților CD și CD_RW - întreținerea preventivă a manipuloarelor - întreținerea preventivă a blocurilor de sistem - întreținerea preventivă a blocului electronic 7. Schimbarea lubrifiantului în mecanisme 8. Înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării 9. Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenoopic 10. Alte servicii conform pașaportului tehnic	



Servicii de mentenanță a dispozitivului radiologic Digital	Servicii de mentenanță a dispozitivului radiologic Digital de model KRDC-09-Alpha. Anul producerii 2008	Ucraina	Teleoptic	1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice 2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: -frâne electromagnetice, dispozitive de acționare -dispozitiv de centrare 3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: -cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă -generator și tubul roentgen 4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare 5. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: -verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii deferite -verificarea parametrilor câmpului de lucru -verificarea dozei de expunere -verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare -verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru -verificarea sensibilității și a pragului de contrast 6. Verificarea stării tehnice a serverului, stației de lucru: -verificarea suprafeței hard discului -defragmentarea hard discurilor -diagnosticarea totală a calculatoarelor -controlul asupra stării dispozitivelor de rețea -controlul asupra funcționării bazei de date -controlul asupra funcționării software-ului -întreținerea preventivă a unităților CD și CD_RW -întreținerea preventivă a manipulatorilor -întreținerea preventivă a blocului electronic 7. Schimbarea lubrifiantului în mecanisme 8. Înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării 9. Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenoopic 10. Alte servicii conform pașaportului tehnic	1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice 2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: -frâne electromagnetice, dispozitive de acționare -dispozitiv de centrare 3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: -cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă -generator și tubul roentgen 4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare 5. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: -verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii deferite -verificarea parametrilor câmpului de lucru -verificarea dozei de expunere -verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare -verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru -verificarea sensibilității și a pragului de contrast 6. Verificarea stării tehnice a serverului, stației de lucru: -verificarea suprafeței hard discului -defragmentarea hard discurilor -diagnosticarea totală a calculatoarelor -controlul asupra stării dispozitivelor de rețea -controlul asupra funcționării bazei de date -controlul asupra funcționării software-ului -întreținerea preventivă a unităților CD și CD_RW -întreținerea preventivă a manipulatorilor -întreținerea preventivă a blocului electronic 7. Schimbarea lubrifiantului în mecanisme 8. Înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării 9. Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenoopic 10. Alte servicii conform pașaportului tehnic
--	---	---------	-----------	---	---

Semnat:

În calitate de: Director

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23

Numele, Prenumele: Morozov Maria


