

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21432986/ ocds-b3wdp1-MD-1750054101563, din 25/07/2025		Data: 25/07/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Utilaj medical și consumabile		Lot:7; 8; 43; 87; 88; 89; 90; 91; 92.	Pagina: 1 din _2

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	7	Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la femei	Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la femei	MW52	Japonia	Kyoto Kagaku Co., Ltd.	Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon 4.Sistem de urină artificială 5.Husă de protecție rigidă 6.Lubrifiant inclus 7.Manual de utilizare Specificații tehnice: •Greutate: 4,073 kg •Dimensiuni: 43 x 25 x 30,5 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină •Include: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare.	Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon - Da, corespunde, manechin trunchi inferior din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate - Da, corespunde, unitate organ genital de sex feminin 3.Cateter din silicon - Da, corespunde 4.Sistem de urină artificială - Da, corespunde 5.Husă de protecție rigidă - Da, corespunde 6.Lubrifiant inclus - Da, corespunde 7.Manual de utilizare- Da, corespunde, la livrare Specificații tehnice: • Greutate - 3,4 kg • Dimensiuni- W34 x D33 x H24 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate - Da, corespunde •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină- Da, corespunde •Include: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare - Da, corespunde	ISO,CE
33100000-1	8	Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la bărbați	Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la bărbați	MW2A	Japonia	Kyoto Kagaku Co., Ltd.	Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon 4.Sistem de urină artificială 5.Husă de protecție rigidă 6.Lubrifiant inclus 7.Manual de utilizare Specificații tehnice: •Greutate: 4,073 kg •Dimensiuni: 43 x 25 x 30,5 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină •Include: Cater, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare.	Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon - Da, corespunde, manechin trunchi inferior din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate - Da, corespunde, unitate organ genital de sex masculin 3.Cateter din silicon - Da, corespunde 4.Sistem de urină artificială - Da, corespunde 5.Husă de protecție rigidă - Da, corespunde 6.Lubrifiant inclus - Da, corespunde 7.Manual de utilizare- Da, corespunde, la livrare Specificații tehnice: • Greutate - 3,4 kg • Dimensiuni- W34 x D33 x H24 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate - Da, corespunde •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină- Da, corespunde •Include: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare - Da, corespunde	ISO,CE
33100000-1	43	Luxmetru	Luxmetru	LX-1118	Istrael	MRC Laboratory Equipment	Domenii de măsurare: 200-50000 lux, 4 game, ± 5% Tensiune de funcționare: Baterie Dimensiuni: aprox. 65x115x25 mm³ Greutate: aprox. 160 g	Domenii de măsurare: 40-400 000 lux, 4 game, ± 3% Tensiune de funcționare: Baterie 1.5V - 6 buc. Dimensiuni: 174 x 68 x 42 mm Greutate: 357 g	ISO,CE
33100000-1	87	Simulator p/u gestionarea căilor respiratorii dificile, cu sistem de evaluare	Simulator p/u gestionarea căilor respiratorii dificile, cu sistem de evaluare	MW11	Japonia	Kyoto Kagaku Co., Ltd.	Specificatie solicitata conform caietului de sarcini	Specificatia propusa conform specificatiei solicitate (Anexa 87 - Lot 87)	ISO,CE
33100000-1	88	Simulator instruire puncție arterială	Simulator instruire puncție arterială	M99	Japonia	Kyoto Kagaku Co., Ltd.	Să ofere design inovator și să permită simularea unei experiențe reale, pentru asigurarea tehnicilor corecte și îmbunătățirea competențelor • Să prezinte puls arterial palpabil • Să opună rezistență realităă la trecerea acului prin țesutul și peretele arterei • Să prezinte retur de sînge realist • Să poată simula plasarea liniei arteriale radiale • Să nu rămână urme pe locul de injectare • Să ofere conexiuni sigure, fără scurgeri • Să permită dobîndirea următoarelor abilități: - Efectuarea puncției arteriale radiale - Prelevare de sînge arterial - Plasarea liniei radiale Termen de garanție min 12 luni	Să ofere design inovator și să permită simularea unei experiențe reale, pentru asigurarea tehnicilor corecte și îmbunătățirea competențelor - Da, corespunde, simulator instruire puncție arterială, permite simularea unei experiențe reale, pentru asigurarea tehnicilor corecte și îmbunătățirea competențelor. • Să prezinte puls arterial palpabil - Da, corespunde • Să opună rezistență realităă la trecerea acului prin țesutul și peretele arterei- Da, corespunde • Să prezinte retur de sînge realist- Da, corespunde • Să poată simula plasarea liniei arteriale radiale- Da, corespunde • Să nu rămână urme pe locul de injectare- Da, corespunde • Să ofere conexiuni sigure, fără scurgeri- Da, corespunde • Să permită dobîndirea următoarelor abilități: - Efectuarea puncției arteriale radiale- Da, corespunde - Prelevare de sînge arterial- Da, corespunde - Plasarea liniei radiale- Da, corespunde Termen de garanție min 12 luni- Da, corespunde	ISO,CE
33100000-1	89	Simulator p/u traheotomie percutanată, puncția și incizia ligamen-tului cricotiroidian	Simulator p/u traheotomie percutanată, puncția și incizia ligamen-tului cricotiroidian	MW60	Japonia	Kyoto Kagaku Co., Ltd.	Să prezinte cartilaj cricoid și tiroid corecte anatomic care oferă senzație tactilă realista • Să permită utilizare multipla prin rotirea pielii din zona gâtului • Să fie prevăzută cu ventuze care mențin poziția capului manechinului în timpul procedurii • Să permită efectuarea traheotomiei percutane • Să permită efectuarea puncției și inciziei a ligamentului cricoid	Să prezinte cartilaj cricoid și tiroid corecte anatomic care oferă senzație tactilă realista - Da, corespunde • Să permită utilizare multipla prin rotirea pielii din zona gâtului- Da, corespunde • Să fie prevăzută cu ventuze care mențin poziția capului manechinului in timpul procedurii- Da, corespunde • Să permită efectuarea traheotomiei percutane- Da, corespunde • Să permită efectuarea puncției și inciziei a ligamentului cricoid- Da, corespunde	ISO,CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	90	Spălător microplăci	Spălător microplăci	3D-IW8	Latvia	Biosan SIA	Spalatorul echivalent Biosan 3D-IW8 pentru microplaci - pentru spalarea diferitelor tipuri de placi cu 96 de godeuri. Sistem de dozare de lichid separat pentru fiecare program. Posibilitatea de a utiliza microplaci de la diferiti producatori. Posibilitatea adaugarii unei solutii suplimentare in intervalul de timp dintre doua cicluri de timp. Ajustarea parametrilor in programele definite. 3 moduri diferite: de spalare, de clatire, de amestecare. Volum minim distribuit 25 µl, Volum maxim 1600 µl, rezoluție distribuție 25 µl, cicluri spălare de la 1 până la 15, 50 de programe	Spalatorul Biosan 3D-IW8 pentru microplaci - pentru spalarea diferitelor tipuri de placi cu 96 de godeuri. Sistem de dozare de lichid separat pentru fiecare program. Posibilitatea de a utiliza microplaci de la diferiti producatori. Posibilitatea adaugarii unei solutii suplimentare in intervalul de timp dintre doua cicluri de timp. Ajustarea parametrilor in programele definite. 3 moduri diferite: de spalare, de clatire, de amestecare. Volum minim distribuit 25 µl, Volum maxim 1600 µl, rezoluție distribuție 25 µl, cicluri spălare de la 1 până la 15, 50 de programe	ISO,CE
33100000-1	91	Sistem de purificare a apei	Sistem de purificare a apei	Labaqua HPLC	Latvia	Biosan SIA	Sistem de apă ultrapură și pură pentru analiza urmelor anorganice, cromatografie, microbiologie și biologie moleculară analog Crystal EX HPLC (Grade 1) and pure (Grade 2) apă pentru analiza urmelor anorganice Rezistivitatea apei de gradul 1 la 25 °C: 18,2 MΩ x cm Conductivitate de gradul 1 a apei la 25 °C: 0,055 µS/cm Rezistivitatea de gradul 2 a apei la 25 °C: >10 MΩ x cmConductivitate de gradul 2 a apei la 25°C: rezervor de stocare <0,1 tominal µS: L/hRata de dozare, apă ultrapură: până la 1,5 L/min.Pachet cu rezervor de stocare (rezervor de stocare apă „Pro” fără senzor multipunct, nr.piesa 13003)	Sistem de apă ultrapură și pură pentru analiza urmelor anorganice, cromatografie, microbiologie și biologie moleculară Labaqua HPLC (Analog - Crystal EX HPLC) (Grade 1) and pure (Grade 2) apă pentru analiza urmelor anorganice Rezistivitatea apei de gradul 1 la 25 °C: 18,2 MΩ x cm - Da, corespunde Conductivitate de gradul 1 a apei la 25 °C: 0,055 µS/cm - Da, corespunde Rezistivitatea de gradul 2 a apei la 25 °C: >10 MΩ x cm - Da, corespunde Conductivitate de gradul 2 a apei la 25°C: rezervor de stocare <0,1 tominal µS: - Da, corespunde L/h Rata de dozare, apă ultrapură: până la 1,5 L/min.- Da, corespunde Pachet cu rezervor de stocare - Rezervor de stocare de 30 litri cu o supapă de distribuție integrată de gradul 2 (Analog, nr. piesa 13003)	ISO,CE
33100000-1	92	Agitator-rotator programabil cu suport pentru tuburi de volum 1.5 – 16 ml	Agitator-rotator programabil cu suport pentru tuburi de volum 1.5 – 16 ml	Multi Bio RS-24 + PRS-26	Latvia	Biosan SIA	Unghi de rotație - 1 până la 90° Interval de viteză - 1 până la 100 rpm Voltaj - 120 V Interval de temperatură (metric) - 4°C până la 40°C Amperaj - 0,5 A Tip de produs - Mixer de mostre Certificari/Conformitate - Certificat de analiză (COA) Interval de temperatură - 39,2 °F până la 104 °F	Unghi de rotație - 1 până la 90° - Da, corespunde Interval de viteză - 1 până la 100 rpm - Da, corespunde Voltaj - 120 V - Da, corespunde, 100-240 V Interval de temperatură (metric) - 4°C până la 40°C - Da, corespunde Amperaj - 0,5 A - Da, corespunde Tip de produs - Mixer de mostre - Da, corespunde Certificari/Conformitate - Certificat de analiză (COA) - Da, corespunde Interval de temperatură - 39,2 °F până la 104 °F - Da, corespunde	ISO,CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Îmunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova