

Specificații tehnice

Numărul licitației:			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]					Data: „15” aprilie 2024	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024 (repetat)					Lot: 8, 9	Pagina: __din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
33100000-1	8	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Cuștii intervertebrale cervicale (PEEK)	BIA CAGE 13X15 - H5 (NSBOSCC513), BIA CAGE 13X15 - H6 (NSBOSCC613), BIA CAGE 13X15 - H7 (NSBOSCC713), BIA CAGE 13X15 - H8 (NSBOSCC813) (Catalog pag.1)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Dimensiuni : Lungime 13 mm, Lățime 15 mm, Înălțime 5,6,7, 8 mm Cușcă intervertebrală din PEEK, markeri de titan cu vârfuri ascuțite, formă trapezoidală, fațete crestate pentru fixare optima între corpurile vertebrale cu fereastră largă pentru autotransplat sau material osteoinductiv. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Dimensiuni : Lungime 13 mm, Lățime 15 mm, Înălțime 5,6,7, 8 mm Cușcă intervertebrală din PEEK, markeri de titan cu vârfuri ascuțite, formă trapezoidală, fațete crestate pentru fixare optima între corpurile vertebrale cu fereastră largă pentru autotransplat sau material osteoinductiv. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Declarație de Conformitate CE; Certificate CE si ISO 13485
33100000-1	8	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Cuștii intervertebrale lombare (PEEK)	ZELOS CAGE 24X9-H8 - 0° (NSZE240908); ZELOS CAGE 24X9-H9 - 0° (NSZE240909); ZELOS CAGE 24X9-H10 - 0° (NSZE240910); ZELOS CAGE 24X9-H11 - 0° (NSZE240911); ZELOS CAGE 24X9-H12 - 0° (NSZE240912) (Catalog pag.2)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie să aibă marker Ro și să fie rotunjite pentru a permite o penetrare ușoară și fiziologică în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie să aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 9 mm Lungime: 24, mm, înălțime: 8, 9,10,11,12 mm. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie să aibă marker Ro și să fie rotunjite pentru a permite o penetrare ușoară și fiziologică în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie să aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 9 mm Lungime: 24, mm, înălțime: 8, 9,10,11,12 mm. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Declarație de Conformitate CE; Certificate CE si ISO 13485
33100000-1	9	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Conector transversal poliaxial	NEMESIS MULTIAXIAL TRANSVERSE LINK 50-60mm (NEM-0120-0050) NEMESIS MULTIAXIAL TRANSVERSE LINK 60-70mm (NEM-0120-0042) (Catalog pag.14)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Conector transversal poliaxial, ajustabil 50-60mm;60-70mm (compatibil cu tija D 5,5mm) Colorate diferit pentru identificare simplă. Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. *Sistem de stabilizare intervertebrală transpediculară cu șuruburi și tije cu diferite construcții. Diametrul tijelor – 5.5 mm. Cel puțin un capăt al tijei trebuie să aibă un profil hexagonal pentru a asigura posibilitatea de rotație a tijei în operații complexe multinivelare. Sistemul trebuie să fie cu încărcare superioară (toploading), șuruburile trebuie să aibă profil mic. Conector transversal trebuie să fie compatibil cu diametrul de bara. Sistemul de fixare trebuie să fie compatibil pentru sistemul de neuronavigare.	Conector transversal poliaxial, ajustabil 50-60mm;60-70mm (compatibil cu tija D 5,5mm) Colorate diferit pentru identificare simplă. Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. *Sistem de stabilizare intervertebrală transpediculară cu șuruburi și tije cu diferite construcții. Diametrul tijelor – 5.5 mm. Cel puțin un capăt al tijei trebuie să aibă un profil hexagonal pentru a asigura posibilitatea de rotație a tijei în operații complexe multinivelare. Sistemul trebuie să fie cu încărcare superioară (toploading), șuruburile trebuie să aibă profil mic. Conector transversal trebuie să fie compatibil cu diametrul de bara. Sistemul de fixare trebuie să fie compatibil pentru sistemul de neuronavigare.	Declarație de Conformitate CE; Certificate CE, si ISO 13485
33100000-1	9	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Cuștii intervertebrale expandabile (Titan)	X MESH CAGE 17X25 - Ø12 - 8° LORDOSIS (NSX12H1725D8), X MESH CAGE 25X40 - Ø12 - 8° LORDOSIS (NSX12H2540D8), X MESH CAGE 40X70 - Ø12 - 8° LORDOSIS (NSX12H4070D8) (Catalog pag.16)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Diametru 12 mm, înălțime 17-25 mm; 40-70 mm; 25-40mm – 8* (grade). Cuștii intervertebrale expondabile din TITAN, margini trebuie să fie ascuțite pentru o mai bună tracțiune și oferă de la 0 (zeru) pînă la 4 (patru) grade angulare lordotice din părțile superioare și inferioare ale implantului în total unghi de 8 grade, respectând ambele părți ale vertebrelor. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI., compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Diametru 12 mm, înălțime 17-25 mm; 40-70 mm; 25-40mm – 8* (grade). Cuștii intervertebrale expondabile din TITAN, margini trebuie să fie ascuțite pentru o mai bună tracțiune și oferă de la 0 (zeru) pînă la 4 (patru) grade angulare lordotice din părțile superioare și inferioare ale implantului în total unghi de 8 grade, respectând ambele părți ale vertebrelor. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI., compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Declarație de Conformitate CE; Certificate CE si ISO 13485
33100000-1	9	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Tub de titan cervical	SENTINUS-C CERVICAL CORPECTOMY MESH CAGE 12X80 mm (NSENTC1280) (Catalog pag.17)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Lungime – 80 mm, diametru - 12 mm Tub-mesh din titan pur, cu aspect de sită trigonală de formă rotundă. Grosimea peretelui: 0.9 mm – 1.0 mm	Lungime – 80 mm, diametru - 12 mm Tub-mesh din titan pur, cu aspect de sită trigonală de formă rotundă. Grosimea peretelui: 0.9 mm – 1.0 mm	Declarație de Conformitate CE; Certificate CE si ISO 13485
33100000-1	9	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Tub de titan toracal	SENTINUS-L LOMBER CORPECTOMY MESH CAGE 20X100 mm (NSENTL20100) (Catalog pag.17)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Lungime – 100 mm, diametru - 20 mm Tub-mesh din titan pur, cu aspect de sită trigonală de formă rotundă. Grosimea peretelui: 0.9 mm – 1.0 mm - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Lungime – 100 mm, diametru - 20 mm Tub-mesh din titan pur, cu aspect de sită trigonală de formă rotundă. Grosimea peretelui: 0.9 mm – 1.0 mm - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Declarație de Conformitate CE; Certificate CE si ISO 13485

33100000-1	9	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Șurub pedicular monoaxial reducibil preasamblat cu piulița de blocare - 5,5x50mm	OSI MONOAXIAL REDUCTION SCREW Ø5,5X50 mm (OSI0161-5550) (Catalog pag.9)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	D – 5.5mm; Lungime – 50 mm 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Șuruburile pediculare trebuie să fie preasamblate cu piulița de blocare și de la același producător.*Sistem de stabilizare intervertebrală transpediculară cu șuruburi și țije cu diferite construcții. Diametrul tijelor – 5.5 mm. Cel puțin un capăt al țije trebuie să aibă un profil hexagonal pentru a asigura posibilitatea de rotație a țije în operații complexe multinivelare. Sistemul trebuie să fie cu încărcare superioară (toploading), șuruburile trebuie să aibă profil mic. Conector transversal trebuie să fie compatibil cu diametrul de bară. Sistemul de fixare trebuie să fie compatibil pentru sistemul de neuronavigare- - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător. - Instrumentatiul spinal accesoriu necesar să fie prezentat în comoditate de către chirurg.	D – 5.5mm; Lungime – 50 mm 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Șuruburile pediculare trebuie să fie preasamblate cu piulița de blocare și de la același producător.*Sistem de stabilizare intervertebrală transpediculară cu șuruburi și țije cu diferite construcții. Diametrul tijelor – 5.5 mm. Cel puțin un capăt al țije trebuie să aibă un profil hexagonal pentru a asigura posibilitatea de rotație a țije în operații complexe multinivelare. Sistemul trebuie să fie cu încărcare superioară (toploading), șuruburile trebuie să aibă profil mic. Conector transversal trebuie să fie compatibil cu diametrul de bară. Sistemul de fixare trebuie să fie compatibil pentru sistemul de neuronavigare- - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător. - Instrumentatiul spinal accesoriu necesar să fie prezentat în comoditate de către chirurg.	Declarație de Conformitate CE; Certificate CE, și ISO 13485
33100000-1	9	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x40mm	OSI POLYAXIAL SCREW Ø4,5X40 mm (P4540) (Catalog pag.3)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Diametru: 4,5mm; Lungime: 40mm; 1. Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și țijele longitudinale să fie de la același producător. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Diametru: 4,5mm; Lungime: 40mm; 1. Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și țijele longitudinale să fie de la același producător. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Declarație de Conformitate CE; Certificate CE și ISO 13485
33100000-1	9	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x45mm	OSI POLYAXIAL SCREW Ø4,5X45 mm (P4545) (Catalog pag.3)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Diametru: 4,5mm; Lungime: 45mm; 1. Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și țijele longitudinale să fie de la același producător. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător. - Instrumentatiul spinal accesoriu necesar să fie prezentat în comoditate de către chirurg.	Diametru: 4,5mm; Lungime: 45mm; 1. Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și țijele longitudinale să fie de la același producător. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător. - Instrumentatiul spinal accesoriu necesar să fie prezentat în comoditate de către chirurg.	Declarație de Conformitate CE; Certificate CE, și ISO 13485
33100000-1	9	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 5,5*50mm	OSI POLYAXIAL SCREW Ø5,5X50 mm (P5550) (Catalog pag.3)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Diametru: 5.5mm; Lungime: 50mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și țijele longitudinale să fie de la același producător. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător. - Instrumentatiul spinal accesoriu necesar să fie prezentat în comoditate de către chirurg.	Diametru: 5.5mm; Lungime: 50mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și țijele longitudinale să fie de la același producător. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător. - Instrumentatiul spinal accesoriu necesar să fie prezentat în comoditate de către chirurg.	Declarație de Conformitate CE; Certificate CE, și ISO 13485
33100000-1	9	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x18mm	PORTHOS POLYAXIAL SCREW Ø3.5X18 mm (PR3518), PORTHOS POLYAXIAL SCREW Ø3.5X20 mm (PR3520), (Catalog pag.18)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Diametru: 3,5mm; Lungime: 18mm, 20mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și țijele longitudinale să fie de la același producător. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Diametru: 3,5mm; Lungime: 18mm, 20mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și țijele longitudinale să fie de la același producător. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Declarație de Conformitate CE; Certificate CE și ISO 13485
33100000-1	9	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Tija de fixare (CoCr) - 5,5x400mm	OSI ROD (CO. CR.) Ø5.5X400 mm (COCR-55400), (Catalog pag.11)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Diametru: 5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 3.Culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară; 4.Consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Diametru: 5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 3.Culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară; 4.Consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Declarație de Conformitate CE; Certificate CE și ISO 13485

33100000-1	9	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Tija de fixare (CoCr) de tip "Hybrid" - 3-5,5x400mm	PORTHOS DUAL ROD Ø3(150mm) Ø5.5(250mm) X400 mm (PORT-CCR3055/400) (Catalog pag.19)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Diametru: 3,0-5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Diametru: 3,0-5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Declaratie de Conformitate CE; Certificate CE si ISO 13485
33100000-1	9	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Cirligi de fixare laminare D : 5x5 mm (lungime și diametru)	PORTHOS LAMINAR HOOK 5X5 (PLOH) (Catalog pag.18)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Diametru: 5x5 mm (lungime și diametru) ;. Colorate diferit pentru identificare simplă; Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) și cu sistemul de fixare occipito-cervical. ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Diametru: 5x5 mm (lungime și diametru) ;. Colorate diferit pentru identificare simplă; Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) și cu sistemul de fixare occipito-cervical. ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Declaratie de Conformitate CE; Certificate CE si ISO 13485
33100000-1	9	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - de fixare preasamblate cu suruburi corticale	PORTHOS OCCIPITAL PLATE M (POP-M), PORTHOS OCCIPITAL PLATE SCREW Ø4.5X6 mm (CS456), PORTHOS OCCIPITAL PLATE SCREW Ø4.5X8 mm (CS458), PORTHOS OCCIPITAL PLATE SCREW Ø4.5X10 (CS4510), PORTHOS OCCIPITAL PLATE SCREW Ø4.5X12 (CS4512) (Catalog pag.20)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - cu 3-4 gauri de fixare preasamblate cu suruburi corticale. Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile corticale compatibile cu placa occipitală, bilaterala (monobloc) de fixare cu D-4,5x8mm; L-10-12mm si trebuie sa fie de la același producător. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - cu 3 gauri de fixare preasamblate cu suruburi corticale. Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile corticale compatibile cu placa occipitală, bilaterala (monobloc) de fixare cu D-4,5x8mm; L-10, 12mm si trebuie sa fie de la același producător. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	Declaratie de Conformitate CE; Certificate CE si ISO 13485

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Buciațchii Constantin** În calitate de: **Director și reprezentant al ofertantului**

Ofertantul: **S.R.L. “NEUROKOS”** Adresa: **MD-2015, mun.Chișinău, bd. Decebal 23**