

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. 21054504 / ocde-b3wdp1-MD-1649083580289	Data: 11.05.2022	Alternativ a nr.: Nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat)	Lot: 1-8, 20, 32, 33	Pagina: 1 din 6

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standard de referință
33100 00-1	1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Ac pentru punctie lombara 18 G	DM-SN	China	Zibo Eastmed	1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 18G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 18G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual	ISO 13485, CE/ Declarația de conform. CE
33100 00-1	2	Ac pentru punctie lombara 19G	Ac pentru punctie lombara 19G	DM-SN	China	Zibo Eastmed	11.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 19G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual 7. vîrf ascuțit *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	11.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 19G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual 7. vîrf ascuțit	ISO 13485, CE/ Declarația de conform. CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standard de referință
33100 00-1	3	Ac pentru punctie lombara 20G	Ac pentru punctie lombara 20G	DM-SN	China	Zibo Eastmed	1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 20G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 20G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual	ISO 13485, CE/ Declarația de conform. CE
33100 00-1	4	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	HT-43	China	Haitech	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală.	ISO 13485, CE/ Declarația de conform. CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standard de referință
33100 00-1	5	Ac pentru puncție spinală (Whitacre) 24G	Ac pentru puncție spinală (Whitacre) 24G	HT-43	China	Haitech	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm4.steril 5.ambalat individual 6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală 7. distanța vîrf orificiu ~1,2 mm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm4.steril 5.ambalat individual 6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală 7. distanța vîrf orificiu ~1,2 mm	ISO 13485, CE/ Declarația de conform. CE
33100 00-1	6	Ac pentru puncție spinală (Whitacre) 25G	Ac pentru puncție spinală (Whitacre) 25G	HT-43	China	Haitech	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală. 7. distanța vîrf orificiu ~1,2 mm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală. 7. distanța vîrf orificiu ~1,2 mm	ISO 13485, CE/ Declarația de conform. CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standard de referință
33100 00-1	7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	HT-43	China	Haitech	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală. 7. distanța vîrf orificiu 1,2 mm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală. 7. distanța vîrf orificiu 1,2 mm	ISO 13485, CE/ Declarația de conform. CE
33100 00-1	8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	HT-43	China	Haitech	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală. 7. distanța vîrf orificiu ~1,2 mm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală. 7. distanța vîrf orificiu ~1,2 mm	ISO 13485, CE/ Declarația de conform. CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standard de referință
33100 00-1	20	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	DMS-LL3	China	Zibo Eastmed	1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. presiune: 6 bar 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop 7. gradat 8. steril 9. radiopac *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internaționala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. presiune: 6 bar 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop 7. gradat 8. steril 9. radiopac	ISO 13485, CE/ Declarația de conform. CE
33100 00-1	32	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	HTI0318 / HT-02	China	Hitec / Haitech	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10 cm II. 1. cateter mărime 19G, 90 cm III. 1. adaptor Tuhy Borst IV. 1. filtru hidrofilic antibacterian V. 1.seringă - 10 ml 2. conector luer-lock 3. steril PVC 4. radiopac *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internaționala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10 cm II. 1. cateter mărime 19G, 90 cm III. 1. adaptor Tuhy Borst IV. 1. filtru hidrofilic antibacterian V. 1.seringă - 10 ml 2. conector luer-lock 3. steril PVC 4. radiopac	ISO 13485, CE/ Declarația de conform. CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standard de referință
33100 00-1	33	Sistem pentru nutriție enterala, gravitațional	Sistem pentru nutriție enterala, gravitațional	04020103	China	Yaxin Medical	1.volum: 1200 ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150 cm 5.ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	1.volum: 1200 ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150 cm 5.ambalat individual	ISO 13485, CE/ Declarația de conform. CE

Semnătura electronică. Numele, Prenumele: **Petru Iarovoi** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD202 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**

Specificații de preț

Numărul licitației:	LP nr. 21054504 / ocde-b3wdp1-MD-1649083580289	5/11/2022	Alternativa nr.: Nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat)	Lot: 1-8, 20, 32, 33	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
331000 0-1	1	Ac pentru puncție lombara 18 G	Ac pentru puncție lombara 18 G	Bucată	1349	7.00	7.560	9443.00	10198.44	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, prima tranșă în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Cantitatea ramasă în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
331000 0-1	2	Ac pentru puncție lombara 19G	Ac pentru puncție lombara 19G	Bucată	397	6.75	7.290	2679.75	2894.13	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, prima tranșă în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Cantitatea ramasă în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
331000 0-1	3	Ac pentru puncție lombara 20G	Ac pentru puncție lombara 20G	Bucată	2167	6.75	7.290	14627.25	15797.43	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, prima tranșă în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Cantitatea ramasă în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
331000 0-1	4	Ac pentru puncție spinală (Whitacre) 22G	Ac pentru puncție spinală (Whitacre) 22G	Bucată	4268	9.70	10.4760	41399.60	44711.57	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, prima tranșă în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Cantitatea ramasă în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
331000 0-1	5	Ac pentru puncție spinala (Whitacre) 24G	Ac pentru puncție spinala (Whitacre) 24G	Bucată	1166	9.70	10.476	11310.20	12215.02	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, prima tranșă în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Cantitatea ramasă în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
331000 0-1	6	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 25G	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 25G	Bucată	6923	9.70	10.476	67153.10	72525.35	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, prima tranșă în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Cantitatea ramasă în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
331000 0-1	7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Bucată	2906	9.70	10.476	28188.20	30443.26	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, prima tranșă în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Cantitatea ramasă în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
331000 0-1	8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Bucată	2464	9.70	10.476	23900.80	25812.86	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, prima tranșă în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Cantitatea ramasă în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
331000 0-1	20	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucată	150135	4.15	4.482	623060.25	672905.07	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, prima tranșă în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Cantitatea ramasă în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
331000 0-1	32	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucată	2381	65.00	70.200	154765.00	167146.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, prima tranșă în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Cantitatea ramasă în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
331000 0-1	33	Sistem pentru nutritie enterala, gravitacional	Sistem pentru nutritie enterala, gravitacional	Bucată	9596	18.25	21.900	175127.00	210152.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, prima tranșă în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Cantitatea ramasă în termen de până la 20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
Total:								1151654.15	1264801.72	

Semnătura electronică. Numele, Prenumele: **Petru Iarovoi** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD202 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**