

Specificatii tehnice (F4.1)

IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

Numărul procedurii de achiziție : 21015980					Data: 20.12.2019 - 20.01.2020		Alternativa nr.
Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice					Lot:		Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	22.Capron chirurgical	Polyester	China	HAIDIKE	USP 2 (EP5); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	Analog Polyester -USP 2 (EP5); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală	ISO, CE.
33600000-6	23.Capron chirurgical	Polyester	China	HAIDIKE	USP 1/0 (EP4); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	Analog Polyester -USP 1/0 (EP4); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	ISO, CE.
33600000-6	24.Capron chirurgical	Polyester	China	HAIDIKE	USP 2/0 (EP3); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	Analog Polyester -USP 2/0 (EP3); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală	ISO, CE.
33600000-6	234.Test-expres p/u determinarea H.Pylory	Biospy Rapid Urease	Coreea	AS.PH.	Reagent lichid, păstrarea la temperatura camerei, timpul reacției până la 5min..	Test-expres p/u determinarea H.Pylory Reagent lichid, păstrarea la temperatura camerei, timpul reacției.	ISO, CE.

Semnat: _____ Nume: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertantul: Profilab Diagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

