

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	LP nr. 21039381 / ocde-b3wdp1-MD-1620308448517	Data: 07.06.2021	Alternativa nr.: —
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziționarea - implanturi traumatologice - ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021	Lot nr.	Pagina: 1 din 117

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotardant diam. 3,5mm	032.016	India	HEMC	Lungimea-16 mm - Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implanturi după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjuccare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-16 mm - Implanturile traumatologice ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implanturi după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotardant diam. 3,5mm	032.018	India	HEMC	Lungimea-18 mm - Implanturile traumatologice ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implanturi după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjuccare a contractului	Lungimea-18 mm - Implanturile traumatologice ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de	ISO 13485, CE

							- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	implante după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.020	India	HEMC	Lungimea-20 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-20 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.022	India	HEMC	Lungimea-22 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de	Lungimea-22 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea	ISO 13485, CE

							evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	instituiției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.024	India	HEMC	Lungimea-24 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-24 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.026	India	HEMC	Lungimea-26 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru	Lungimea-26 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției.	ISO 13485, CE

							produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.028	India	HEMC	Lungimea-28 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-28 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.030	India	HEMC	Lungimea-30 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite	Lungimea-30 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele	ISO 13485, CE

							- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.032	India	HEMC	Lungimea-32 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-32 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.034	India	HEMC	Lungimea-34 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite	Lungimea-34 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila	ISO 13485, CE

							- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.036	India	HEMC	Lungimea-36 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-36 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.040	India	HEMC	Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog	Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu	ISO 13485, CE

							și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.042	India	HEMC	Lungimea-42 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-42 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.044	India	HEMC	Lungimea-44 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat	Lungimea-44 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD)	ISO 13485, CE

							prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.046	India	HEMC	Lungimea-46 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-46 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.048	India	HEMC	Lungimea-48 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în	Lungimea-48 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de	ISO 13485, CE

							format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	032.050	India	HEMC	Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.024	India	HEMC	Lungimea-24 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)	Lungimea-24 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională	ISO 13485, CE

							- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.026	India	HEMC	Lungimea-26 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implant de dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-26 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implant de dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.028	India	HEMC	Lungimea-28 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implant de dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă	Lungimea-28 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implant de dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO 13485, CE

							de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.030	India	HEMC	Lungimea-30 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-30 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.032	India	HEMC	Lungimea-32 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Lungimea-32 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință	ISO 13485, CE

							- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.034	India	HEMC	Lungimea-34 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-34 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.036	India	HEMC	Lungimea-36 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a	Lungimea-36 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul	ISO 13485, CE

							producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.038	India	HEMC	Lungimea-38 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-38 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.040	India	HEMC	Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru	Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au	ISO 13485, CE

							produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.042	India	HEMC	Lungimea-42 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-42 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.044	India	HEMC	Lungimea-44 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-44 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO 13485, CE

33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.046	India	HEMC	la solicitare Lungimea-46 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	solicitare Lungimea-46 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.048	India	HEMC	Lungimea-48 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-48 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.050	India	HEMC	Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.052	India	HEMC	Lungimea-52 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-52 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și	Șurub cortical	033.054	India	HEMC	Lungimea-54 mm	Lungimea-54 mm	ISO

		șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm				- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.056	India	HEMC	Lungimea-56 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-56 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi	Șurub cortical cap hexagonal,	033.058	India	HEMC	Lungimea-58 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;	Lungimea-58 mm - Implanturile traumatologo ortopedice	ISO 13485,

		pentru osteosinteza fracturilor	autotarodant diam. 4,5mm				- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	confectionate din inox; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.060	India	HEMC	Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confectionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confectionate din inox; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant	033.065	India	HEMC	Lungimea-65 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confectionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;	Lungimea-65 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confectionate din inox;	ISO 13485, CE

		osteosinteza fracturilor	diam. 4,5mm				- Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	033.070	India	HEMC	Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	079.040	India	HEMC	Lungimea-40mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	Lungimea-40mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare	ISO 13485, CE

		fracturilor					- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	079.045	India	HEMC	Lungimea-45mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-45mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	079.050	India	HEMC	Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după	Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;	ISO 13485, CE

							dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	079.055	India	HEMC	Lungimea-55 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-55 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	079.060	India	HEMC	Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a	Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător;	ISO 13485, CE

							contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	079.065	India	HEMC	Lungimea-65mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-65mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	079.075	India	HEMC	Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de	ISO 13485, CE

							- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	implante după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub canulat, diam. 3,5 mm	052.030	India	HEMC	Lungimea-30 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-30 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub canulat, diam. 3,5 mm	052.035	India	HEMC	Lungimea-35 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de	Lungimea-35 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea	ISO 13485, CE

							evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	instituiției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub canulat, diam. 3,5 mm	052.040	India	HEMC	Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub canulat, diam. 3,5 mm	052.045	India	HEMC	Lungimea-45 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru	Lungimea-45 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției.	ISO 13485, CE

							produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub canulat, diam. 3,5 mm	052.050	India	HEMC	Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub cortical autotardant diam. 2,0 mm	048.014	India	HEMC	Lungimea-14 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite	Lungimea-14 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele	ISO 13485, CE

							- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm	048.016	India	HEMC	Lungimea-16 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-16 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm	048.018	India	HEMC	Lungimea-18 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite	Lungimea-18 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila	ISO 13485, CE

							- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm	048.020	India	HEMC	Lungimea-20 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-20 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate	054.045	India	HEMC	-45,0 mm.lungime - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog	-45,0 mm.lungime - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu	ISO 13485, CE

							și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate	054.050	India	HEMC	-50,0 mm.lungime - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	-50,0 mm.lungime - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0 mm:	55.040	India	HEMC	40,0 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat	40,0 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD)	ISO 13485, CE

							prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șuruburi corticale canulate autotarodante 4,0 mm:	55.050	India	HEMC	50,0 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	50,0 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-35 mm	057.035	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3. Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE

33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-40 mm	057.040	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-45 mm	057.045	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-50 mm	057.050	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-60 mm	057.060	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-65 mm	057.065	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE

33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-70 mm	057.070	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-75 mm	057.075	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios, ø 6,5 filetul 32mm, L -85 mm	057.085	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios, ø 6,5 filetul 32mm, L -80 mm	057.080	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, filet total	058.035	India	HEMC	Lungimea-35 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru	Lungimea-35 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției.	ISO 13485, CE

							produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, filet total	058.045	India	HEMC	Lungimea-45 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea-45 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L-60 mm	070.060	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3. Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE

33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L-65 mm	070.065	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L-120 mm	070.120	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L-90 mm	070.090	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L-95 mm	070.095	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L -110 mm	070.110	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 3.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3.Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE

33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă îngustă cu contact limitat, grosime 4,6 mm, lățime 13,5 mm, lungime mm, cu 10 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm	387.010	India	HEMC	1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. contact limitat; 6. Placa cu marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă îngustă cu contact limitat	387.012	India	HEMC	Grosime 4,2mm., lățime 13,5 mm, cu 12 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Grosime 4,2mm., lățime 13,5 mm, cu 12 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lățime 11 mm, lungime 77 mm, cu 6 orificii fixare	357.006	India	HEMC	1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;	1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. contact limitat;	ISO 13485, CE

			cu șurub ø 3,5 mm				7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	6. Placa cu marcajul producătorului; 7. Certificat CE / declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lățime 11 mm, lungime 77 mm, cu 7 orificii fixe cu șurub ø 3,5 mm	357.007	India	HEMC	1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. contact limitat; 6. Placa cu marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lățime 11 mm, lungime 77 mm, cu 8 orificii fixe cu șurub ø 3,5 mm	357.008	India	HEMC	1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. contact limitat; 6. Placa cu marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă îngustă cu contact limitat	357.007	India	HEMC	Grosime 3,3mm., lățime 11 mm, cu 7 orificii fixe cu șurub ø 3,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după	Grosime 3,3mm., lățime 11 mm, cu 7 orificii fixe cu șurub ø 3,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă;	ISO 13485, CE

							dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă îngustă cu contact limitat	357.008	India	HEMC	Grosime 3,3mm., lățime 11 mm, cu 8 orificii fixe cu șurub $\varnothing$ 3,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Grosime 3,3mm., lățime 11 mm, cu 8 orificii fixe cu șurub $\varnothing$ 3,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă îngustă cu contact limitat	357.010	India	HEMC	Grosime 3,3mm., lățime 11 mm, cu 10 orificii fixe cu șurub $\varnothing$ 3,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	Grosime 3,3mm., lățime 11 mm, cu 10 orificii fixe cu șurub $\varnothing$ 3,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare	ISO 13485, CE

							- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă îngustă cu contact limitat	387.010, 389.010	India	HEMC	Grosime 5,8mm., lățime 17,5 mm, cu 10 orificii fixare cu șurub $\varnothing$ 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Grosime 5,8mm., lățime 17,5 mm, cu 10 orificii fixare cu șurub $\varnothing$ 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza	Placă îngustă cu contact limitat	387.012, 389.012	India	HEMC	Grosime 5,8mm., lățime 17,5 mm, cu 12 orificii fixare cu șurub $\varnothing$ 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;	Grosime 5,8mm., lățime 17,5 mm, cu 12 orificii fixare cu șurub $\varnothing$ 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;	ISO 13485, CE

		fracturilor					- Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă lata cu contact limitat cu 10 orificii	389.010	India	HEMC	1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. contact limitat; 6. Placa cu marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă lata cu contact limitat cu 12 orificii	389.012	India	HEMC	1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru	1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. contact limitat; 6. Placa cu marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit	ISO 13485, CE

							produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă lata cu contact limitat cu 14 orificii	389.014	India	HEMC	1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. contact limitat; 6. Placa cu marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă lata cu contact limitat cu 16 orificii	389.016	India	HEMC	1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. contact limitat; 6. Placa cu marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă în „T” pentru fixarea porțiunii proximale a tibiei și humerusului, Grosime 2,5	392.004	India	HEMC	Lungime 84 mm, cu 4 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de	Lungime 84 mm, cu 4 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea	ISO 13485, CE

			mm, lățime 16 mm,				evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	instituiției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă în „T” grosime 2,5 mm, lățime 16 mm, lungime 116 mm, cu 6 orificii (pentru fixarea porțiunii proximale a tibiei și humerusului)	392.006	India	HEMC	1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. contact limitat; 6. Placa cu marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă în „T” pentru fixarea porțiunii proximale a tibiei și humerusului, Grosime 2,5 mm, lățime 16 mm,	392.008	India	HEMC	Lungime 148 mm, cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)	Lungime 148 mm, cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională	ISO 13485, CE

							- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, L-61 mm, cu 8 orificii rotunde pentru șurub 3.5 mm	368.008	India	HEMC	1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. contact limitat; 6. Placa cu marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.	368.006	India	HEMC	Lungimea -73 mm, cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Lungimea -73 mm, cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și	Placă 1/3	368.007	India	HEMC	Lungimea - 85 mm, cu 7 orificii	Lungimea - 85 mm, cu 7 orificii	ISO

		șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.				- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.	368.008	India	HEMC	- Lungimea - 95 mm, cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Lungimea - 95 mm, cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi	Placa reconstructivă	362.006	India	HEMC	- Cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;	- Cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice	ISO 13485,

		pentru osteosinteza fracturilor	pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.				- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	confectionate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.	362.007	India	HEMC	Cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confectionate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confectionate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5	362.008	India	HEMC	Cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confectionate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;	Cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confectionate din inox;	ISO 13485, CE

		osteosinteza fracturilor	mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.				- Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.	362.010	India	HEMC	- Cu 10 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Cu 10 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza	Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lățime 16 mm, lungimea	270.70.07	India	HEMC	1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os;	1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia	ISO 13485, CE

		fracturilor	părții diafizare 152 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 7 orificii				5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	fragmentelor de os; 5. contact limitat; 6. Placa cu marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lățime 16 mm, lungimea părții diafizare 152 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 9 orificii	270.70.09	India	HEMC	1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. contact limitat; 6. Placa cu marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placă în „T” îndoită , grosimea 2,5mm	393.007	India	HEMC	Lungimea 81 mm cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjuicare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Lungimea 81 mm cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință	ISO 13485, CE

							- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Placa pentru simfiza pubiana	372.004, 372.006	India	HEMC	raza curbei 60mm, latimea 10mm., grosimea 3,4mm cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	raza curbei 60mm, latimea 10mm., grosimea 3,4mm cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Brosa	308.400.20	India	HEMC	diametru 2 mm, lungimea 400 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	diametru 2 mm, lungimea 400 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință	ISO 13485, CE

							- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Brosa	308.300.10	India	HEMC	diametru 1mm, lungimea 300mm. - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	diametru 1mm, lungimea 300mm. - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Burghiu diametru 2,5 mm	602.125.25	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3. Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Burghiu diametru 1,8 mm	602.125.18	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3. Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE

33100000-1	1	Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor	Burghiu diametru 3,2 mm	602.125.32	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Marcajul producătorului; 3. Declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4. Certificat ISO 13485 5. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	2	Fixatoarele pentru fracturile de col femural	Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm	074.105	India	HEMC	Filet 32 mm Lungimea-105 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Filet 32 mm Lungimea-105 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	2	Fixatoarele pentru fracturile de col femural	Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm	074.100	India	HEMC	Filet 32 mm Lungimea-100 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de	Filet 32 mm Lungimea-100 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de	ISO 13485, CE

							evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	implante după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	2	Fixatoarele pentru fracturile de col femural	Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm	074.095	India	HEMC	Filet 32 mm Lungimea-95 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Filet 32 mm Lungimea-95 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	2	Fixatoarele pentru fracturile de col femural	Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm	074.085	India	HEMC	Filet 32 mm Lungimea-85 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta	Filet 32 mm Lungimea-85 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;	ISO 13485, CE

							cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Fiecare lot produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	2	Fixatoarele pentru fracturile de col femural	Surub spongios cap hexagonal, autotarodant canulat diam. 7,3 mm	074.080	India	HEMC	Filet 32 mm Lungimea-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Filet 32 mm Lungimea-80 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

33100000-1	3	Fixatoare externe	Tijă filetată 200 mm.,	099.002, 099.003	India	HEMC	filetată 200 mm., diam. 6,5 mm. - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	filetată 225 mm., diam. 6,5 mm. - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	5	Plăci și șuruburi, brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului.	Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm.	125.03L	India	HEMC	-cu 12 orificii(Rt:Lt-1:1) - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă	-cu 12 orificii(Rt:Lt-1:1) - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională	ISO 13485, CE

							de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	5	Plăci și șuruburi, brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului.	Placa cu stabilitate unghiulară p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm.	125.05L	India	HEMC	-cu 14 orificii(Rt:Lt-1:1) - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	-cu 14 orificii(Rt:Lt-1:1) - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor. - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	5	Plăci și șuruburi, brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului.	Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5mm:	035.024... 035.040	India	HEMC	24,0-40.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog	24,0-40.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu	ISO 13485, CE

							și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	5	Plăci și șuruburi, brose, pentru osteosinteza fracturilor extremității superioare a humerusului.	Ghid p/u burhiu 3,5mm (placi blocate)	801.035	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de	ISO 13485, CE

							- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	6	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosintează	Broșe Kirschner Ø 0,8 mm lungimea 160 mm	308.150.08	India	HEMC	1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta catalogele producătorilor și mostre. 4. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Implanturile confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Lot produs de un singur producător 3. catalogele producătorilor și mostre. 4. Certificat CE sau declarație de conformitate 5. Certificat ISO 13485 cu anexele 6. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	6	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosintează	Broșe Kirschner Ø 1,0 mm lungimea 200-230 ascuțite din ambele părți	308.225.10	India	HEMC	1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta catalogele producătorilor și mostre. 4. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Implanturile confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Lot produs de un singur producător 3. catalogele producătorilor și mostre. 4. Certificat CE sau declarație de conformitate 5. Certificat ISO 13485 cu anexele 6. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	6	Broșe pentru osteosinteza	Broșe Kirschner Ø 1,5 mm	308.300.15	India	HEMC	1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate	1. Implanturile confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate	ISO 13485,

		fragmentelor osoase și atosinteză	lungimea 300				2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta catalogele producătorilor și mostre. 4. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	2. Lot produs de un singur producător 3. catalogele producătorilor și mostre. 4. Certificat CE sau declarație de conformitate 5. Certificat ISO 13485 cu anexele 6. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	CE
33100000-1	6	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosinteză	Broșe Kirschner Ø 1,8 mm lungimea 300	308.300.18	India	HEMC	1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta catalogele producătorilor și mostre. 4. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Implanturile confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Lot produs de un singur producător 3. catalogele producătorilor și mostre. 4. Certificat CE sau declarație de conformitate 5. Certificat ISO 13485 cu anexele 6. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	11	Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus	Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus cu lungimi cuprinse între 70 mm - 120 mm, cu 7 - 10 orificii, lățime 9 mm - 11 mm, grosimea 3,0 mm	107.007... 107.010	India	HEMC	cu lungimi cuprinse între 70 mm - 120 mm, cu 7 - 10 orificii, lățime 9 mm - 11 mm, grosimea 3,0 mm - Material: Inox - Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametru de 3,5 mm; - Orificiile să permită folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 3,5 mm; - Orificiile să permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuțită la un capăt pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Să fie cu contact limitat; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în	cu lungimi cuprinse între 70 mm - 120 mm, cu 7 - 10 orificii, lățime 9 mm - 11 mm, grosimea 3,0 mm - Material: Inox - folosirea șuruburilor blocate cu diametru de 3,5 mm; - folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 3,5 mm; - auto-compresia fragmentelor de os; - Placa ascuțită la un capăt pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - cu contact limitat; - Placa cu marcajul producătorului; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională	ISO 13485, CE

							format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	11	Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus	Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm:	035.016... 035.024	India	HEMC	16,0-24.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	16,0-24.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	11	Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus	Ghid p/u burhiu 2,8 mm (placi blocate)	801.035	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine	ISO 13485, CE

							- Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	14	FIXATOARE PENTRU RADIUSUL DISTAL	Placa volara pentru radiusul distal cu stabilitate unghiulara ,la cap cu 4 orificii Rt:Lt in raport	1018.045L, 1018.045R	India	HEMC	5 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	5 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa și surub; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de	ISO 13485, CE

			1:1 (3,5mm/2,7mm.) grosimea 1,6mm Cu:				- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	implante după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	14	FIXATOARE PENTRU RADIUSUL DISTAL	Placa volara pentru radiusul distal cu stabilitate unghiulara ,la cap cu 4 orificii Rt:Lt in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm.) grosimea 1,6mm Cu:	1018.046L, 1018.046R	India	HEMC	6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa și surub; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	14	FIXATOARE PENTRU RADIUSUL DISTAL	Placa dorsala pentru radiusul distal cu stabilitate unghiulara,la cap cu 4 orificii Rt:Lt in raport	1018.045L, 1018.045R	India	HEMC	5 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de	5 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa și surub; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea	ISO 13485, CE

			1:1 (3,5mm/2,7mm) gosimea 1,6mm. cu				evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	instituiției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	14	FIXATOARE PENTRU RADIUSUL DISTAL	Placa dorsala pentru radiusul distal cu stabilitate unghiulară, la cap cu 4 orificii Rt:Lt in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm) gosimea 1,6mm. cu	1018.046L, 1018.046R	India	HEMC	6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă și surub; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă și surub; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	14	FIXATOARE PENTRU RADIUSUL DISTAL	Suruburi corticale blocante autotarodante 2,7 mm:	034.022... 034.028	India	HEMC	22,0-28.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru	22,0-28.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției.	ISO 13485, CE

							produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	14	FIXATOARE PENTRU RADIUSUL DISTAL	Ghid p/u burhiu 2,0 mm (placi blocate)	801.027	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila	ISO 13485, CE

							obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	15	FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII	brose Kirschner	308.250.15	India	HEMC	Diametru -1,5 mm, lungimea - 250mm. - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Diametru -1,5 mm, lungimea - 250mm. - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	15	FIXATOARE PENTRU FRACTURILE	brose Kirschner	308.250.18	India	HEMC	Diametru -1,8mm, lungimea - 250mm. - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	Diametru -1,8mm, lungimea - 250mm. - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ;	ISO 13485, CE

		MÎNII					- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	15	FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII	brose Kirschner	308.300.20	India	HEMC	Diametru -2,0mm. lungimea - 300mm. - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Diametru -2,0mm. lungimea - 300mm. - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox ; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	16	Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie	Placă blocată Laterală Proximală de Tibie, lungimi cuprinse între 80–150 mm, cu	144.04L... 144.08L	India	HEMC	Material: Inox Lungimi între 80 și 150 mm, cu 4-8 orificii Variante anatomice: pentru stînga Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 5,0 mm Orificiile diafizare să permită folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 4,5 mm	Material: Inox Lungimi între 80 și 150 mm, cu 4-8 orificii Variante anatomice: pentru stînga Permite folosirea șuruburilor blocate diametru 5,0 mm Orificiile diafizare permit folosirea șuruburilor	ISO 13485, CE

			4-8 orificii, variantă anatomică pentru stînga				Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os Placa să fie ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping) Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie Placa să aibă marcajul producturului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor Sa se accepte schimbarea luginii a șuruburilor și a plăcilor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	corticale convenționale diametru 4,5 mm Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor de os Placa ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv În partea proximală cu trei orificii Șuruburile de blocaj cu vârful tăietor (self tapping) Plăcile să livrează cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie Placa cu marcajul producturului Se acceptă schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor Se acceptă schimbarea luginii a șuruburilor și a plăcilor. Certificat CE sau declarație de conformitate Certificat ISO 13485 cu anexele Catalogul produsului de la producător în limba Engleză	
33100000-1	16	Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie	Placă blocată Laterală Proximală de Tibie, lungimi cuprinse între 80–150 mm, cu 4-8 orificii, variantă anatomică pentru dreapta	144.04R... 144.08R	India	HEMC	Material: Inox Lungimi între 80 și 150 mm, cu 4-8 orificii Variante anatomice: pentru dreapta Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 5,0 mm Orificiile diafizare să permită folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 4,5 mm Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os Placa să fie ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping) Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie Placa să aibă marcajul producturului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor Sa se accepte schimbarea luginii a șuruburilor și a plăcilor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul	Material: Inox Lungimi între 80 și 150 mm, cu 4-8 orificii Variante anatomice: pentru dreapta Permit folosirea șuruburilor blocate diametru 5,0 mm Orificiile diafizare permit folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 4,5 mm Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor de os Placa ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv În partea proximală plăcile cu trei orificii Șuruburile de blocaj cu vârful tăietor (self tapping) Plăcile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie Placa cu marcajul producturului. Se acceptă schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor Se acceptă schimbarea luginii a șuruburilor și a plăcilor. Certificat CE sau declarație de Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare Catalogul	ISO 13485, CE

							oferit Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	produsului de la producător în limba Engleză	
33100000-1	16	Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie	Șuruburi blocate diametru 5.0 mm, cu lungimi cuprinse între 26 - 75 mm	036.026... 036.075	India	HEMC	1. Material: Inox .Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping) Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox .Șuruburile de blocaj cu vârful tăietor (self tapping) Prezentare mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Certificat CE sau declarație de conformitate Certificat ISO 13485 cu anexele Catalogul produsului de la producător în limba Engleză	ISO 13485, CE
33100000-1	16	Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie	Ghid lungime 70 mm pentru burghiu diametru 4.0 mm	801.050	India	HEMC	1. Material: Inox Să aibă marcajul producătorului 10. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 11. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 12. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 13. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox Marcajul producătorului 10. Prezentare mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 11. Certificat CE sau declarație de conformitate 12. Certificat ISO 13485 cu anexele 13. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză	ISO 13485, CE
33100000-1	16	Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie	Burghiu diametru 4,0 mm, lungime 200-220 mm	602.200.40	India	HEMC	Material: Inox Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	Material: Inox Certificat CE sau declarație de conformitate Certificat ISO 13485 cu anexele Catalogul produsului de la producător în limba Engleză	ISO 13485, CE
33100000-1	17	Placă Blocată Femurală Diafizară	Placă Blocată Femurală Diafizară	132.010... 132.012	India	HEMC	cu lungimi cuprinse între 170 mm - 230 mm, cu 10– 12orificii, latimea 17,5mm, grosimea 6,0 mm - Material: Inox - Să permita folosirea șuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 4,5 mm; - Orificiile diafizare să permita auto-compresia fragmentelor pe os;	cu lungimi cuprinse între 170 mm - 230 mm, cu 10– 12orificii, latimea 17,5mm, grosimea 6,0 mm - Material: Inox - permitE folosirea șuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare permit folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 4,5	ISO 13485, CE

							- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Să fie cu contact limitat; - Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și de ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	mm; - Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor pe os; - Placa ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - cu contact limitat; - Plăcile cu ghid de protecție și de ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa cu marcajul producătorului; - Ofertantul se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	17	Placă Blocată Femurală Diafizară	Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm:	036.038... 036.044	India	HEMC	38,0-44.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de	38,0-44.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - lot produs de un producător; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

33100000-1	17	Placă Blocată Femurală Diafizară	Ghid p/u burhiu 4,3 mm (placi blocate)	801.050A	India	HEMC	la solicitare - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
------------	----	----------------------------------	--	----------	-------	------	---	--	---------------

							și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare		
33100000-1	18	Placă Blocată Femurală Diafizară	Placă blocată femurală diafizară, lungimi între 220-260 mm, cu 12-14 orificii	132.012... 132.014	India	HEMC	1. Material: Inox 3. Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 5 mm 4. Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm 5. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os 6. Placa să fie ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv 7. Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping) 8. Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie 9. Placa să aibă marcajul producătorului 10. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 11. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 12. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 13. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox 3. Folosirea șuruburilor blocate diametru 5 mm 4. Orificiile diafizare permit și folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm 5. Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor de os 6. Placa ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv 7. Șuruburile de blocaj cu vârful tăietor (self tapping) 8. Plăcile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie 9. Placa cu marcajul producătorului 10. mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 11. Certificat CE sau declarație de conformitate 12. Certificat ISO 13485 cu anexele 13. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	18	Placă Blocată Femurală Diafizară	Șuruburi blocate diametru 5.0 mm, cu lungimi cuprinse între 38 - 44 mm	036.038... 036.044	India	HEMC	1. Material: Inox 2. Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping) 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 4. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox 2. Șuruburile de blocaj cu vârful tăietor (self tapping) 3. prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 4. Certificat CE sau declarație de conformitate 5. Certificat ISO 13485 cu anexele 6. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză	ISO 13485, CE

33100000-1	18	Placă Blocată Femurală Diafizară	Burghiu diametru 4,0 mm, lungime 200-220 mm	602.200.40	India	HEMC	1.Material: Inox 2.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 3.Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4.Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1.Material: Inox 2.Certificat CE sau declarație de conformitate 3.Certificat ISO 13485 cu anexele 4.Catalogul produsului de la producător în limba Engleză	ISO 13485, CE
33100000-1	19	Placă Blocată Femurală Laterală Distală	Placă blocată femurală laterală distală, lungimi cuprinse între 150–350 mm, cu 4–14 orificii, pentru dreapta	134.004R... 134.014R	India	HEMC	1. Material: Inox 3. Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 5 mm 4. Orificiile diafizare să permită si folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm 5. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os 6. Placa să fie ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv 7. Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping) 8. Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie 9. Placa să aibă marcajul producătorului 10. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 11. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 12. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 13. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox 3. Se permite folosirea șuruburilor blocate diametru 5 mm 4. Orificiile diafizare permit si folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm 5. Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor de os 6. Placa ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv 7. Șuruburile de blocaj cu vârful tăietor (self tapping) 8. Plăcile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie 9. Placa cu marcajul producătorului 10. prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 11. Certificat CE sau declarație de conformitate oferit 12. Certificat ISO 13485 cu anexele 13. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză	ISO 13485, CE
33100000-1	19	Placă Blocată Femurală Laterală Distală	Placă blocată femurală laterală distală, lungimi cuprinse între 150–350 mm, cu 4–14 orificii, pentru stînga	134.004L... 134.014L	India	HEMC	1. Material: Inox 3. Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 5 mm 4. Orificiile diafizare să permită si folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm 5. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os 6. Placa să fie ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv 7. Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping) 8. Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie 9. Placa să aibă marcajul producătorului 10. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație	1. Material: Inox 3. Se permite folosirea șuruburilor blocate diametru 5 mm 4. Orificiile diafizare spermit si folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm 5. Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor de os 6. Placa ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv 7. Șuruburile de blocaj cu vârful tăietor (self tapping) 8. Plăcile cu ghid de protecție și ochire pentru	ISO 13485, CE

							vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 11. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 12. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 13. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	burghiu și cu burghie 9. Placa cumarcajul producătorului 10. prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 11. Certificat CE sau declarație de conformitate oferit 12. Certificat ISO 13485 cu anexele 13. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză	
33100000-1	19	Placă Blocată Femurală Laterală Distală	Șuruburi blocate diametru 5.0 mm, cu lungimi cuprinse între 18 - 80 mm	036.018... 036.080	India	HEMC	1. Material: Inox .Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping) Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox .Șuruburile de blocaj cu vârful tăietor (self tapping) Prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Certificat CE sau declarație de conformitate Certificat ISO 13485 cu anexele Catalogul produsului de la producător în limba Engleză	ISO 13485, CE
33100000-1	19	Placă Blocată Femurală Laterală Distală	Ghid lungime 70 mm pentru burghiu diametru 4.0 mm	801.050	India	HEMC	1. Material: Inox Să aibă marcajul producătorului 10. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 11. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 12. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 13. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox Marcajul producătorului Prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Certificat CE sau declarație de conformitate Certificat ISO 13485 cu anexele Catalogul produsului de la producător în limba Engleză	ISO 13485, CE
33100000-1	19	Placă Blocată Femurală Laterală Distală	Burghiu diametru 4,0 mm, lungime 200-220 mm	602.200.40	India	HEMC	Material: Inox Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	Material: Inox Prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Certificat CE sau declarație de conformitate Certificat ISO 13485 cu anexele Catalogul produsului de la producător în limba Engleză	ISO 13485, CE
33100000-1	19	Placă Blocată	Suruburi	046..., 050...	India	HEMC	60,0-85.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;	60,0-85.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice	ISO

		Femurală Laterală Distală	spongioase blocante autotarodante 5,0 mm:				- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	confectionate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	13485, CE
33100000-1	19	Placă Blocată Femurală Laterală Distală	Ghid p/u burhiu 4,3 mm (placi blocate)	801.050A	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confectionate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00%	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confectionate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00%	ISO 13485, CE

							- Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	19	Placă Blocată Femurală Laterală Distală	Set de instrumente pentru fragmentele osoase mari	IS-08-04C	India	HEMC	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantate livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă • Componentele setului de instrumente • Cutie pentru instrumente • Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta și stînga)	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantate livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător	ISO 13485, CE

							• Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Retractor de tip Muller • Razuşa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os mare de tip Lambotte • Fixator de repozitie de tip forceps • Fixator de mentinere dinamic • Surubelnita hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/ sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm	6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă • Componentele setului de instrumente • Cutie pentru instrumente • Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta şi stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Retractor de tip Muller • Razuşa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os mare de tip Lambotte • Fixator de repozitie de tip forceps • Fixator de mentinere dinamic • Surubelnita hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/ sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm	
33100000-1	21	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie	123.008L, 123.008R	India	HEMC	cu lungimi cuprinse între 100 mm - 110 mm, cu 8 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm - Material: Inox; - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii orizontale; - Şuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecţie şi ochire pentru burghiu	cu lungimi cuprinse între 100 mm - 110 mm, cu 8 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm - Material: Inox; - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - Se permite folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare permit şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permit auto-compresia fragmentelor de os; - Placa ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile cu trei orificii	ISO 13485, CE

							și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	orizontale; - Șuruburile de blocaj cu vârf tăietor (self tapping); - Placile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa cu marcajul producătorului; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	21	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie	Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm:	036.028... 036.070	India	HEMC	28,0-70.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	28,0-70.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - lot produs de un singur producător; - se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	21	Placă Blocată Laterală	Placă Blocată Laterală	144.004R... 144.010R	India	HEMC	cu 4-10 orificii, variante anatomice pentru dreapta grosimea 3,8 mm.	cu 4-10 orificii, variante anatomice pentru dreapta grosimea 3,8 mm.	ISO 13485,

		Proximală de Tibie	Proximală de Tibie cu lungimi cuprinse între 80 mm - 185 mm,				- Material: Inox; - Lungimi între 80 mm - 185 mm cu 4 - 10 orificii; - Variante anatomice: pentru dreapta; - Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Material: Inox; - Lungimi între 80 mm - 185 mm cu 4 - 10 orificii; - Variante anatomice: pentru dreapta; - Se permite folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare permit și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permit auto-compresia fragmentelor de os; - Placa ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile cu trei orificii; - Șuruburile de blocaj cu vârf tăietor (self tapping); - Placile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa cu marcajul producătorului; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	CE
33100000-1	21	Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie	Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie cu lungimi cuprinse între 80 mm - 185 mm,	144.004L... 144.010L	India	HEMC	- cu 4-10 orificii, variante anatomice pentru stînga grosimea 3,8 mm. - Material: Inox; - Lungimi între 80 mm - 185 mm cu 4 - 10 orificii; - Variante anatomice: pentru stînga; - Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;	- cu 4-10 orificii, variante anatomice pentru stînga grosimea 3,8 mm. - Material: Inox; - Lungimi între 80 mm - 185 mm cu 4 - 10 orificii; - Variante anatomice: pentru stînga; - permit folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare permit și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permit auto-compresia	ISO 13485, CE

							- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- fragmentelor de os; - Placa ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile cu trei orificii; - Șuruburile de blocaj cu vârf tăietor (self tapping); - Plăcile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa cu marcajul producătorului; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	21	Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie	Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm:	036.028... 036.070	India	HEMC	28,0-70.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de	28,0-70.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

33100000-1	23	Placă Blocată Tibială Distală Medială	Placă Blocată Tibială Distală Medială cu lungimi cuprinse între 120 mm - 180 mm,	106.004L... 106.008L, 106.004R... 106.008R	India	HEMC	la solicitare cu 8-10 orificii de blocaj în partea diafizară pentru șuruburi de 3,5mm diametru și 7 orificii în partea metafizara pentru șuruburi 2,7mm diametru. Latimea partii diafizare 11mm., grosimea 3,7 mm. Variantele stînga/dreapta - Material: Inox - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - Lungimi între 120 mm - 180 mm cu 4 - 8 orificii diafizare; - Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 3,5 mm; - Orificiile metafizare să permită folosirea șuruburilor blocate de 2,7 mm - Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	cu 8-10 orificii de blocaj în partea diafizară pentru șuruburi de 3,5mm diametru și 7 orificii în partea metafizara pentru șuruburi 2,7mm diametru. Latimea partii diafizare 11mm., grosimea 3,7 mm. Variantele stînga/dreapta - Material: Inox - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - Lungimi între 120 mm - 180 mm cu 4 - 8 orificii diafizare; - folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare permit și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 3,5 mm; - Orificiile metafizare permit folosirea șuruburilor blocate de 2,7 mm - Placa ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Șuruburile de blocaj cu vârf tăietor (self tapping); - Placile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa cu marcajul producătorului; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	23	Placă Blocată Tibială Distală Medială	Șuruburi corticale blocate autotarodante 2,7 mm:	034.040... 034.052, 087.040... 087.052	India	HEMC	40,0-52.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a	40,0-52.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - lot produs de un singur producător;	ISO 13485, CE

							contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	23	Placă Blocată Tibială Distală Medială	Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm:	035.026... 035.044	India	HEMC	26,0-44.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	26,0-44.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	23	Placă Blocată Tibială Distală Medială	Ghid p/u burhiu 2,0 mm (placi blocate)	801.027	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;	ISO 13485, CE

						în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posed rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de	- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

33100000-1	23	Placă Blocată Tibială Distală Medială	Ghid p/u burhiu 2,8 mm (placi blocate)	801.035	India	HEMC	la solicitare	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjuicare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog	ISO 13485, CE
------------	----	---	--	---------	-------	------	---------------	---	---------------------

							și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare		
33100000-1	23	Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală	Placă Blocată Tibie Distală Antero - Medială	1057.006L... 1057.012L	India	HEMC	cu lungimi cuprinse între 120 mm - 180 mm, cu 6 - 12 orificii diafizare, grosimea 3,7mm. - Material: Inox - Variante anatomice: pentru stînga; - Lungimi între 120 mm - 180 mm cu 4 - 8 orificii de blocaj; - Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 3,5 mm; - Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvasiv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă patru orificii orizontale; - Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Placile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	cu lungimi cuprinse între 120 mm - 180 mm, cu 6 - 12 orificii diafizare, grosimea 3,7mm. - Material: Inox - Variante anatomice: pentru stînga; - Lungimi între 120 mm - 180 mm cu 4 - 8 orificii de blocaj; - Se permite folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare permit și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 3,5 mm; - Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor de os; - Placa ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvasiv; - În partea proximală plăcile cu patru orificii orizontale; - Șuruburile de blocaj cu vârf tăietor (self tapping); - Placile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa cu marcajul producătorului; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO 13485, CE

33100000-1	23	Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală	Placă Blocată Tibie Distală Antero - Medială	1057.006R... 1057.012R	India	HEMC	cu lungimi cuprinse între 120 mm - 180 mm, cu 6 - 12 orificii diafizare, grosimea 3,7mm. - Material: Inox - Variante anatomice: pentru dreapta; - Lungimi între 120 mm - 180 mm cu 4 - 8 orificii de blocaj; - Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 3,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă patru orificii orizontale; - Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	solicitare cu lungimi cuprinse între 120 mm - 180 mm, cu 6 - 12 orificii diafizare, grosimea 3,7mm. - Material: Inox - Variante anatomice: pentru dreapta; - Lungimi între 120 mm - 180 mm cu 4 - 8 orificii de blocaj; - Se permite folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; - Orificiile diafizare permit și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 3,5 mm; - Orificiile diafizaresă permit auto-compresia fragmentelor de os; - Placa ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile cu patru orificii orizontale; - Șuruburile de blocaj cu vârf tăietor (self tapping); - Placile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa cu marcajul producătorului; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	23	Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală	Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm:	035.028... 035.042	India	HEMC	28,0-42.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	28,0-42.0mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implantate după	ISO 13485, CE

						- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	23	Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală	Ghid p/u burhiu 2,8 mm (placi blocate)	801.035	India	HEMC - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05%	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției.	ISO 13485, CE

							- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	23	Placă Blocată Tibială Distală Medială	Placă Blocată Tibială Distală Medială, lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii de blocaj în partea diafizară dreaptă.	106.004R... 106.010R	India	HEMC	Material: Inox Variante anatomice: pentru dreapta Lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii diafizate Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 3,5 mm Orificiile diafizate să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm Placa să fie ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping) Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie Placa să aibă marcajul producătorului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea plăcilor dreapta/stinga și lungimea lor Sa se accepte schimbarea lăgimii a șuruburilor și a plăcilor Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul	Material: Inox Variante anatomice: pentru dreapta Lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii diafizate Se permite folosirea șuruburilor blocate diametru 3,5 mm Orificiile diafizate permit și folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm Placa ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv Șuruburile de blocaj cu vârful tăietor (self tapping) Plăcile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie Placa cu marcajul producătorului Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Se acceptă schimbarea plăcilor dreapta/stinga și lungimea lor Se acceptă schimbarea lăgimii a șuruburilor și a plăcilor	ISO 13485, CE

							oferit Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.		
33100000-1	23	Placă Blocată Tibială Distală Medială	Placă Blocată Tibială Distală Medială, lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii de blocaj în partea diafizară stînga	106.004L... 106.010L	India	HEMC	Material: Inox Variante anatomice: pentru stînga Lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii diafizate Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 3,5 mm Orificiile diafizare să permită si folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm Placa să fie ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping) Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie Placa să aibă marcajul producătorului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor Sa se accepte schimbarea luginii a șuruburilor și a plăcilor Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	Material: Inox Variante anatomice: pentru stînga Lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii diafizate Se permite folosirea șuruburilor blocate diametru 3,5 mm Orificiile diafizare permit si folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm Placa ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv Șuruburile de blocaj cu vârful tăietor (self tapping) Plăcile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie Placa cu marcajul producătorului Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Se acceptă schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor Se acceptă schimbarea luginii a șuruburilor și a plăcilor	ISO 13485, CE
33100000-1	23	Placă Blocată Tibială Distală Medială	Șuruburi blocate diametru 3,5 mm, cu lungimi între 12 – 44 mm	035.012... 035.044	India	HEMC	1. Material: Inox .Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping) Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox .Șuruburile de blocaj cu vârful tăietor (self tapping) Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Certificat CE sau declarație de conformitate Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit	ISO 13485, CE
33100000-1	28	Placă Blocată Calcaneu	Placă Blocată Calcaneu, lungimi 60-65 mm, cu variante	156.064R	India	HEMC	Material: Inox Variante anatomice: pentru dreapta Grosimea plăcilor: 1,8-2,0 mm Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 3,5 mm	Material: Inox Variante anatomice: pentru dreapta Grosimea plăcilor: 1,8-2,0 mm Permit folosirea șuruburilor blocate diametru	ISO 13485, CE

			anatomice pentru dreapta				Placa să permită modelarea în funcție de particularitățile anatomice Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie Placa să aibă marcajul producătorului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea lăgimii a șuruburilor Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit	3,5 mm Placa permite modelarea în funcție de particularitățile anatomice Plăcile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie Placa cu marcajul producătorului Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Se acceptă schimbarea lăgimii a șuruburilor Se acceptă schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor	
33100000-1	28	Placă Blocată Calcaneu	Placă Blocată Calcaneu, lungimi 60-65 mm, cu variante anatomice pentru stînga	156.064L	India	HEMC	Material: Inox Variante anatomice: pentru stînga Grosimea plăcilor: 1,8-2,0 mm Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 3,5 mm Placa să permită modelarea în funcție de particularitățile anatomice Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie Placa să aibă marcajul producătorului Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Sa se accepte schimbarea lăgimii a șuruburilor Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	Material: Inox Variante anatomice: pentru stînga Grosimea plăcilor: 1,8-2,0 mm Permit folosirea șuruburilor blocate diametru 3,5 mm Placa permite modelarea în funcție de particularitățile anatomice Plăcile cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie Placa cu marcajul producătorului Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Se acceptă schimbarea lăgimii a șuruburilor Se acceptă schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor	ISO 13485, CE
33100000-1	28	Placă Blocată Calcaneu	Șuruburi blocate diametru 3,5 mm, cu lungimi între 24 – 40 mm	035.024... 035.040	India	HEMC	1. Material: Inox .Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping) Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru	1. Material: Inox .Șuruburile de blocaj cu vârful tăietor (self tapping) Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Certificat CE sau declarație de conformitate Certificat ISO 13485 cu anexele	ISO 13485, CE

							produsul oferit Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.		
33100000-1	34	Placa cu stabilitate angulara pentru femur proximal	Placa cu stabilitate angulara pentru femur proximal	153.010R	India	HEMC	Grosimea 5,8mm cu 10 orificii dreapta - Material: Inox. - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - Să permita folosirea șuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm la nivelul diafizei și 6,5 la nivelul metafizei - Orificiile diafizare să permită folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 4,5 mm; - Orificiile diafizare să permita auto-compresia fragmentelor pe os; - Placa să fie ascuțită în capătul de insepție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Să fie cu contact limitat; - Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și de ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Grosimea 5,8mm cu 10 orificii dreapta - Material: Inox. - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - permit folosirea șuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm la nivelul diafizei și 6,5 la nivelul metafizei - Orificiile diafizare permit folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 4,5 mm; - Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor pe os; - Placa ascuțită în capătul de insepție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - cu contact limitat; - Plăcile cu ghid de protecție și de ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa cu marcajul producătorului; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
33100000-1	34	Placa cu stabilitate angulara pentru femur proximal	Placa cu stabilitate angulara pentru femur proximal	153.010L	India	HEMC	Grosimea 5,8mm cu 10 orificii stînga - Material: Inox. - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - Să permita folosirea șuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm la nivelul diafizei și 6,5 la nivelul metafizei - Orificiile diafizare să permită folosirea șuruburilor corticale	Grosimea 5,8mm cu 10 orificii stînga - Material: Inox. - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - permit folosirea șuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm la nivelul diafizei și 6,5 la nivelul metafizei	ISO 13485, CE

							convenționale cu diametru de 4,5 mm; - Orificiile diafizare să permita auto-compresia fragmentelor pe os; - Placa să fie ascuțită în capătul de insepție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - Să fie cu contact limitat; - Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și de ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa să aibă marcajul producătorului; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Orificiile diafizare permit folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 4,5 mm; - Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor pe os; - Placa ascuțită în capătul de insepție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - cu contact limitat; - Plăcile cu ghid de protecție și de ochire pentru burghiu și cu burghie; - Placa cu marcajul producătorului; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	34	Placa cu stabilitate angulara pentru femur proximal	Set de instrumente pentru fragmentele osoase mari	IS-08-04C	India	HEMC	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantate livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă • Componentele setului de instrumente • Cutie pentru instrumente • Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare și mic de tip Farabeuf	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantate livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător 6. instrumentarul va fi cu locuri bine	ISO 13485, CE

							• Retractor de tip Muller • Razușă (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os mare de tip Lambotte • Fixator de repoziție de tip forceps • Fixator de menținere dinamic • Surubelnita hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/ sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm	- determinate în trusă • Componentele setului de instrumente • Cutie pentru instrumente • Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Retractor de tip Muller • Razușă (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os mare de tip Lambotte • Fixator de repoziție de tip forceps • Fixator de menținere dinamic • Surubelnita hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/ sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm	
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Pensă Schultz (autor)	385.01.018C	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:	- Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine	ISO 13485, CE

						- Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare		
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Pensă AO maleolare	738.002	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea	- Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;	ISO 13485, CE

						în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să aibă rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de	- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Chei p/u lacati la ap.de fixare externa	561.044, 655.008, 658.008	India	HEMC	la solicitare - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
------------	----	-----------------------	---	---------------------------	-------	------	---	--	---------------

							și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare		
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Cleste(taetor)p/u brose	BS14.1025.01	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de	ISO 13485, CE

						- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Forceps de reducere a fracturii ascutit mic și mijlociu	905.019, 385.01.017C	India	HEMC - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00%	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00%	ISO 13485, CE

						- Si (siliciu): $\leq 1,00\%$ - Mn (mangan): $\leq 1,00\%$ - P (fosfor): $\leq 0,05\%$ - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- P (fosfor): $\leq 0,05\%$ - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Forceps de reducere a fracturii ascuțit cu olive pe branse mic și mijlociu	RF14.100.01, RF14.105.01	India	HEMC - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine	- Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox,	ISO 13485, CE

						- Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare		
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Burghiu I-200-250mm., la diametru 2,5mm;	602.200.25	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată;	ISO 13485, CE

			diametru 3,2mm.			lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)	- Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	CE
--	--	--	----------------------------	--	--	---	---	----

							- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare		
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Burghiu I-200-250mm., la diametru 3,5mm. Canulat	626.200.35	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință	ISO 13485, CE

						- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Burghiu I-200-250mm., la diametru 4,5mm.	602.200.45	India	HEMC - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05%	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției.	ISO 13485, CE

							- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Burghiu canulat I-300mm la diam. 4,5mm.	626.300.45	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%	ISO 13485, CE

						următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare		
33100000-1	49	Plăci pentru Hallux valgus universal cu lateralizare	Șurubelniță hexagonală D. 2,0mm	614.015	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului	ISO 13485, CE

							- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță hexagonală D.3,5mm	614.025	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura	- Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la	ISO 13485, CE

						mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a	sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

							producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare		
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță hexagonală D.4,5mm	614.035	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO 13485, CE

							- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	solicitare	
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță canulată hexagonală D 3,5mm	615.025	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu	ISO 13485, CE

							producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță canulată hexagonală D 4,5 mm	615.035	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00%	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00%	ISO 13485, CE

						- Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	49	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță canulată hexagonală D6.5 mm	615.035	India	HEMC - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului	Toate instrumentele fabricate de un producător; - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante. - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox)	ISO 13485, CE

							- Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	- Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie (împreună cu fișierul ofertei pe CD) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Semiinele Ilizarov 150-160 mm	553.016	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente in custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele	ISO 13485, CE

							produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Semiinele Ilizarov 170-180 mm	553.018	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Arc femural italian 90 de grade 180mm	564.090.23	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Arc femural italian 120 de grade 180mm	564.120.23	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE

33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Arc femural italian 120 de grade 200mm	564.120.21	India	HEMC	sau traducere în limba de stat. 1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Pivot feminin cu 1 gaura	571.001	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Pivot feminin cu 2 gauri	571.002	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Pivot feminin cu 3 gauri	571.003	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO 13485, CE

							producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Pivot feminin cu 4 gauri	571.004	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Pivot masculin cu 4 gauri	570.004	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Placă de conexiune cu capăt filetat cu 5 găuri	573.005	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate	ISO 13485, CE

							evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Placă de conexiune cu capăt filetat cu 7 găuri	573.007	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Șurub de fixare a broșei cresate	562.013	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Șurub de fixare a broșei canulat	562.018	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE

							7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.		
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Șurub de conexiune 16 mm	562.004	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Șurub de conexiune 20 mm	562.004	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Piuliță	562.029	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante,	098.60.15.25	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și	ISO 13485,

			diametru 6 mm cu filet bilateral L- 150 mm				vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 6 mm cu filet bilateral L- 180 mm	098.60.18.32	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 7 mm cu filet bilateral L- 150 mm	098.70.15.25	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 7 mm cu filet bilateral L- 180 mm	098.70.18.40	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, CE

							5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Cheie pentru tije filetate cu diametru de 5 mm	561.044	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Cheie pentru tije filetate cu diametru de 6 mm	561.044	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Cheie pentru tije filetate cu diametru de 7 mm	561.044	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE

							produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	limba Engleză.	
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Wrenchoqube cu o gaură	574.001	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Wrenchoqube cu 2 gauri	574.002	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi traumatologice	Wrenchoqube cu 3 gauri	574.003	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	1. Material: Inox; 2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	ISO 13485, CE
33100000-1	56	Implanturi	Wrenchoqube	574.004	India	HEMC	1. Material: Inox;	1. Material: Inox;	ISO

		traumatologice	cu 4 gauri				2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	2. Mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor. 5. Certificat CE, declarație de conformitate 6. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.	13485, CE
--	--	----------------	------------	--	--	--	--	---	-----------

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVoi** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2