

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **ID ocds-b3wdp1-MD-1557135863604**

Denumirea procedurii de achiziție: **Licitație Deschisă**

Obiectul achizitiei - **Dispozitive medicale**

Autoritatea contractantă **IMSP Centrul de Sănătate Zubrești**

Co d CP V		Denumir ea bunurilo r/serviciil	Mo delu l arti	Tar a de orig ine	Prod ucăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi
33100000-1	1	Electrocardiograf cu 3 canale cu interpretare	iE300	China	Shenzhen Biocare Bio Medical	Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, primează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Tip pacient: adult, pediatric și neonatal Numărul de canale de procesare: 3 Configurația: Portabil	Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, primează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Tip pacient: adult, pediatric și neonatal Numărul de canale de procesare: 3 Configurația: Portabil	ISO, CE
33100000-1	2	Tonometrul ocular	Easyton	Rusia	Elamed	Limita erorilor de măsurare admisă în intervalul: de la 5- 20 mmHg +/-2,0mmHg; de la 20-60 mmHg +/-10%; Timpul de măsurare 3-5 secunde;	Limita erorilor de măsurare admisă în intervalul: de la 5- 20 mmHg +/-2,0mmHg; de la 20-60 mmHg +/-10%; Timpul de măsurare 3-5 secunde;	ISO, CE
33100000-1	9	Microscop	MB522	China	BW Optics	Vizualizare acapului: Microscop biologic cu cap binocular seidentopf, interval de reglare a distanței interpupiliare 48-75mm, rotire 360 ° a tubului ocular cu înclinare la 30 °	Vizualizare acapului: Microscop biologic cu cap binocular seidentopf, interval de reglare a distanței interpupiliare 48-75mm, rotire 360 ° a tubului ocular cu înclinare la 30 °	
33100000-1	16	Aparat pentru darsonvalizare	Corona	Ucraina	Novator	- curent alternativ pulsator de frecvență medie - descărcare electrică de înaltă tensiune - ozonul generat în zona locală de expunere ca urmare a unei descărcări corona între electrozii corpului pacientului În modul de terapie ultraradial: - curent sinusoidal de joasă frecvență - căldura eliberată în țesuturile corpului în zona de expunere Tensiunea amplitudinii la ieșirea aparatului, kV ($8 \div 25$) $\pm$ 20% Rata de repetare a impulsului, Hz 100 $\pm$ 10% Frecvența de umplere a impulsurilor, kHz 110 $\pm$ 25%	Tensiunea amplitudinii la ieșirea aparatului, kV ($8 \div 25$) $\pm$ 20% Rata de repetare a impulsului, Hz 100 $\pm$ 10% Frecvența de umplere a impulsurilor, kHz 110 $\pm$ 25% Alimentare, V 220; Frecvența de rețea, Hz 50 Puterea consumată de rețea, VA nu mai mult de 50 Dimensiuni totale, mm, nu mai mult de 110 x 210 x 260 Masa dispozitivului cu electrozi, kg, nu mai mult de 2,5 Setul de livrare al dispozitivului include: Unitatea electronică – 1 buc Electrozii înlocuiți: de bază (ciupercă, pieptene, punct) – câte 1 bucătă	ISO, CE

33100000-1	18	Cantar mecanic pt adulti cu antropometru	RGZ 200	China	Jiangsu Suhong Medical	Structura inox Cantar foarte robust si solid Capacitate cantar: 160 Kg Diviziune cantar: 1 kg Clasa de precizie: III Structura inox Cantar foarte robust si solid Platforma acoperita cu covor de cauciuc pentru uz intens	Structura inox Cantar foarte robust si solid Capacitate cantar: 200 Kg Diviziune cantar: 1 kg Structura inox, vopsit Cantar foarte robust si solid Platforma acoperita cu covor de cauciuc pentru uz intens	ISO, CE
33100000-1	19	Cantar electronic pt bebelusi	EBSC-20	China	Jiangsu Suhong	Tip produs: Cantar digital Greutate maxima suportata : 10 - 20 kg	Tip produs: Cantar digital Greutate maxima suportata : 10 - 20 kg	ISO, CE

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova