

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1759909803059 din 24.10.2025

Obiectul de achiziției: Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Clinice, Hematologice și PATOLOGICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026-REPETAT

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33600000-6	105	Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic (008134)	Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic (008134)	U021-011	SUA	ACON LABORATORIES INC	Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic (008134), Material de control - controlul calitatii stripurilor pentru urina semicantitative, 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite), ambalate in flacoane 20ml, certificat de calitate CE., Bucată	Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic (008134), Material de control - controlul calitatii stripurilor pentru urina semicantitative, 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite), ambalate in flacoane de 10ml, 1 buc = 1 set = 2 flacoane (1 patologic + 1 normal), certificat de calitate CE., Bucată. Instrucțiunea și broșura se anexează.	Certificat CE, Declarație de Conformitate CE, Nr. de înregistrare la AMDM - DM000395548
33600000-6	120	Teste pentru determinarea PH - ului vaginal (008158)	Teste pentru determinarea PH - ului vaginal (008158)	VPH-502A	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Teste pentru determinarea PH -ului vaginal (008158), Teste pentru determinarea PH -ului vaginal, Bucată	Teste pentru determinarea PH -ului vaginal (008158), Teste pentru determinarea PH -ului vaginal, Bucată. 1 set = 25 teste. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare la AMDM - DM000450625

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9