

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21052160 din 01.03.2022

Obiectul de achiziție: Set seringi Nemoto (conform specificației atașate)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Set seringi Nemoto (conform specificației atașate)	42.16.30000 + 42.16.30002	China	SCW Medicath Ltd	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). Seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1bu - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompa) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m.	1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare 42.16.30000 Folosit pentru Nemoto Kyorindo SIRING Volum (ml) - 100. Modele - Single. Kit- SIRING 1 buc, J tub 1 buc, Conector tub 1 buc 42.16.30002 Folosit pentru Nemoto Kyorindo SIRING Volum (ml) - 200. Modele - Single. Kit- SIRING 1 buc, J tub 1 buc, Conector tub 1 buc	CE
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1**, tel.022 00 08 24, fax.022 00 08 23

