

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. N. Testemiteanu 29

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1688377296497 din 19.07.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Consumabile medicale listă suplimentară pentru anul 2023 (listă delegată de către CAPCS) REPETAT noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 18.07.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”

adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. N. Testemiteanu 29

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Consumabile medicale listă suplimentară pentru anul 2023 (listă delegată de către CAPCS) REPETAT"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1688377296497 din 19.07.2023

pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la data de 17.10.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 18.07.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1688377296497 din 19.07.2023 | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------|------------------------|--|--|------------------------|
| Obiectul achiziției: Consumabile medicale listă suplimentară pentru anul 2023 (listă delegată de către CAPCS) REPETAT | | | | | | | | |
| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | Lot 15 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 5.0 | Lot 15 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 5.0 | 9450E CE 5.0MM ENDOTRACH TUBE CUFD X10 | SUA | COVIDIEN,MED TRONIC | Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 5.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, RO-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se degtaseze cu ușurință; Balonasul să fie nrobil pentu scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril | Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 5.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, RO-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se degtaseze cu ușurință; Balonasul să fie nrobil pentu scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril | ISO, CE |
| 16 | lot 16 Tub pentru intubatie endotraheala cu manjeta 5.5 | lot 16 Tub pentru intubatie endotraheala cu manjeta 5.5 | 9555E CE 5.5MM ENDOTRACH TUBE CUFD X10 | SUA | COVIDIEN,MED TRONIC | Tub pentru intubație endotraheala cu manjeta 5.5 , material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manieta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cln pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conoctor care să nu se detaseze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril | Tub pentru intubație endotraheala cu manjeta 5.5 , material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manieta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cln pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conoctor care să nu se detaseze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute. Steril | ISO, CE |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-----|------------------------|---|---|---------|
| 17 | Lot 17 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 6.5 | Lot 17 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 6.5 | 9465E CE 6.5MM ENDOTRACH TUBE CUFD X10 | SUA | COVIDIEN,MED TRONIC | Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 6.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, 1inie radiopaca, RoI-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiunejoasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea, baloneta in pozitia desumflata sa nu formeze cute. Steril | Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 6.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, 1inie radiopaca, RoI-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiunejoasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea, baloneta in pozitia desumflata sa nu formeze cute. Steril | ISO, CE |
| 18 | Lot 18 Tub pentru infubare endotraheala cu rmanjeta 7.0 | Lot 18 Tub pentru infubare endotraheala cu rmanjeta 7.0 | 9570E CE 7.0MM ENDOTRACH TUBE CUFD X10 | SUA | COVIDIEN,MED TRONIC | Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 7.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R0-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiunejoasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conoctor care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea, baloneta in pozitia desumflata sa nu formeze cute. Steril | Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 7.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R0-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiunejoasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conoctor care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea, baloneta in pozitia desumflata sa nu formeze cute. Steril | ISO, CE |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-----|---------------------|--|--|---------|
| 19 | Lot 19 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 7,5 | Lot 19 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 7,5 | 9475E CE 7.5MM ENDOTRACH TUBE CUFD X10 | SUA | COVIDIEN,MED TRONIC | Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 7.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Ro-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid] conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea, baloneta in pozitia desumflata sa nu formeze cute. Steril | Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 7.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Ro-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid] conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea, baloneta in pozitia desumflata sa nu formeze cute. Steril | ISO, CE |
| 20 | Lot 20 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 8,0 | Lot 20 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 8,0 | 9480E CE 8.0MM ENDOTRACH TUBE CUFD X10 | SUA | COVIDIEN,MED TRONIC | Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 8.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Ro-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea, baloneta in pozitia desumflata sa nu formeze cute. Steril | Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 8.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Ro-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea, baloneta in pozitia desumflata sa nu formeze cute. Steril | ISO, CE |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|------------------------|---|---|---------|
| 21 | Lot 21 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 8.5 | Lot 21 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 8.5 | 9485E CE 8.5MM ENDOTRACH TUBE CUFD X10 | SUA | COVIDIEN,MED TRONIC | Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 8. 5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Ro-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manieta: Pina ta 25 mmHg, Marcaj 1a maxim 1 cm pe toata lungimea tubului, sterilizarc cu etilenoxid; conoctor care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea, baloneta in pozilia desumflata si nu formeze cute. Steril | Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 8. 5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Ro-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manieta: Pina ta 25 mmHg, Marcaj 1a maxim 1 cm pe toata lungimea tubului, sterilizarc cu etilenoxid; conoctor care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea, baloneta in pozilia desumflata si nu formeze cute. Steril | ISO, CE |
| 22 | Lot 22 Tub pentru intubatie endotraheala fara manjeta 5.5 | Lot 22 Tub pentru intubatie endotraheala fara manjeta 5.5 | 9360E CE 5.5MM ENDOTRACH TUBE UNCUF X10 | SUA | COVIDIEN,MED TRONIC | Tub pentru intubatie endotraheala fara manjeta 5. 5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Ro-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toata lungimea. tubului, sterilizarc cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distat al sondei, sa aiba o fortna cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea baloneta in pozitia desumflata sa nu formeze cute. Steril | Tub pentru intubatie endotraheala fara manjeta 5. 5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Ro-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toata lungimea. tubului, sterilizarc cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distat al sondei, sa aiba o fortna cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea baloneta in pozitia desumflata sa nu formeze cute. Steril | ISO, CE |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1688377296497 din 19.07.2023**

Obiectul achiziției: **Consumabile medicale listă suplimentară pentru anul 2023 (listă delegată de către CAPCS) REPETAT**

| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Cod CPV | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|---------|---|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---|------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | Lot 15 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 5.0 | Lot 15 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 5.0 | buc | 65 | 19.31 | 23.17 | 1 255.15 | 1 506.05 | 50% in termen do 15 zile de 1a solicitare, a doua parte ramasō tn termen de 30 de zile de 1a solicitare pe parcursul anului 2023. | 33140000-3 | - | - |
| | | | | | | Total Lot | 1 255.15 | 1 506.05 | | | | |
| 16 | lot 16 Tub pentru intubatie endotraheala cu manjeta 5.5 | lot 16 Tub pentru intubatie endotraheala cu manjeta 5.5 | buc | 20 | 19.31 | 23.17 | 386.20 | 463.40 | 50% in termen do 15 zile de 1a solicitare, a doua parte ramasō tn termen de 30 de zile de 1a solicitare pe parcursul anului 2023. | 33140000-3 | - | - |
| | | | | | | Total Lot | 386.20 | 463.40 | | | | |
| 17 | Lot 17 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 6.5 | Lot 17 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 6.5 | buc | 80 | 19.31 | 23.17 | 1 544.80 | 1 853.60 | 50% in termen do 15 zile de 1a solicitare, a doua parte ramasō tn termen de 30 de zile de 1a solicitare pe parcursul anului 2023. | 33140000-3 | - | - |
| | | | | | | Total Lot | 1 544.80 | 1 853.60 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|------|-------|-------|------------------|------------------|---|------------|---|---|
| 18 | Lot 18 Tub pentru infubare endotraheala cu rnanjeta 7.0 | Lot 18 Tub pentru infubare endotraheala cu rnanjeta 7.0 | buc | 200 | 20.59 | 24.70 | 4 118.00 | 4 940.00 | 50% in termen do 15 zile de 1a solicitare, a doua parte ramasō tn termen de 30 de zile de 1a solicitare pe parcursul anului 2023. | 33140000-3 | - | - |
| | | | | | | | Total Lot | 4 118.00 | 4 940.00 | | | |
| 19 | Lot 19 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 7,5 | Lot 19 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 7,5 | buc | 1700 | 20.59 | 24.70 | 35 003.00 | 41 990.00 | 50% in termen do 15 zile de 1a solicitare, a doua parte ramasō tn termen de 30 de zile de 1a solicitare pe parcursul anului 2023. | 33140000-3 | - | - |
| | | | | | | | Total Lot | 35 003.00 | 41 990.00 | | | |
| 20 | Lot 20 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 8,0 | Lot 20 Tub pentru intubare endotraheala cu manjeta 8,0 | buc | 3500 | 20.59 | 24.70 | 72 065.00 | 86 450.00 | 50% in termen do 15 zile de 1a solicitare, a doua parte ramasō tn termen de 30 de zile de 1a solicitare pe parcursul anului 2023. | 33140000-3 | - | - |
| | | | | | | | Total Lot | 72 065.00 | 86 450.00 | | | |
| 21 | Lot 21 Tub pentru intubare endotrahealta cu manjeta 8.5 | Lot 21 Tub pentru intubare endotrahealta cu manjeta 8.5 | buc | 4000 | 20.59 | 24.70 | 82 360.00 | 98 800.00 | 50% in termen do 15 zile de 1a solicitare, a doua parte ramasō tn termen de 30 de zile de 1a solicitare pe parcursul anului 2023. | 33140000-3 | - | - |
| | | | | | | | Total Lot | 82 360.00 | 98 800.00 | | | |
| 22 | Lot 22 Tub pentru intubatie endotraheala fara manjeta 5.5 | Lot 22 Tub pentru intubatie endotraheala fara manjeta 5.5 | buc | 45 | 13.68 | 16.42 | 615.60 | 738.90 | 50% in termen do 15 zile de 1a solicitare, a doua parte ramasō tn termen de 30 de zile de 1a solicitare pe parcursul anului 2023. | 33140000-3 | - | - |

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|-----------|------------|------------|--|
| | | | | | | Total Lot | 615.60 | 738.90 | |
| TOTAL Oferta | | | | | | | 197 347.75 | 236 741.95 | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1688377296497 din 19.07.2023
din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Se obliga pana la livrare sa inregistreze produsele la AMDM.
- Va prezenta mostre in timp de 5 zile de la solicitare

Data completării: 18.07.2023

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator
S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura)