

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754913019391/21465533 din: 11.08.2025 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
17	Depistarea Antigenului criptococal	Depistarea Antigenului criptococal	StrongStep® Cryptococcal Antigen Rapid Test Device 502080	China	Nanjing Liming Bio-products Co. Ltd	Teste rapid imunocromatografic pentru determinarea calitativă si semicantitativa a Ag criptococal. Teste pentru detectarea calitativă și semi-cantitativă a antigenului criptococ. Testul se bazează pe detectarea din sange a antigenului criptococal cu perioada de incubatie 10 min.	Teste rapid imunocromatografic pentru determinarea calitativă si semicantitativa a Ag criptococal. Teste pentru detectarea calitativă și semi-cantitativă a antigenului criptococ. Testul se bazează pe detectarea din sange a antigenului criptococal cu perioada de incubatie 10 min.	CE ISO
19	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ prin autotestare	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ prin autotestare	Wondfo HIV Self-Test W006P0059	China	Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd	Test rapid HIV ½ pentru autotestare. Testul rapid de diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ destinat pentru autotestare (Self Testing). Trusa trebuie să conțină toate accesoriile necesare pentru procedura de autotestare Testele trebuie să fie precalificate de OMS în categoria de HIV Self testing	Test rapid HIV ½ pentru autotestare. Testul rapid de diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ destinat pentru autotestare (Self Testing). Trusa trebuie să conțină toate accesoriile necesare pentru procedura de autotestare Testele trebuie să fie precalificate de OMS în categoria de HIV Self testing	CE ISO
22	Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum.	Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum.	ISY-N401	China	Hangzhou AlITest Biotech Co., Ltd.	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM si IgG anti Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa conține toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea 99.9% Specificitatea 99.5%	CE ISO

23	Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum.	Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum.	ISY-N401	China	Hangzhou AlITest Biotech Co., Ltd.	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa trebuie să conţină toţi reactivi şi consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 98.0% Specificitatea ≥ 99.0%	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM si IgG anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa conţine toţi reactivi şi consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea 99.9% Specificitatea 99.5%	CE ISO
----	---	---	----------	-------	------------------------------------	--	---	--------

Semnat:_____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv