

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]							
Numărul procedurii de achiziție		LP nr. 21076109/ ocde-b3wdp1-MD-1679048167563 din 17.03.2023					
Obiectul achiziției:		Consumabile pentru dispozitivele medicale de sterilizare Steelco EW2/2					
Nr lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Consumabile pentru dispozitivele medicale de sterilizare							
1	Furtune Set pentru coșul de sterilizare	9991344	Italia	Steelco Spa	Furtune Set pentru coșul de sterilizare - Compatibile cu dispozitivul medical Steelco EW 2/2	DA Furtune Set pentru coșul de sterilizare - Compatibile cu dispozitivul medical Steelco EW 2/2	N/A
2	Kit oring pentru Leag test	660224	Italia	Steelco Spa	Kit oring pentru Leag test - Compatibile cu dispozitivul medical Steelco EW 2/2	DA Kit oring pentru Leag test - Compatibile cu dispozitivul medical Steelco EW 2/2	N/A
3	Kit oring pentru canalul de separare endoscoapele serie 90	660226	Italia	Steelco Spa	Kit oring pentru canalul de separare endoscoapele serie 90 - Compatibile cu dispozitivul medical Steelco EW 2/2	DA Kit oring pentru canalul de separare endoscoapele serie 90 - Compatibile cu dispozitivul medical Steelco EW 2/2	N/A
4	Kit oring pentru canalul de apa	660345	Italia	Steelco Spa	Kit oring pentru canalul de apa - Compatibile cu dispozitivul medical Steelco EW 2/2	Kit oring pentru canalul de apa - Compatibile cu dispozitivul medical Steelco EW 2/2	N/A

5	Kit de mentenanță complet pentru mașina de Sterilizare cu minim componente:	PM70040666 / PMI6034	Italia	Steelco Spa	Garnitură pentru ușă; - 1 set Garnitură impermeabilă sub ușă; - 1 set Filtre de apă și de canale interne; - 1 set Filtru aer H14; - 1 set Baterie pentru PLC controler; - 1 set Baterie pentru HMI controler; - 1 set Oringuri pentru canale de inserție în mașina, a coșului de culoare roșie. - 3 seturi Compatibile cu dispozitivul medical Steelco EW2/2	Garnitură pentru ușă; - 1 set Garnitură impermeabilă sub ușă; - 1 set Filtre de apă și de canale interne; - 1 set Filtru aer H14; - 1 set Baterie pentru PLC controler; - 1 set Baterie pentru HMI controler; - 1 set Oringuri pentru canale de inserție în mașina, a coșului de culoare roșie. - 3 seturi Compatibile cu dispozitivul medical Steelco EW2/2	N/A
6	Kit de mentenanță Pompă Internă la mașinile de spălat:	060186 + 060463	Elvetia	KNF Flodos AG	VALVE BOX PP/FFKM NF 1.30 incl. Valve -2 buc SEAL FFKM NF 1.30 -4 buc <i>Notă: La fiecare mașină de sterilizare sunt 4 pompe, setul de mai sus este pentru o singură pompă</i> Compatibile cu dispozitivul medical Steelco EW2/2	VALVE BOX PP/FFKM NF 1.30 incl. Valve -2 buc SEAL FFKM NF 1.30 -4 buc <i>Notă: La fiecare mașină de sterilizare sunt 4 pompe, setul de mai sus este pentru o singură pompă</i> Compatibile cu dispozitivul medical Steelco EW2/2	N/A

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Administrator

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2