

Plan mentenanta periodică planificată

Periodicitatea:		3 vizite / 2025			
Model	XFM	Italray,	Italia	S/N: 11-389-21	
I.	Verificarea vizuală:			Da	Nu
1	Verificare deteriorări externe			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Verificare vizuală a cablului de alimentare și a cablului intern			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Verificarea ansamblării șasiului			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Verificarea stării roților			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Verificarea câmpului colimatorului			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Verificarea rotației colimatorului			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Fixarea colimatorului la monobloc			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Verificarea integrității și a funcționalității ecranului tactil			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Verificare vizuală a scurgerilor de ulei de la monobloc			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Verificare blocare braț			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Verificați integritatea etichetelor și a semnelor de pericol			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.	Verificări complexe:				
1	Verificarea circuitului de împământare			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Verificarea stării plăcii electronice			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Verificarea integrității conexiunilor electrice (include touchscreen)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Verificarea rotației tubului anodic			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Verificarea funcțională a mișcărilor brațului și monobloc			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Verificarea ferestrei de colimare			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Fereastra de colimare verificare funcțională – fascicul de raze X			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Verificarea contrabalansării brațului la extensia sa maximă			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Verificarea funcțională a blocării brațului			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Verificarea funcțională a sistemului de frinare automat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Verificare funcțională a joystick-ului pentru mișcări motorizate			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Verificarea funcțională a senzorului anticoliziune			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Verificarea funcțională a măsurătorului automat de distanță focală			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Verificarea CD/DVD/USB			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Verificarea funcționalității consolei ecranului tactil			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Verificarea funcționalității selecției parametrilor generatorului (KV, mA, ms, mAs) pe consola cu ecran tactil			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Verificarea calibrării generatorului de raze X			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Verificarea calibrării detectorului			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Verificarea funcțională a achiziției și stocării examenului radiografic			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Verificarea funcțională a caracteristicilor DICOM			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Verificare mAs stabilitatea și reproductibilitatea			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Verificarea mA de stabilitate și reproductibilitate			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Verificarea timpului de expunere a stabilității și reproductibilității			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Verificare versiuni software și eventual upgrade la ultimul software versiune			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III.	Calibrări complexe:				
1	Calibrare detectorului digital			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Calibrare generatorului			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Verificarea parametrilor de expunere cu dispozitive de testare			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plan mentenanta periodică planificată					
Periodicitatea:				3 vizite / 2025	
Model	XFM	Italray,	Italia	S/N: 11-401-21	
I.	Verificarea vizuală:			Da	Nu
1	Verificare deteriorări externe			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Verificare vizuală a cablului de alimentare și a cablului intern			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Verificarea ansamblării șasiului			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Verificarea stării roților			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Verificarea câmpului colimatorului			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Verificarea rotației colimatorului			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Fixarea colimatorului la monobloc			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Verificarea integrității și a funcționalității ecranului tactil			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Verificare vizuală a scurgerilor de ulei de la monobloc			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Verificare blocare braț			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Verificați integritatea etichetelor și a semnelor de pericol			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.	Verificări complexe:				
1	Verificarea circuitului de împământare			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Verificarea stării plăcii electronice			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Verificarea integrității conexiunilor electrice (include touchscreen)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Verificarea rotației tubului anodic			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Verificarea funcțională a mișcărilor brațului și monobloc			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Verificarea ferestrei de colimare			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Fereastra de colimare verificare funcțională – fascicul de raze X			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Verificarea contrabalansării brațului la extensia sa maximă			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Verificarea funcțională a blocării brațului			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Verificarea funcțională a sistemului de frinare automat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Verificare funcțională a joystick-ului pentru mișcări motorizate			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Verificarea funcțională a senzorului anticoliziune			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Verificarea funcțională a măsurătorului automat de distanță focală			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Verificarea CD/DVD/USB			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Verificarea funcționalității consolei ecranului tactil			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Verificarea funcționalității selecției parametrilor generatorului (KV, mA, ms, mAs) pe consola cu ecran tactil			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Verificarea calibrării generatorului de raze X			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Verificarea calibrării detectorului			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Verificarea funcțională a achiziției și stocării examenului radiografic			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Verificarea funcțională a caracteristicilor DICOM			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Verificare mAs stabilitatea și reproductibilitatea			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Verificarea mA de stabilitate și reproductibilitate			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Verificarea timpului de expunere a stabilității și reproductibilității			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Verificare versiuni software și eventual upgrade la ultimul software versiune			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III.	Calibrări complexe:				
1	Calibrare detectorului digital			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Calibrare generatorului			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Verificarea parametrilor de expunere cu dispozitive de testare			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>